Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17958898-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88552004-ОИ2
Лоттың атауы:	Өткізгіш жүйе
Лоттың сипаттауы:	катетер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екі люменді орталық веноздық катетер
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: жұмсақ атравматикалық ұшымен екіқабатты орталық веналық катетер. Катетер материалы – термопластикалық рентгенконтрастты полиуретан. Ұзындығы – 16, 20 см; Диаметрі – 7; 8 Fr. Жиынтық құрамына кіреді: катетер, өткізгіш 0,032 дюйм * 60 см, ине 18 Ga * 6,35 см; тін кеңейткіші; 5 мл шприц; катетер фиксаторы. Хлоргексидин / күміс сульфадиазин антибактериалды қаптамамен жеткізу мүмкіндігі. Катетердің өлшемі және түрі тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес. 2. функционалдық сипаттамасы: орталық веналық катетерлерді орнату үшін пайдаланылады, сенімді және қауіпсіз енгізуді қамтамасыз етеді. 3. сапалық сипаттамасы: катетер термопластикалық рентгенконтрастты полиуретаннан жасалған, бұл ұзақ қызмет мерзімін және сенімділікті қамтамасыз етеді, сондай-ақ антибактериалды қаптамамен жеткізу мүмкіндігі бар. Медициналық құрал көзге көрінетін ақауларға ие болмауы керек. Жеке орамда көрсетілуі тиіс: медициналық құралдың атауы, өлшемі, серия нөмірі (партия), өндіріс күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы мен елі, тіркеу куәлігі. Медициналық қолдануға арналған таңбалау және нұсқаулық – мемлекеттік және орыс тілдерінде. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапаны басқару стандартына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: катетердің өлшемі және түрі тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес таңдалады, бұл әр пациент үшін жиынтықты жеке баптауға мүмкіндік береді. Жеткізуден бұрын: тапсырыс берушімен міндетті келісу."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17958898-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 88552004-ОИ2
Наименование лота:	Система проводниковая
Описание лота:	для катетера
Дополнительное описание лота:	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: двухпросветный центральный венозный катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 7; 8 Fr. Состав набора: Катетер, проводник 0,032 дюйм * 60 см. Игла 18 Ga * 6,35 см; Тканевой расширитель; Шприц 5 мл; Фиксаторы катетера. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. 2. функциональная характеристика: используется для установки центральных венозных катетеров, обеспечивая надежное и безопасное введение. 3. качественная характеристика: катетер изготовлен из термопластичного рентгенконтрастного полиуретана, обеспечивая долговечность и надежность, также возможна поставка с антибактериальным покрытием. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, регистрационное удостоверение. Маркировка и инструкция по медицинскому применению должны быть на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: размер и тип катетера подбираются по заявке заказчика, что позволяет индивидуально настроить набор для каждого пациента. Перед отправкой: Обязательное согласование с заказчиком!"