Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17946199-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | «Көкшетау 3» ӨЖЖ аппаратына арналған оттегі маскалары |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88623808-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Бетперде |
| **Лоттың сипаттауы:** | оттегілік, ересек |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Оттегі маскасы ересек |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Әуелбеков көшесі, 94 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "Көкшетау-3" үлгісіндегі өкпені жасанды желдету аппараттарына арналған оттегі маскасы-толық жиынтықтау.<br>1. Жалпы талаптар және қолдану аясы<br>• Мақсаты: қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді оттегі терапиясын жүргізуге, сондай-ақ ересек жастағы пациенттерге "Көкшетау-3" сериялы ӨЖЖ аппараттарынан оттегі-ауа қоспасын беруге арналған.<br>* Үйлесімділік: қосымша адаптерлерді пайдаланбай "Көкшетау-3" ӨЖЖ аппараттарының тыныс алу тізбектерімен толық конструктивті және функционалдық үйлесімділік.<br>2. Техникалық және құрылымдық сипаттамалары<br>* Өлшемі: Ересектерге Арналған Өлшем L № 4.<br>* Өндіріс материалы: Мөлдір, имплантация-улы емес, термопластикалық медициналық поливинилхлорид (ПВХ) немесе медициналық силикон.<br>* Термопластика: материал пациенттің дене температурасына ұшыраған кезде жұмсартылуы керек, бұл бетке тамаша жабысуды қамтамасыз етеді және газдардың ағып кетуін азайтады.<br>* Маска дизайны:<br>о бетке (мұрын, ауыз, иек) тығыз бекітілген анатомиялық пішіннің болуы.<br>о мұрын көпіріне сенімді бекіту және көзге оттегінің түсуін болдырмау үшін реттелетін мұрын фиксаторының (пластинаның) болуы.<br>о көмірқышқыл газын дем шығару және кері ингаляцияны (ребризингті) болдырмау үшін бүйірлік тесіктердің (клапандардың) болуы.<br>* Бекіту: масканы науқастың басына мықтап бекіту үшін серпімді реттелетін таспа (бекіту белдігі). Бекіту жарақатсыз болуы керек, қысым жараларын тудырмауы керек.<br>* Жинақтау: әрбір маска ұштарында әмбебап стандартты коннекторлары бар ұзындығы кемінде 1.8–2.0 метр икемді ұзартқыш оттегі түтігімен жабдықталуы тиіс.<br>5.1-тармаққа сәйкес құжаттардың болуы. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17946199-1 |
| **Наименование закупки:** | Кислородные маски для аппарата ИВЛ «Кокчетав 3» |
| **Номер лота:** | № 88623808-3ЦП1 |
| **Наименование лота:** | Маска |
| **Описание лота:** | кислородная, взрослая |
| **Дополнительное описание лота:** | Кислородная маска взрослая |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Кислородная маска для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) типа «Кокчетав-3» - доукомплектация.<br>1. Общие требования и сфера применения<br>• Назначение: Предназначена для проведения кратковременной или длительной кислородной терапии, а также для подачи кислородно-воздушной смеси от аппаратов ИВЛ серии «Кокчетав-3» пациентам взрослой возрастной группы.<br>• Совместимость: Полная конструктивная и функциональная совместимость с дыхательными контурами аппаратов ИВЛ «Кокчетав-3» без использования дополнительных переходников.<br>2. Технические и конструктивные характеристики<br>• Размер: Взрослый Размер L № 4.<br>• Материал изготовления: Прозрачный, имплантационно-нетоксичный, термопластичный медицинский поливинилхлорид (ПВХ) или медицинский силикон.<br>• Термопластичность: Материал должен смягчаться под воздействием температуры тела пациента, обеспечивая идеальное прилегание к лицу и минимизируя утечку газов.<br>• Конструкция маски:<br>o Наличие анатомической формы, плотно прилегающей к лицу (нос, рот, подбородок).<br>o Наличие регулируемого носового фиксатора (пластины) для надежной фиксации на переносице и исключения попадания кислорода в глаза.<br>o Наличие боковых перфорационных отверстий (клапанов) для выдоха и предотвращения обратного вдыхания (ребризинга) углекислого газа.<br>• Крепление: Эластичная регулируемая лента (фиксирующий ремешок) для надежной фиксации маски на голове пациента. Фиксация должна быть нетравматичной, не вызывать пролежней.<br>• Комплектация: Каждая маска должна быть укомплектована гибкой удлинительной кислородной трубкой длиной не менее 1.8–2.0 метров с универсальными стандартными коннекторами на концах.<br>Наличие документов согласно договора п. 5.1. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев. |