Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17393139-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін өзге тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83378962-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Баллон
Лоттың сипаттауы:	қысымы 14,7 МПа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Түрі: азот баллоны Сыйымдылығы (көлемі): кемінде 10 л Жұмыс қысымы: кемінде 150 бар (15 МПа) Сынақ гидравликалық қысымы: кемінде 225 бар (22.5 МПа) Корпус материалы: көміртекті болат / легирленген болат Вентиль түрі: оттегі/азот вентилі (ВК-94 немесе аналогы) Мойынның қосылу бұрандасы: W19.2 немесе аналогы Вентиль шығуындағы қосылу бұрандасы: G 3/4"" Баллон түсі: қара Маркировкалық жазу түсі: сары Жинақталуы: баллон, вентиль, тірек табаны, сақтандырғыш қалпақ МЕМСТ 949-73 талаптарына сәйкес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17393139-1
Наименование закупки:	Прочие товары для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83378962-3ЦП2
Наименование лота:	Баллон
Описание лота:	давление 14,7 МПа
Дополнительное описание лота:	Баллон азотный 10 л
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тип: Баллон азотный Емкость (объем): не менее 10 л Рабочее давление: не менее 150 бар (15 МПа) Пробное гидравлическое давление: не менее 225 бар (22.5 МПа) Материал корпуса: Углеродистая сталь / Легированная сталь Тип вентиля: Кислородный/азотный вентиль (ВК-94 или аналог) Присоединительная резьба горловины: W19.2 или аналог Присоединительная резьба на выходе вентиля: G 3/4"" Цвет окраски баллона: Черный Цвет маркировочной надписи: Желтый Комплектация: Баллон, вентиль, опорный башмак, предохранительный колпак В соответствии требованиям ГОСТ 949-73"