Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17344888-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ ЖЭО-1 үшін электроматериалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81656991-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	техникалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған 0-ден 250 кПа-ға дейінгі артық қысымды өлшеуге арналған техникалық манометр
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Агрессивті емес, кристалданбайтын сұйықтықтардың, будың, газдың артық қысымы мен сұйылуын өлшеуге арналған техникалық көрсетуші манометр. Жоғарғы қысым мәні: 250 кПа; Орындау: корпус-болат, шыны-құйма; түтікті серіппе-мыс қорытпасы, темір-никель қорытпасы; ұстағыш-мыс қорытпасы; механизм-мыс қорытпасы, тот баспайтын болат; Циферблат: алюминий қорытпасы; бұрамада; Корпустың диаметрі кемінде - 150 мм.; Штуцердің бұрандасы: М20х1. 5., демпфердің болуы; Дәлдік класы: 1,5; Қолдану температурасы: -50° - ден +60°С-ға дейін.; Манометрдің массасы: 1,2 кг артық емес; ҚР-да қолданыстағы тексерумен паспорттың болуы; Тексеру арасындағы тексеру аралығы - кемінде 1 жыл; Жабдық 2026 жылдан ерте жасалмауы тиіс; Манометрді қатты бөлшектердің, шаң мен судың әсерінен қорғау дәрежесі IP40 және IP53; Кепілдік мерзімі – пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай; МЕМСТ 2405-88."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17344888-1
Наименование закупки:	Приобретение электроматериалов для ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81656991-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	технический
Дополнительное описание лота:	Манометр показывающий технический для измерения избыточного давления от 0 до 250 кПа для ТЭЦ-1
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Манометр показывающий технический для измерения избыточного давления и разряжения неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара, газа. Верхнее значение давления: 250 кПа; Исполнение: корпус – сталь, стекло – литое; трубчатая пружина – медный сплав, железо-никелевый сплав; держатель – медный сплав; механизм – медный сплав, нержавеющая сталь; Циферблат: алюминиевый сплав; на винтах; Диаметр корпуса не менее - 150 мм.; Резьба штуцера: М20х1,5., наличие демпфера; Класс точности: 1,5; Температура применения: -50° до +60°С.; Масса манометра: не более 1,2 кг; Наличие паспорта с действующей поверкой в РК; Межповерочный интервал поверки – не менее 1 года; Оборудование должно быть произведено не ранее 2025 г.; Степень защиты манометра от воздействия твердых частиц, пыли и воды IP40 и IP53; Гарантийный срок – 12 месяцев; ГОСТ 2405-88."