Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18010616-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88618060-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы:** | Реагенттер жинағы |
| **Лоттың сипаттауы:** | автоматтық бактериологиялық талдауыш үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Иммерсион майы (100 мл құты) Сыну көрсеткіші: линзаның және линзаның шыны сынуына сәйкес келуі керек; тұтқырлық: әйнектің таралуын және ауа көпіршіктерінің пайда болуын болдырмау үшін оңтайлы кинематикалық тұтқырлық; жарық өткізгіштік: жоғары оптикалық мөлдірлік, өзіндік жарық жоқ. Қауіпсіздік: құрамында улы компоненттер болмауы керек; жуу керек көзілдірік пен линзадан стандартты тазартқыш ерітінділермен оңай алынып тасталады. Жарамдылық мерзімі 18 айдан кем емес |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Құты |
| **Жеткізу орны:** | 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Суюнбая 497 А, телефон 87787615650, 87272903818 |
| **Жеткізу мерзімі:** | 2027 жылғы 30 наурыз |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Иммерсион майы (100 мл құты) Сыну көрсеткіші: линзаның және линзаның шыны сынуына сәйкес келуі керек; тұтқырлық: әйнектің таралуын және ауа көпіршіктерінің пайда болуын болдырмау үшін оңтайлы кинематикалық тұтқырлық; жарық өткізгіштік: жоғары оптикалық мөлдірлік, өзіндік жарық жоқ. Қауіпсіздік: құрамында улы компоненттер болмауы керек; жуу керек көзілдірік пен линзадан стандартты тазартқыш ерітінділермен оңай алынып тасталады. Жарамдылық мерзімі 18 айдан кем емес |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18010616-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
| **Номер лота:** | № 88618060-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Набор реагентов |
| **Описание лота:** | для автоматического бактериологического анализатора |
| **Дополнительное описание лота:** | Иммерсионные масла. (100 мл флакон) Показатель преломления: должен соответствовать преломления стекла объектива и линзы; Вязкость: оптимальная кинематическая вязкость для преотвращения растекания по стеклу и образованию пузырков воздуха; Светопрпускание: высокая оптическая прозрачность, отсутствие собственного света. Безопасность: не должно содержать токсичных компонентов; смываемость должно легко удалятся со стекол и объектива стандартными очищающими растворами. Срок годности не менее 18 месяцев |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Флакон |
| **Места поставки:** | 751910000, г.Алматы, Турксибский район Суюнбая 497 А, телефон 87787615650, 87272903818 |
| **Срок поставки:** | 30 март 2027 года |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Иммерсионные масла. (100 мл флакон) Показатель преломления: должен соответствовать преломления стекла объектива и линзы; Вязкость: оптимальная кинематическая вязкость для преотвращения растекания по стеклу и образованию пузырков воздуха; Светопрпускание: высокая оптическая прозрачность, отсутствие собственного света. Безопасность: не должно содержать токсичных компонентов; смываемость должно легко удалятся со стекол и объектива стандартными очищающими растворами. Срок годности не менее 18 месяцев |