Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014884-1
Сатып алудың атауы:	«Көкшетау 3» ӨЖЖ аппаратына арналған оттегі маскалары
Лоттың нөмірі:	№ 88624192-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Бетперде
Лоттың сипаттауы:	оттегілік, балалар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Балаларға арналған оттегі маскасы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Әуелбеков көшесі, 94
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Көкшетау-3" үлгісіндегі өкпені жасанды желдету (ӨЖЖ) аппараттарына арналған оттегі маскасы, мөлшері: балалар. • Мақсаты: қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді оттегі терапиясын жүргізуге, сондай-ақ балалар тобындағы пациенттерге "Көкшетау-3" сериялы ӨЖЖ аппараттарынан оттегі-ауа қоспасын беруге арналған. * Үйлесімділік: қосымша адаптерлерді пайдаланбай "Көкшетау-3" ӨЖЖ аппараттарының тыныс алу тізбектерімен толық конструктивті және функционалдық үйлесімділік. * Өндіріс материалы: Мөлдір, имплантация-уытты емес, жоғары жұмсақтықтағы термопластикалық медициналық поливинилхлорид (ПВХ) немесе медициналық силикон. * Термопластика: материал баланың дене температурасының әсерінен тез жұмсартылуы керек, бұл бетке мінсіз, атравматикалық жанасуды қамтамасыз етеді және газдардың ағып кетуін азайтады. * Маска дизайны: о баланың бетіне (мұрын, ауыз, иек) тығыз бекітілген кішірейтілген анатомиялық форманың болуы. о артық қысымсыз және баланың көзіне оттегінің түсуін болдырмай, мұрын көпіріне сенімді бекіту үшін жұмсақ, икемді реттелетін мұрын ұстағышының болуы. о тиімді дем шығару және көмірқышқыл газының кері ингаляциясын (ребризингін) болдырмау үшін бүйірлік тесіктердің (клапандардың) болуы. о нәзік терінің зақымдануын болдырмау үшін масканың шеттері дөңгелектеніп, атравматикалық (тегістелген) болуы керек. * Бекіту: баланың басына масканы сенімді және ауыртпалықсыз бекіту үшін жұмсақ серпімді реттелетін таспа (бекіту белдігі). Бекіту қысым жаралары мен тітіркенуді тудырмауы керек. * Жинақтау: әрбір маска ұштарында әмбебап стандартты коннекторлары бар ұзындығы кемінде 1.8–2.0 метр икемді ұзартқыш оттегі түтігімен жабдықталуы тиіс. 5.1-тармаққа сәйкес құжаттардың болуы. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014884-1
Наименование закупки:	Кислородные маски для аппарата ИВЛ «Кокчетав 3»
Номер лота:	№ 88624192-ЗЦП4
Наименование лота:	Маска
Описание лота:	кислородная, детская
Дополнительное описание лота:	Кислородная маска детская
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кислородная маска для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) типа «Кокчетав-3», размер: детский. • Назначение: Предназначена для проведения кратковременной или длительной кислородной терапии, а также для подачи кислородно-воздушной смеси от аппаратов ИВЛ серии «Кокчетав-3» (доукомплектация) пациентам детской возрастной группы. • Совместимость: Полная конструктивная и функциональная совместимость с дыхательными контурами аппаратов ИВЛ «Кокчетав-3» без использования дополнительных переходников. • Материал изготовления: Прозрачный, имплантационно-нетоксичный, термопластичный медицинский поливинилхлорид (ПВХ) повышенной мягкости или медицинский силикон. • Термопластичность: Материал должен быстро смягчаться под воздействием температуры тела ребенка, обеспечивая идеальное, атравматичное прилегание к лицу и минимизируя утечку газов. • Конструкция маски: o Наличие уменьшенной анатомической формы, плотно прилегающей к детскому лицу (нос, рот, подбородок). o Наличие мягкого, гибкого регулируемого носового фиксатора для надежной фиксации на переносице без избыточного давления и исключения попадания кислорода в глаза ребенка. o Наличие боковых перфорационных отверстий (клапанов) для эффективного выдоха и предотвращения обратного вдыхания (ребризинга) углекислого газа. o Края маски должны быть закругленными и атравматичными (сглаженными), чтобы исключить повреждение нежной кожи. • Крепление: Мягкая эластичная регулируемая лента (фиксирующий ремешок) для надежной и безболезненной фиксации маски на голове ребенка. Фиксация не должна вызывать пролежней и раздражения. • Комплектация: Каждая маска должна быть укомплектована гибкой удлинительной кислородной трубкой длиной не менее 1.8–2.0 метров с универсальными стандартными коннекторами на концах. Наличие документов согласно договора п. 5.1. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев.