Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17419165-1
Сатып алудың атауы:	Орталыққа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87541127-3ЦП1
Лоттың атауы :	Білезік
Лоттың сипаттауы:	винилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сәйкестендіру білезіктері. Олар полипропиленнен немесе полистиролдан жасалған, жұмсақ Бактерияға қарсы жабыны бар және ашылудан қорғалған сенімді тойтармамен немесе желім құлпымен жабдықталған. Олар суға, сабынға, алкогольге және дезинфекциялау құралдарына төзімді тікелей термиялық басып шығаруды немесе жылу тасымалдағышты қамтамасыз етеді. Материалдар мен дизайн: материал: қалыңдығы шамамен 114 МКМ полипропилен, құрамында латекс және улы компоненттер жоқ.Қауіпсіздік: гипоаллергенді композиция және металл элементтерінің болмауы, бұл МРТ процедуралары кезінде білезікті шешпеуге мүмкіндік береді. Бекіткіш: перфорацияланған жабысқақ жабысқақ қабат немесе пластикалық Ілмек түймесі; ауыстырудан қорғау үшін алып тастау әрекеті кезінде бұзылады. Өлшемдері және басып шығару: ересектерге арналған өлшемдер: стандартты ені 25 мм, ұзындығы 279 ММ.балалар мен жаңа туған нәрестелерге арналған өлшемдер: жіңішке білектерге арналған ені мен ұзындығы кішірейтілген. Үйлесімділік: штрих-кодтарды, мәтінді және кескіндерді мамандандырылған принтерлерде (мысалы, Zebra HC100 және ZD510) картридждер арқылы басып шығару, 1 кассетада кемінде 200 дана. ГОСТ Р 58502-2019. Тапсырыс беруші-шұғыл медицина бөлімшесі (қабылдау бөлімшесі).
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. к. Ткачева 10/3

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сәйкестендіру білезіктері. Олар полипропиленнен немесе полистиролдан жасалған, жұмсақ Бактерияға қарсы жабыны бар және ашылудан қорғалған сенімді тойтармамен немесе желім құлпымен жабдықталған. Олар суға, сабынға, алкогольге және дезинфекциялау құралдарына төзімді тікелей термиялық басып шығаруды немесе жылу тасымалдағышты қамтамасыз етеді. Материалдар мен дизайн: материал: қалыңдығы шамамен 114 МКМ полипропилен, құрамында латекс және улы компоненттер жоқ.Қауіпсіздік: гипоаллергенді композиция және металл элементтерінің болмауы, бұл МРТ процедуралары кезінде білезікті шешпеуге мүмкіндік береді. Бекіткіш: перфорацияланған жабысқақ жабысқақ қабат немесе пластикалық Ілмек түймесі; ауыстырудан қорғау үшін алып тастау әрекеті кезінде бұзылады. Өлшемдері және басып шығару: ересектерге арналған өлшемдер: стандартты ені 25 мм, ұзындығы 279 ММ.балалар мен жаңа туған нәрестелерге арналған өлшемдер: жіңішке білектерге арналған ені мен ұзындығы кішірейтілген. Үйлесімділік: штрих-кодтарды, мәтінді және кескіндерді мамандандырылған принтерлерде (мысалы, Zebra HC100 және ZD510) картридждер арқылы басып шығару, 1 кассетада кемінде 200 дана. ГОСТ Р 58502-2019. Тапсырыс беруші-шұғыл медицина бөлімшесі (қабылдау бөлімшесі).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17419165-1
Наименование закупки:	Товары для центра
Номер лота:	№ 87541127-3ЦП1
Наименование лота:	Браслет
Описание лота:	виниловый
Дополнительное описание лота:	Идентификационные браслеты. Изготавливаются из полипропилена или полистирола, имеют мягкое антибактериальное покрытие и оснащаются надежной заклепкой или клеевым замком с защитой от вскрытия. Они обеспечивают прямую термопечать или термотрансферную печать, устойчивы к воде, мылу, спирту и дезинфицирующим средствам. Материалы и конструкция: материал: полипропилен толщиной около 114 микрон, не содержащий латекса и токсичных компонентов.Безопасность: гипоаллергенный состав и отсутствие металлических элементов, что позволяет не снимать браслет во время процедур МРТ. Застежка: липкий клеевой слой с перфорацией или пластиковая кнопка-защелка; разрушается при попытке снятия для защиты от подмены. Размеры и печать: Размеры для взрослых: стандартная ширина 25 мм, длина 279 мм. Размеры для детей и новорожденных: уменьшенная ширина и длина для тонких запястий. Совместимость: печать штрихкодов, текста и изображений на специализированных принтерах (например, Zebra HC100 и ZD510) с помощью картриджей, не менее 200 штук в 1 кассете. ГОСТ Р 58502-2019. Заказчик-отделение неотложной медицины (приемное отделение).
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	по заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Идентификационные браслеты. Изготавливаются из полипропилена или полистирола, имеют мягкое антибактериальное покрытие и оснащаются надежной заклепкой или клеевым замком с защитой от вскрытия. Они обеспечивают прямую термопечать или термотрансферную печать, устойчивы к воде, мылу, спирту и дезинфицирующим средствам. Материалы и конструкция: материал: полипропилен толщиной около 114 микрон, не содержащий латекса и токсичных компонентов.Безопасность: гипоаллергенный состав и отсутствие металлических элементов, что позволяет не снимать браслет во время процедур МРТ. Застежка: липкий клеевой слой с перфорацией или пластиковая кнопка-защелка; разрушается при попытке снятия для защиты от подмены. Размеры и печать: Размеры для взрослых: стандартная ширина 25 мм, длина 279 мм. Размеры для детей и новорожденных: уменьшенная ширина и длина для тонких запястий. Совместимость: печать штрихкодов, текста и изображений на специализированных принтерах (например, Zebra HC100 и ZD510) с помощью картриджей, не менее 200 штук в 1 кассете. ГОСТ Р 58502-2019. Заказчик-отделение неотложной медицины (приемное отделение).