Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17895597-1
Сатып алудың атауы:	Шприц, комбинезон, бак, контейнер, медициналық қобдиша, қалқан, пероксид ерітіндісі сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88146992-ОИ7
Лоттың атауы:	Қалқан
Лоттың сипаттауы:	рентгенді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Омыртқалы иммобилизациялық қалқан
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391610000, Қостанай облысы, Арқалық қ. Арқалық қ., Әуежай
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күнен 16 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Иммобилизациялық қалқан жоғары беріктігі бар боялған полиэтиленнен жасалған. Материалда қоспалар мен латекс жоқ. Қалқан пациенттің бекітілуін қамтамасыз ететін белдік жүйесінің тасымалдау тұтқалары мен бекіту нүктелері ретінде қызмет ететін тесіктері бар жалпақ тақта түрінде жасалған. жалпы өлшемдері: ұзындығы, ені және биіктігі бойынша рұқсат етілген ауытқулары бар 1830×450×50 мм; қалқанның салмағы: 7,5 кг.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17895597-1
Наименование закупки:	Приобретение шприца, комбинезон, бак, контейнер, аптечка медицинская, щит, раствор перекиси.
Номер лота:	№ 88146992-ОИ7
Наименование лота:	Щит
Описание лота:	рентгеновский
Дополнительное описание лота:	Щит спинальный иммобилизационный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391610000, Костанайская область, г.Аркалык г. Аркалык., Аэропорт
Срок поставки:	16 календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Щит иммобилизационный изготовлен из высокопрочного окрашенного полиэтилена. Материал не содержит примесей и латекса. Щит выполнен в виде плоской доски с отверстиями, которые служат ручками для переноски и точками крепления ремённой системы, обеспечивающей фиксацию пациента. габаритные размеры: 1830×450×50 мм с допустимыми отклонениями по длине, ширине и высоте; масса щита: 7,5 кг.