Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18005849-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауар
Лоттың нөмірі:	№ 88755039-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	инфузиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Инфузиялық эластомерлі сорғы
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Қабдолов к-сі, 28
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 31-і желтоқсанына дейін тапсырыс берушіңің талабы бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Эластомерлік инфузиялық сорғы СИПАТТАМАСЫ: Серпімді материалдың қысым күші арқылы пациентке тағайындалған дәрілік ерітіндіні үздіксіз және/немесе үзілісті тері астына енгізуді қамтамасыз ететін құрылғылар жиынтығы. Әдетте эластомерлік камерадан (оның әртүрлі өлшемдері инфузия жылдамдығы мен көлемін алдын ала анықтайды), белгіленген ерітіндімен арнайы толтыру құрылғысы және/немесе шприц арқылы қысым жасау мақсатында толтырылатын резервуардан, түтіктен, қатты бөлшектер мен ауаны ұстап қалатын сүзгіден, ағын жылдамдығын шектегіштен және пациенттің қолжетімділік құрылғысына қосуға арналған дистальді ұшындағы жалғағыштан тұрады. Бұл құрылғы денсаулық сақтау мекемелерінде немесе үй жағдайында жалпы инфузия, антибиотиктерді енгізу, химиотерапия жүргізу немесе ауырсынуды басу мақсатында қолданылуы мүмкін. Бұл медициналық бұйым бір рет қолдануға арналған. № Техникалық сипаттамасы Талап етілетін мәні 1 Болюстің болуы Иә 2 Болюсті бұғаттау уақыты Реттелетін 3 Болюс құлпының жұмыс істеу уақыты 10:15:30 4 Ультракүлгін сәулелерден қорғау Иә 5 Бекіту құрылғыларының болуы Иә 6 Резервуардың номиналды көлемі ≥ 100 және ≤ 124 текше сантиметр; миллилитр 7 Болюс көлемі 5 текше сантиметр; миллилитр 8 Дәрілік препаратты енгізу жолы Көктамыр ішіне, тері астына, эпидуральді 9 Инфузия жылдамдығын реттеу Иә 10 Болюсті бұғаттау жүйесі Иә 11 Инфузия жылдамдығы, мл/сағ 2:4:6:8:10:12:14 12 Инфузиялық желідегі қалдық көлем 3 мл-ден аспауы тиіс Қосымша техникалық талаптар: № Талаптар Мәні және түсіндірмесі 1 Бір секциялы инфузия жылдамдығын реттеу Өзгермейтін мән. Ағын жылдамдығын орнату кезінде туындайтын тәуекелдерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. 2 Жылдамдықты таңдаудың 7 нұсқасының болуы Өзгермейтін мән. Жылдамдықты ауыстыру модулі терапия түріне байланысты қажетті жылдамдықтардың бірін таңдауға мүмкіндік береді. 3 Инфузия жылдамдығы басқару кілтінің көмегімен орнатылуы тиіс Өзгермейтін мән. Пациенттің жылдамдықты өз бетінше өзгертуіне жол бермейді, бұл инфузиялық терапияның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 4 Құрамында латекс пен фталаттар жоқ, химиялық инертті медициналық силиконнан жасалған эластикалық резервуардың болуы Өзгермейтін мән. Ұзақ уақыт инфузия жүргізу кезінде препараттың тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 5 Жоғары беріктігі бар қорғаныш пластик корпустың болуы Өзгермейтін мән. Едәуір механикалық жүктемелерге төтеп беруге және әртүрлі пайдалану жағдайларында препаратты сенімді қорғауға мүмкіндік береді. 6 Бөлік белгілерінің қадамы 10 мл-ден аспайтын анық көрінетін визуалды шкаланың болуы Өзгермейтін мән. Дәрілік терапияның барлық кезеңінде енгізілетін дәрілік зат көлемін қауіпсіз бақылауға арналған. 7 Толтыру портында инфузиялық желіні окклюзиядан қорғауға арналған екі ірі тазарту сүзгісінің болуы Өзгермейтін мән. Бөгде бөлшектердің түсуіне жол бермейді. 8 Ұзартқыш желінің дистальді ұшында кіріктірілген ауа сүзгісі бар қақпақшаның болуы Өзгермейтін мән. Контаминацияның алдын алу, сондай-ақ медицина қызметкерлерінің жұмысын оңтайландыру үшін қажет.

	9 Инфузиялық желіде екінші эластомерлік резервуардың болуы Өзгермейтін мән. Болюстік дозаны толық көлемде енгізуді қамтамасыз етеді. 10 Болюс құлпының жұмыс режимдері басқару кілтінің көмегімен орнатылуы тиіс Өзгермейтін мән. Пациенттің режимді өз бетінше ауыстыруына жол бермейді, бұл инфузиялық терапияның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 11 Болюс модулін пациенттің қолына бекітуге арналған бекіткіш белдіктің болуы Өзгермейтін мән. Пациенттің өмір сүру сапасын жақсартады. 12 Ұзартқыш желі ұяшықтарының өлшемі 1,2 микрон болатын инфузиялық сүзгімен жабдықталуы тиіс Өзгермейтін мән. Инфузиялық сүзгі микрокеуекті мембрананың көмегімен ауа көпіршіктерін толық жояды және ең ұсақ бөлшектерді ұстап қалады. 13 Сорғыны пациенттің киіміне бекітуге арналған қысқыштың болуы Өзгермейтін мән. Пациенттің еркін қозғалуын қамтамасыз етеді. 14 Жапсырма, бланк Өзгермейтін мән. Медициналық көмектің барлық кезеңдерінде пациенттің жеке басын сәйкестендіру талаптарының сақталуын растайды. 15 Таңбалануы Стерильді, тек бір рет қолдануға арналған, латекссіз, DEHP жоқ. Медициналық персоналға арналған ақпарат. 16 Стерильдеу әдісі Өзгермейтін мән. Этилен оксидімен стерильдеу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18005849-1
Наименование закупки:	Товар согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88755039-ЗЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	инфузионный
Дополнительное описание лота:	Насос инфузионный эластомерный
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район ул.Кабдолова, 28
Срок поставки:	по заявке заказчика до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос инфузионный эластомерный. ОПИСАНИЕ: Соединение устройств, которое обеспечивает непрерывную и/или прерывистую подкожную инфузию предписанного медикаментозного раствора пациенту посредством нагрузок со стороны эластичного материала. Обычно состоит из эластомерной камеры (ее различные размеры предопределяют поток и объем), которая заполняется заданным раствором с помощью специального наполняющего устройства и/ или шприца с целью создания давления, трубки, фильтра улавливания твердых частиц и воздуха, ограничителя потока и соединителя на дистальном конце для подключения к устройству доступа к пациенту. Соединение может использоваться для общей инфузии, ввода антибиотиков, химиотерапии или устранения боли в учреждениях здравоохранения или на дому. Это изделие разового использования. Болюс Да Время блокировки болюса Регулируемое Время работы замка болюса 10:15:30 Защита от УФ-лучей Да Наличие фиксирующих устройств Да Номинальный объем резервуара ≥ 100 и ≤ 124 Кубический сантиметр;^миллилитр Объем болюса 5 Кубический сантиметр;^миллилитр Путь введения лекарственного препарата Внутривенный Подкожный Эпидуральный Регулирование скорости инфузии Да Система блокировки болюса Да Скорость инфузии, мл/час 2:4:6:8:10:12:14 Остаточный объем в линии не более 3 мл Позволяет рассчитать точный объем инфузии. Односекционная регулировка скорости значение не изменяемое Для минимизации рисков при установке скорости потока. Наличие 7-ми вариантов выбора скорости значение не изменяемое Модуль переключения скоростей дает возможность выбрать одну из необходимых скоростей, в зависимости от терапии Скорость инфузии должна устанавливаться с помощью ключа управления. значение не изменяемое Исключает доступ больного к самостоятельному переключению скоростей, что обеспечивает безопасность проведения инфузионной терапии. Наличие резервуара, состоящего из эластичного химически инертного медицинского силикона, не содержит латекс и фталаты значение не изменяемое Обеспечивает стабильность препарата при длительной инфузии Наличие высокопрочного защитного пластикового корпуса значение не изменяемое Позволяет выдерживать значительные механические нагрузки и обеспечивает надежную защиту препарата в различных условиях эксплуатации Наличие четкой визуальной шкалы деления с шагом не более 10 мл. значение не изменяемое Для безопасности контроля инфузии вводимого объёма лекарственного средства на протяжении всей лекарственной терапии. Наличие в порту заполнения двух фильтров грубой очистки , для защиты инфузионной линии от окклюзии значение не изменяемое Предотвращают попадание сторонних взвесей. Наличие на дистальном конце удлинительной линии колпачка со встроенным воздушным фильтром значение не изменяемое Для предотвращения контаминации, а так же для оптимизации работы

	медицинского персонала. Наличие на инфузионной линии второго эластомерного резервуара значение не изменяемое Обеспечивает полноценное введение болюсной дозы препарата. Режимы работы замка болюса должны устанавливаться с помощью ключа управления. значение не изменяемое Исключает доступ больного к самостоятельному переключению режима, что обеспечивает безопасность проведения инфузионной терапии. Наличие фиксирующего ремня для крепления болюсного модуля на руку пациента значение не изменяемое Обеспечивает качество жизни пациента. Удлинительная линия должна быть снабжена инфузионным фильтром с размером ячеек 1,2 микрона значение не изменяемое Инфузионный фильтр полностью устраняет пузырьки воздуха и удаляет мельчайшие частицы с помощью микропористой мембраны. Наличие клипсы для крепления помпы на одежде значение не изменяемое Обеспечивает мобильность пациента. Наклейка, бланк значение не изменяемое Подтверждение соответствия на всех этапах оказания медицинской помощи личности пациента. Маркировка стерильно, только для одноразового применения, не содержит латекс, не содержит DEHP Информация для медицинского персонала. Стерилизация. Окись этилена значение не изменяемое Метод стерилизации.