Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17992587-1
Сатып алудың атауы:	Мүгедектігі бар балаларға арналған жүргіш құрылғылар
Лоттың нөмірі:	№ 88739891-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жүргіштер
Лоттың сипаттауы:	мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234835100, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қаракөл а. К.Сисенбаев 4
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мүгедек балаларға арналған жетек арбалардың (көп функционалды) техникалық сипаттамасы (2 дана) Параметрлері 1 жастан 5 жасқа дейінгі балалар үшін өлшемі Жетек арбаның жалпы ені 590 мм кем емес Жетек арба ұстағышы аралығының ені 345 мм кем емес Ұстағыштан жерге дейінгі биіктігі 405 мм бастап 506 мм дейін Шынтақ қойғыштың биіктігі 530 мм бастап 631 мм дейін Жетек арбаның ұзындығы 560 мм бастап 586 мм дейін Максималды жүк көтергіштігі 45 кг кем емес Салмағы 6,9 кг кем емес Реверсивті типтегі жетек арбалар төрт дөңгелекті, Сал ауруының түрлі формасынан зардап шегетін мүгедек балаларға арналған, аяқ басының патологиялық қалыпқа келуі және омыртқаның бұзылуының жойылуы, жүру және отыру кезінде тепе-теңдікті сақтауға көмектесуі қажет. Жетек арбаның жабыны анодталған алюминий қорытпасынан жасалған, арнайы құрал-саймандарсыз жиналып, реттелуі қажет. Конструкциясы жиналмалы. Жетек арбалар қамтылуы қажет: - шынтаққа арналған тіреуіштермен; - сырғымайтын ұстағыштарымен; - реттелмелі белдіктері бар жамбасқа арналған бекіткішімен (ұстап тұратын белдемшемен); - ені бойынша реттелмелі бекіткіші бар қауіпсіздік белдігімен қамтылған арқаның (белдің) стабилизаторымен; - алдыңғы дөңгелектерінің бұрылу механизмі бекіткішімен; - храпты механизмі бар артқы дөңгелектерімен. Жетек арбалар биіктігі бойынша реттелуі қажет: 9, 8 және 5 болуы, реттеу жағдайының қадамы 2,5 см. Арқаның стабилизаторы дененің бір қалыпта болуына арналған үш жастықшамен қамтылған, сонымен қатар, сақтануға арналған қауіпсіздік белдігінің болуы қажет. Стабилизатор баланың денесінің өлшеміне қарай реттелуі қажет. Ұстап тұратын белдемшелері жұмсақ және ауа өткізгіш құрамнан жасалуы және реттелмелі белдіктің көмегімен жетек арбаның рамасына бекітілуі қажет. Храпты механизмі бар артқы дөңгелектері (қозғалыс кезінде жетек арбаның артқа қозғалуына жол бермейтін), алдыңғылары тіке жүруге арналған, жетек арбаның жан-жаққа қозғалтпайтын бекіткішпен қамтылуы қажет. Шынтаққа арналған тіреуіштері иық астының қолайлы жағдайын бекіткіш, онымен қоса қолдардың сырғымайтын жабындысы бар ұстағыштан ұстауға арналған, қол қойғыштың бұрышын көлденең жағдайдан тіке жағдайға өзгертуге болатын мүмкіндігі бар болуы қажет. Кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» ҚР 2005 жылғы 13 сәуірдегі Заңының 22-бабының 4-тармағына сәйкес

	техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар ҚР мемлекеттік сертификаттау жүйесінің талаптарына сәйкес міндетті түрде сертификатталуға тиіс. Тіршілік әрекеттері шектелген азаматтарды оңалтудың техникалық құралдары. Жіктеу. ҚР СТ-1619-2007 сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші тарапынан сапасын растау туралы сәйкестік сертификаты немесе декларациясы болып табылады. Мүгедек балаларға арналған жетек арбалардың (көп функционалды) техникалық сипаттамасы (10 дана) Параметрлері 7 жастан 12 жасқа дейінгі балалар үшін өлшемі Жетек арбаның жалпы ені 630 мм бастап 671 мм дейін Жетек арба ұстағышы аралығының ені 345 мм кем емес Ұстағыштан жерге дейінгі биіктігі 515 мм бастап 681 мм дейін Шынтақ қойғыштың биіктігі 660 мм бастап 861 мм дейін Жетек арбаның ұзындығы 655 мм бастап 741 мм дейін Максималды жүк көтергіштігі 63 кг кем емес Салмағы 7,78 кг кем емес Реверсивті типтегі жетек арбалар төрт дөңгелекті, Сал ауруының түрлі формасынан зардап шегетін мүгедек балаларға арналған, аяқ басының патологиялық қалыпқа келуі және омыртқаның бұзылуының жойылуы, жүру және отыру кезінде тепе-теңдікті сақтауға көмектесуі қажет. Жетек арбаның жабыны анодталған алюминий қорытпасынан жасалған, арнайы құрал-саймандарсыз жиналып, реттелуі қажет. Конструкциясы жиналмалы. Жетек арбалар қамтылуы қажет: - шынтаққа арналған тіреуіштермен; - сырғымайтын ұстағыштарымен; - реттелмелі белдіктері бар жамбасқа арналған бекіткішімен (ұстап тұратын белдемшемен); - ені бойынша реттелмелі бекіткіші бар қауіпсіздік белдігімен қамтылған арқаның (белдің) стабилизаторымен; - алдыңғы дөңгелектерінің бұрылу механизмі бекіткішімен; - храпты механизмі бар артқы дөңгелектерімен. Жетек арбалар биіктігі бойынша реттелуі қажет: 9, 8 және 5 болуы, реттеу жағдайының қадамы 2,5 см. Арқаның стабилизаторы дененің бір қалыпта болуына арналған үш жастықшамен қамтылған, сонымен қатар, сақтануға арналған қауіпсіздік белдігінің болуы қажет. Стабилизатор баланың денесінің өлшеміне қарай реттелуі қажет. Ұстап тұратын белдемшелері жұмсақ және ауа өткізгіш құрамнан жасалуы және реттелмелі белдіктің көмегімен жетек арбаның рамасына бекітілуі қажет. Храпты механизмі бар артқы дөңгелектері (қозғалыс кезінде жетек арбаның артқа қозғалуына жол бермейтін), алдыңғылары тіке жүруге арналған, жетек арбаның жан-жаққа қозғалтпайтын бекіткішпен қамтылуы қажет. Шынтаққа арналған тіреуіштері иық астының қолайлы жағдайын бекіткіш, онымен қоса қолдардың сырғымайтын жабындысы бар ұстағыштан ұстауға арналған, қол қойғыштың бұрышын көлденең жағдайдан тіке жағдайға өзгертуге болатын мүмкіндігі бар болуы қажет. Кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» ҚР 2005 жылғы 13 сәуірдегі Заңының 22-бабының 4-тармағына сәйкес техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар ҚР мемлекеттік сертификаттау жүйесінің талаптарына сәйкес міндетті түрде сертификатталуға тиіс. Тіршілік әрекеттері шектелген азаматтарды оңалтудың техникалық құралдары. Жіктеу. ҚР СТ-1619-2007 сәйкес болуы тиіс. Өнім беруші тарапынан сапасын растау туралы сәйкестік сертификаты немесе декларациясы болып табылады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17992587-1
Наименование закупки:	Ходунки для детей инвалидов
Номер лота:	№ 88739891-ЗЦП1
Наименование лота:	Ходунки
Описание лота:	для детей с ограниченными возможностями
Дополнительное описание лота:	ходунки на для детей технических характеристик согласоваться с заказщиком
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234835100, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Караколь К.Сисенбаев 4
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения догвора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая характеристика ходунков (многофункциональных) для детей инвалидов (2 шт.) Параметры Размеры возвраста детей от 1 до 5 лет Общая ширина ходунков не менее 590 мм Ширина между ручками ходунков не менее 345 мм Высота от ручек до пола с 405 мм до 506 мм Высота подлокотников с 530 мм до 631 мм Длина ходунков с 560 мм до 586 мм Максимальная грузоподъемность не менее 45 кг Вес не менее 6,9 кг Ходунки на четырех колесах реверсивного типа должны быть предназначены для детей-инвалидов, страдающих различными формами ДЦП, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп, помогать удерживать равновесие при ходьбе и стоя. Корпус ходунков должен быть изготовлен из алюминиевого сплава с анодированным покрытием, собираться и регулироваться без применения специальных инструментов. Конструкция складная. Ходунки должны быть оснащены: - подлокотными опорами; - нескользящими ручками; - фиксатором для таза (поддерживающими трусиками) с регулируемыми ремешками; - стабилизатором спины, регулируемым по ширине с фиксирующим регулируемым ремнем безопасности; - передними колесами с фиксацией поворотного механизма; - задними колесами с храповым механизмом. Ходунки должны регулироваться по высоте: иметь 9, 8 и 5 положений регулировки с шагом 2,5 см. Стабилизатор спины должен быть оснащен тремя поддерживающими подушками, фиксирующими туловище в одном положении, а также страховочным ремнем для безопасности. Стабилизатор должен регулироваться в зависимости от размеров туловища ребенка. Поддерживающее устройство (трусики) должны быть выполнены из мягкого и дышащего материала и крепиться на раме ходунков с помощью регулировочных ремней. Задние колеса оснащены храповым механизмом (при движении не позволяет ходункам двигаться назад), передние оснащены фиксатором, который блокирует движения ходунков в стороны и позволяет двигаться только по прямой. Подлокотные опоры ходунков фиксируют предплечья в удобном положении, позволяя при этом держаться руками за рукоятки с нескользящим покрытием, угол наклона рукояток можно изменять от вертикального до горизонтального положения. Срок гарантии - не менее 12 месяцев. Согласно статьи 22 пункта 4 Закона РК «О социальной

	защите инвалидов в Республике Казахстан» 13 апреля 2005 года технические вспомогательные (компенсаторные) средства подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям государственной системы сертификации РК. Должна соответствовать - СТ РК 1619-2007. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация. Подтверждением качества со стороны Поставщика является сертификат или декларация о соответствии. Техническая характеристика ходунков (многофункциональных) для детей инвалидов (10 шт.) Параметры Размеры возвраста детей от 7 до 12 лет Общая ширина ходунков с 630 мм до 671 мм Ширина между ручками ходунков не менее 345 мм Высота от ручек до пола с 515 мм до 681 мм Высота подлокотников с 660 мм до 861 мм Длина ходунков с 655 мм до 741 мм Максимальная грузоподъемность не менее 63 кг Вес не менее 7,78 кг Ходунки на четырех колесах реверсивного типа должны быть предназначены для детей-инвалидов, страдающих различными формами ДЦП, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп, помогать удерживать равновесие при ходьбе и стоя. Корпус ходунков должен быть изготовлен из алюминиевого сплава с анодированным покрытием, собираться и регулироваться без применения специальных инструментов. Конструкция складная. Ходунки должны быть оснащены: - подлокотными опорами; - нескользящими ручками; - фиксатором для таза (поддерживающими трусиками) с регулируемыми ремешками; - стабилизатором спины, регулируемым по ширине с фиксирующим регулируемым ремнем безопасности; - передними колесами с фиксацией поворотного механизма; - задними колесами с храповым механизмом. Ходунки должны регулироваться по высоте: иметь 9, 8 и 5 положений регулировки с шагом 2,5 см. Стабилизатор спины должен быть оснащен тремя поддерживающими подушками, фиксирующими туловище в одном положении, а также страховочным ремнем для безопасности. Стабилизатор должен регулироваться в зависимости от размеров туловища ребенка. Поддерживающее устройство (трусики) должны быть выполнены из мягкого и дышащего материала и крепиться на раме ходунков с помощью регулировочных ремней. Задние колеса оснащены храповым механизмом (при движении не позволяет ходункам двигаться назад), передние оснащены фиксатором, который блокирует движения ходунков в стороны и позволяет двигаться только по прямой. Подлокотные опоры ходунков фиксируют предплечья в удобном положении, позволяя при этом держаться руками за рукоятки с нескользящим покрытием, угол наклона рукояток можно изменять от вертикального до горизонтального положения. Срок гарантии - не менее 12 месяцев. Согласно статьи 22 пункта 4 Закона РК «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» 13 апреля 2005 года технические вспомогательные (компенсаторные) средства подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям государственной системы сертификации РК. Должна соответствовать - СТ РК 1619-2007. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация. Подтверждением качества со стороны Поставщика является сертификат или декларация о соответствии