Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17630687-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87835022-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бетперде
Лоттың сипаттауы:	бір реттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық үш еселенген Маска.серпімді жолақтарда
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы ул. Енбек,92
Жеткізу мерзімі:	60 күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Резеңке жолақтардағы үш қабатты медициналық Маска Медициналық Маска бір реттік, үш қабатты, стерильді емес. Сыртқы және ішкі қабаттар-тоқыма емес материал; ортаңғы қабат-meltblown типті сүзгі материалы немесе сүзу қасиеттері бойынша баламалы. Бекіту - серпімді құлақ ілмектері (резеңке таспалар). Кіріктірілген мұрын ұстағышының болуы міндетті болып табылады. Ересектерге арналған Өлшем шамамен 175 × 95 мм. Маска бетке тығыз орналасуды қамтамасыз етуі керек, бөтен иіс, көрінетін ақаулар және теріні тітіркендіретін элементтер болмауы керек. Медициналық бұйым өндірілген нормативтік құжаттың атауы: ЖШС СТ 191140004352-13.92. 29-001-2020, ГОСТ Р 58396-2019

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17630687-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров медицинского назначения
Номер лота:	№ 87835022-ЗЦП1
Наименование лота:	Маска
Описание лота:	одноразовая
Дополнительное описание лота:	Маска медицинская трехсл.на резинках
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район ул Енбек,92
Срок поставки:	60 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Маска медицинская трехслойная на резинках Маска медицинская одноразовая, трехслойная, нестерильная. Наружный и внутренний слои — нетканый материал; средний слой — фильтрующий материал типа meltblown либо эквивалентный по фильтрующим свойствам. Крепление — эластичные ушные петли (резинки). Наличие встроенного носового фиксатора обязательно. Размер для взрослых — ориентировочно 175 × 95 мм. Маска должна обеспечивать плотное прилегание к лицу, не иметь постороннего запаха, видимых дефектов и раздражающих кожу элементов. Наименование нормативного документа, в соответствии с которым произведено медицинское изделие: СТ ТОО 191140004352-13.92.29-001-2020, ГОСТ Р 58396-2019