Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984202-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық шыны / құтыны тазалауға арналған құралдар
Лоттың нөмірі:	№ 88749757-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Дезинфекциялау құралы
Лоттың сипаттауы:	үш хлоризоцианур қышқылы негізінде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	зарарсыздандыру алдындағы тазалауға арналған құрал, 5 л канистр
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Әл-Фараби Даңғылы 146
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жуу машиналарында термостабильді, термолабильді құралдар мен зертханалық Шыныға арналған бейтараптандырғыш. Сілтілік өнімнен кейін бейтараптандырғыш агент; хирургиялық құралды, жылжымалы арбаларды және зертханалық әйнекті механикалық тазалау кезінде қышқылды алдын ала жууға арналған жуғыш зат және т.б. шығару нысаны: сұйықтық. Көлемі, мл: 5000. Белсенді агент: 89/542/EWG 15-30% Бейорганикалық фосфор (фосфор қышқылынан) жуғыш заттар мен тазалағыштарға арналған ЕО ұсыныстарына сәйкес. Жарамдылық мерзімі: кем дегенде 3 жыл. Концентрацияны анықтау: титрлеу факторы: 0,16 (neodisher титрлеу әдісіне сәйкес). ГОСТ Р 58151.1-2018 сәйкестігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984202-1
Наименование закупки:	Средства для очистки медицинских стекол/флаконов
Номер лота:	№ 88749757-ЗЦП1
Наименование лота:	Средство дезинфицирующее
Описание лота:	на основе трихлоризоциануровой кислоты
Дополнительное описание лота:	средство для предстерилизационной очистки ,канистра 5 л
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Проспект Аль-Фараби 146
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Нейтрализатор для термостабильных, термолабильных инструментов и лабораторного стекла в моечных машинах. Нейтрализующий агент после щелочного средства; моющее средство для кислотной предварительной мойки при механической очистке хирургического инструмента, мобильных тележек и лабораторного стекла и т.д. Форма выпуска: Жидкость. Объем, мл: 5000. Действующее средство: В соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих средств 89/542/EWG 15-30% неорганического фосфора (из фосфорной кислоты). Срок годности: не менее 3 лет. Определение концентрации: Фактор титрования: 0,16 (в соответствии с методикой титрования neodisher). Соответствие ГОСТ Р 58151.1-2018.