Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17992929-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Бөлмедегі ауаны зарарсыздандыруға арналған қабырғаға бекітілген бактерицидті сәулелендіргіш |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82209533-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Сәулелендіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бөлмедегі ауаны зарарсыздандыруға арналған қабырғаға бекітілген бактерицидті сәулелендіргіш |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2 |
| **Жеткізу мерзімі:** | согластно условиям договора |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Сәулелендіргіш түрі жабық (экрандалған) аралас (1 жабық + 1 ашық шам)<br>Ультракүлгін шамдардың саны 1 дана. (корпустың ішінде) 2 дана. (жоғарғы экрандалған, төменгі ашық)<br>Өнімділік (99,9% кезінде) 60 м3/сағ 150 м3/сағ жалпы (60 м3/сағ жоғарғы, 90 м3 / сағ төменгі)<br>Қуат тұтыну 40 Вт 80 Вт<br>Жұмыс режимі адамдардың қатысуымен үздіксіз бөлек (жоғарғы — адамдар кезінде, төменгі — бос бөлмеде)<br><br>Жалпы техникалық сипаттама<br><br>* Ультракүлгін шамдар. G13 негізі бар 30 Вт бактерицидті зонасыз шамдар қолданылады (T8 стандартты өлшемі). Сәулеленудің толқын ұзындығы 253,7 нм, ал мәлімделген жұмыс ресурсы 10 800 сағатқа жетеді.<br><br>* Құрылыс және монтаждау. Корпус полимермен қапталған металдан жасалған және стационарлық қабырғаға бекітуге арналған. Скринингтік қақпақ Саңылау бойымен біркелкі ультрафиолет ағынын реттеу үшін үш бұрандамен реттеледі.<br><br>* Қуат және қорғаныс. Құрылғылар кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц стандартты желіден жұмыс істейді. Қабықтың шаңнан қорғау класы IP20 стандартына сәйкес келеді.<br><br>* Құжаттама және кепілдік. Жабдық Қазақстанда өндіріледі және ҚР Денсаулық сақтау Министрлігінің Тіркеу куәлігі бар. Жеткізу жиынтығына орыс және қазақ тілдеріндегі паспорт, шамдардың жұмыс уақытын есепке алу журналы және 37 айға кепілдік талоны кіреді. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17992929-1 |
| **Наименование закупки:** | Настенный экранированный бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха в помещениях |
| **Номер лота:** | № 82209533-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Облучатель |
| **Описание лота:** | бактерицидный, ультрафиолетовое излучение |
| **Дополнительное описание лота:** | Настенный экранированный бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха в помещениях |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Басенова 2 |
| **Срок поставки:** | шарт талаптарына сәйкес |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Тип облучателя Закрытый (экранированный) Комбинированный (1 закрытая + 1 открытая лампа)<br>Количество УФ-ламп 1 шт. (внутри корпуса) 2 шт. (верхняя экранированная, нижняя открытая)<br>Производительность (при 99,9%) 60 м³/ч 150 м³/ч суммарно (60 м³/ч верхняя, 90 м³/ч нижняя)<br>Потребляемая мощность 40 Вт 80 Вт<br>Режим работы Непрерывный в присутствии людей Раздельный (верхняя — при людях, нижняя — в пустом помещении)<br><br>Общая техническая спецификация<br><br>• УФ-лампы. Используются бактерицидные безозоновые лампы мощностью 30 Вт с цоколем G13 (типоразмер T8). Длина волны излучения составляет 253,7 нм, а заявленный ресурс работы достигает 10 800 часов.<br><br>• Конструкция и монтаж. Корпус выполнен из металла с полимерным покрытием и рассчитан на стационарное настенное крепление. Экранирующая крышка регулируется тремя винтами для настройки равномерного УФ-потока вдоль щелевого зазора.<br><br>• Электропитание и защита. Приборы работают от стандартной сети с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Класс пылевлагозащиты оболочки соответствует стандарту IP20.<br><br>• Документация и гарантия. Оборудование производится в Казахстане и имеет регистрационное удостоверение Минздрава РК. В комплект поставки входят паспорт на русском и казахском языках, журнал учета времени работы ламп и гарантийный талон на 37 месяцев. |