Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014239-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88793415-3ЦП1
Лоттың атауы:	Центрифуга
Лоттың сипаттауы:	медицина өнеркәсібіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зәрді тексеруге арналған зертханалық центрифуга. Тауар № Параметр атауы Қажетті сипаттама 1 Жабдық түрі Медициналық зертханалық центрифуга 2 Дизайн Үстел үсті 3 Басқару түрі Электронды 4 Айналу жылдамдығын реттеуге болады, 4000 айн/мин дейін немесе одан жоғары 5 Орталықтан тепкіш үдеу Шамамен 400 × г дейін реттеуге болады 6 Ротор сыйымдылығы Кемінде 8 пробирка 7 Пробирка көлемі 10–15 мл 8 Ротор түрі Бұрыш немесе бұрылыс 9 Таймер Электронды, реттелетін 10 Сандық дисплей 11 Жылдамдықты басқару мүмкіндігі бар 12 Жұмыс кезінде құлыптау механизмі бар қорғаныс қақпағы 13 Қауіпсіздік жүйесі Тепе-теңдіктің бұзылуынан қорғау 14 Корпус Металл немесе соққыға төзімді 15 Қуат көзі 220 В, 50 Гц 16 Орнату Үстел үсті 17 Шу деңгейі 65 дБ-ден аспайды, артықшылықты Қаптаманың құрамы: 1. Зертханалық центрифуга — 1 дана. 2. 10–15 мл пробиркаларға арналған ротор — 1 дана. 3. Сынақ түтігінің адаптерлері — жиынтық. 4. Қорғаныш қақпақ — 1 дана. 5. Қуат кабелі — 1 дана. 6. Өнім паспорты — 1 дана. 7. Орыс тіліндегі пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана. 8. Кепілдік картасы — 1 дана.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Зәрді тексеруге арналған зертханалық центрифуга. Тауар № Параметр атауы Қажетті сипаттама 1 Жабдық түрі Медициналық зертханалық центрифуга 2 Дизайн Үстел үсті 3 Басқару түрі Электронды 4 Айналу жылдамдығын реттеуге болады, 4000 айн/мин дейін немесе одан жоғары 5 Орталықтан тепкіш үдеу Шамамен 400 × г дейін реттеуге болады 6 Ротор сыйымдылығы Кемінде 8 пробирка 7 Пробирка көлемі 10–15 мл 8 Ротор түрі Бұрыш немесе бұрылыс 9 Таймер Электронды, реттелетін 10 Сандық дисплей 11 Жылдамдықты басқару мүмкіндігі бар 12 Жұмыс кезінде құлыптау механизмі бар қорғаныс қақпағы 13 Қауіпсіздік жүйесі Тепе-теңдіктің бұзылуынан қорғау 14 Корпус Металл немесе соққыға төзімді 15 Қуат көзі 220 В, 50 Гц 16 Орнату Үстел үсті 17 Шу деңгейі 65 дБ-ден аспайды, артықшылықты Қаптаманың құрамы: 1. Зертханалық центрифуга — 1 дана. 2. 10–15 мл пробиркаларға арналған ротор — 1 дана. 3. Сынақ түтігінің адаптерлері — жиынтық. 4. Қорғаныш қақпақ — 1 дана. 5. Қуат кабелі — 1 дана. 6. Өнім паспорты — 1 дана. 7. Орыс тіліндегі пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана. 8. Кепілдік картасы — 1 дана. / ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014239-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88793415-ЗЦП1
Наименование лота:	Центрифуга
Описание лота:	для медицинской промышленности
Дополнительное описание лота:	Центрифуга лабораторная для исследования мочи. № Наименование параметра Требуемая характеристика 1 Тип оборудования Центрифуга лабораторная медицинская 2 Исполнение Настольное 3 Тип управления Электронное 4 Скорость вращения Регулируемая, до 4000 об/мин или выше 5 Центробежное ускорение Возможность настройки режима около 400 × g 6 Вместимость ротора Не менее 8 пробирок 7 Объём пробирок 10–15 мл 8 Тип ротора Угловой или качающийся 9 Таймер Электронный, регулируемый 10 Дисплей Цифровой 11 Регулировка скорости Наличие 12 Защитная крышка С блокировкой во время работы 13 Система безопасности Защита от дисбаланса 14 Корпус Металлический или ударопрочный 15 Электропитание 220 В, 50 Гц 16 Установка Настольная 17 Уровень шума Не более 65 дБ, желательно Комплект поставки: 1. Центрифуга лабораторная — 1 шт. 2. Ротор для пробирок 10–15 мл — 1 шт. 3. Адаптеры для пробирок — комплект. 4. Защитная крышка — 1 шт. 5. Кабель электропитания — 1 шт. 6. Паспорт изделия — 1 шт. 7. Инструкция по эксплуатации на русском языке — 1 шт. 8. Гарантийный талон — 1 шт.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Центрифуга лабораторная для исследования мочи. № Наименование параметра Требуемая характеристика 1 Тип оборудования Центрифуга лабораторная медицинская 2 Исполнение Настольное 3 Тип управления Электронное 4 Скорость вращения Регулируемая, до 4000 об/мин или выше 5 Центробежное ускорение Возможность настройки режима около 400 × g 6 Вместимость ротора Не менее 8 пробирок 7 Объём пробирок 10–15 мл 8 Тип ротора Угловой или качающийся 9 Таймер Электронный, регулируемый 10 Дисплей Цифровой 11 Регулировка скорости Наличие 12 Защитная крышка С блокировкой во время работы 13 Система безопасности Защита от дисбаланса 14 Корпус Металлический или ударопрочный 15 Электропитание 220 В, 50 Гц 16 Установка Настольная 17 Уровень шума Не более 65 дБ, желательно Комплект поставки: 1. Центрифуга лабораторная — 1 шт. 2. Ротор для пробирок 10–15 мл — 1 шт. 3. Адаптеры для пробирок — комплект. 4. Защитная крышка — 1 шт. 5. Кабель электропитания — 1 шт. 6. Паспорт изделия — 1 шт. 7. Инструкция по эксплуатации на русском языке — 1 шт. 8. Гарантийный талон — 1 шт. ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 Согласовать с заказчиком