Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18007082-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83195138-ОИ2
Лоттың атауы:	Тестовый
Лоттың сипаттауы:	внутричерепной
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мойны кең аневризмаларды реконструкциялауға және интракраниалдық стеноздарды емдеуге арналған өздігінен ашылатын интракраниалдық стент
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Кең мойынды аневризмаларға/стеноздарға арналған өздігінен ашылатын интракраниалдық стент Саны: 1 дана Кең мойынды аневризмаларды реконструкциялауға және интракраниалдық стеноздарды емдеуге арналған өздігінен ашылатын интракраниалдық стент. Стент өрілген нитинол сымынан жасалуы тиіс. Конструкциясы тұрақты ашылуды, қан тамырының қабырғасына тығыз жанасуды және оның пішініне бейімделуді қамтамасыз ету үшін қажетті радиалды күшке ие болуы тиіс. Стентті орналастырғаннан кейін өткізгіш сымды ремоделдеу баллонын енгізу немесе екінші стентті орнату үшін пайдалану мүмкіндігі болуы тиіс. Стент катетер арқылы өткізгіш сым бойымен жылжытылып, навигациялау мен дәл орналастыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Стентті ішінара ашу кезінде, түпкілікті босатылғанға дейін, оны кері тартып алу және қайта орналастыру мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Стенттің ұштары атравматикалық, дөңгеленген болуы және қан тамырының қабырғасына, соның ішінде диаметрі кіші әрі айқын иректелген қан тамырларында тығыз жанасуды қамтамасыз ететін конструкцияға ие болуы тиіс. Стент ұштарының конструкциясы қан тамырының қабырғасына жақсы жанасуды қамтамасыз етіп, соның ішінде диаметрі кіші қан тамырларында стент жиектерінің толық ашылмау қаупін төмендетуі тиіс. Стенттің бүкіл ұзындығы бойынша орналасуын визуализациялауды қамтамасыз ететін екі бойлық рентгенконтрастты маркері болуы тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18007082-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83195138-ОИ2
Наименование лота:	Стент интракраниальный
Описание лота:	внутричерепной
Дополнительное описание лота:	Стент самораскрывающийся интракраниальный для реконструкции аневризм с широкой шейкой и лечения интракраниальных стенозов
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Стент самораскрывающийся интракраниальный для широкошейных аневризм/стенозов Количество: 1 шт. Стент самораскрывающийся интракраниальный для реконструкции аневризм с широкой шейкой и лечения интракраниальных стенозов. Стент изготовлен из плетеной нитиноловой проволоки. Конструкция должна обеспечивать радиальное усилие, необходимое для стабильного раскрытия, прилегания к стенке сосуда и конформации. После позиционирования стента проводник можно использовать для введения ремоделирующего баллона или установки второго стента. Стент должен продвигаться по проводнику через катетер, обеспечивая возможность навигации и точного позиционирования. Должна быть предусмотрена возможность обратного захвата и репозиционирования стента при частичном раскрытии до его окончательного высвобождения. Концы стента должны быть атравматичными, закругленными, с конструкцией, обеспечивающей плотное прилегание к стенке сосуда, в том числе в сосудах малого диаметра и выраженной извитости. Конструкция концов стента должна обеспечивать улучшенное прилегание к стенке сосуда, в том числе в сосудах малого диаметра, и снижать риск неполного раскрытия краев стента. Наличие двух продольных рентгеноконтрастных маркеров, обеспечивающих визуализацию положения стента по его длине. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.