Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17938553-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88580666-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	фармацевтикалық, көлемі 250 л дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мұздатқышы бар медициналық Тоңазытқыш. Жалпы көлемі, 250 л .Тоңазытқыш камерасының көлемі, л. 170.Компрессорлар саны, дана-2, Биіктігі, мм 1450, тереңдігі, мм 610, Ені, мм 600 Салмағы, кг., 68-ден аспайды, номиналды қуат тұтыну, Вт 250, кернеу,В 220, Кепілдік,2 жыл, бөлімшелер арасындағы қажетсіз ауа алмасуға кедергі келтіретін қосымша мөлдір есіктер-иә,мұздатқыш/НТО көлемі, л 80,тоңазытқыш камерасы,Тоңазытқыш камерасындағы Температура, °С +2... +15 Термокартаның болуы иә Тиімділік және қуат тұтыну Электр энергиясын тұтыну, кВт * сағ / тәулік 1,91 Климаттық класс Uhl 4.2 Жиілік, Гц 50 Қаптамасы бар өнімнің болжамды өлшемдері Тауардың таза салмағы, кг 68 Тауардың брутто салмағы, кг 72 Тауарлық Қаптаманың көлемі, м3 0,647 Тауарлық қаптаманың ұзындығы, м 0,69 Тауарлық қаптаманың ені, м 0,63 Тауарлық қаптаманың биіктігі, м 1,50 Мұздатқыш Мұздатқыштағы Температура, °С -25...-10 Бағаға тауарды түсіру және жеткізу кіреді.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333630100, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ а. Қазақстан, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ ауылы, Әуезов көшесі, 12
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мұздатқышы бар медициналық Тоңазытқыш. Жалпы көлемі, 250 л .Тоңазытқыш камерасының көлемі, л. 170.Компрессорлардың саны, дана-2, Биіктігі, мм 1450, тереңдігі, мм 610, Ені, мм 600 салмағы, кг., 68-ден аспайды, номиналды тұтыну қуаты, Вт 250, кернеу, В 220, кепілдік,жыл 2, бөлімдер арасындағы қажетсіз ауа алмасуға кедергі келтіретін қосымша мөлдір есіктер-иә, мұздатқыштың көлемі камералар / НТО, л 80, тоңазытқыш камера, Тоңазытқыш камерадағы Температура, °С +2... +15 термокартаның болуы иә электр энергиясының тиімділігі мен энергия тұтынуы, кВт*сағ/тәулік 1,91 Климаттық класс УХЛ 4.2 жиілігі, Гц 50 орамасы бар тауардың болжамды габариттері тауардың таза салмағы, кг 68 тауардың брутто салмағы, кг 72 тауарлық Қаптаманың көлемі, м3 0,647 тауарлық қаптаманың ұзындығы, м 0,69 тауарлық қаптаманың Ені, м 0,63 Тауарлық қаптаманың биіктігі, м 1,50 мұздатқыш мұздатқыштағы Температура, °С -25...-10 құнына тауарды түсіру және жеткізу кіреді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17938553-1
Наименование закупки:	Товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88580666-ЗЦП1
Наименование лота:	Холодильник
Описание лота:	фармацевтический, объем до 250 л
Дополнительное описание лота:	Холодильник медицинский с морозильной камерой. Общий объем, 250 л .Объем холодильной камеры, л. 170.Количество компрессоров, шт.-2,Высота, мм 1450,Глубина, мм 610,Ширина, мм 600 Масса, кг., не более 68,Номинальная потребляемая мощность, Вт 250,Напряжение, В 220,Гарантия, год 2,Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями-да,Объем морозильной камеры/НТО, л 80,Холодильная камера,Температура в холодильной камере, °С +2... +15 Наличие термокарты да Эффективность и энергопотребление Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки 1,91 Климатический класс УХЛ 4.2 Частота, Гц 50 Ориентировочные габариты товара с упаковкой Вес товара нетто, кг 68 Вес товара брутто, кг 72 Объем товарной упаковки, м3 0,647 Длина товарной упаковки, м 0,69 Ширина товарной упаковки, м 0,63 Высота товарной упаковки, м 1,50 Морозильная камера Температура в морозильной камере, °С -25...-10 В стоимость входит разгрузка и доставка товара.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333630100, область Жетiсу, Ескельдинский район, с.Карабулак КАЗАХСТАН, область Жетiсу, Ескельдинский район, с.Карабулак,ул.Ауэзова 12
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Холодильник медицинский с морозильной камерой. Общий объем, 250 л .Объем холодильной камеры, л. 170.Количество компрессоров, шт.-2,Высота, мм 1450,Глубина, мм 610,Ширина, мм 600 Масса, кг., не более 68,Номинальная потребляемая мощность, Вт 250,Напряжение, В 220,Гарантия, год 2,Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями-да,Объем морозильной камеры/НТО, л 80,Холодильная камера,Температура в холодильной камере, °С +2... +15 Наличие термокарты да Эффективность и энергопотребление Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки 1,91 Климатический класс УХЛ 4.2 Частота, Гц 50 Ориентировочные габариты товара с упаковкой Вес товара нетто, кг 68 Вес товара брутто, кг 72 Объем товарной упаковки, м3 0,647 Длина товарной упаковки, м 0,69 Ширина товарной упаковки, м 0,63 Высота товарной упаковки, м 1,50 Морозильная камера Температура в морозильной камере, °С -25...-10 В стоимость входит разгрузка и доставка товара.