Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014239-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88802806-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Таразы
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық таразы. Сипаттамалары және сипаттамасы Қуаты: Батарея Техникалық сипаттамалары: 1. Өнім түрі: Электронды медициналық еден таразы. 2. Өлшеудің максималды шегі: 200 кг-нан кем емес. 3. Өлшеудің минималды шегі: 0,2 кг-нан аспайды. 4. Оқу ажыратымдылығы: 10/20/50 г. 5. Дәлдік класы: III (орташа). 6. Ыдыс диапазоны: 50 кг-нан кем емес. 7. Өлшеу уақыты: 4 секундтан аспайды. 8. Өлшеу платформасының өлшемі: шамамен 520 x 395 мм. 9. Дизайны: Еденге қойылатын, тік индикатор тіреуіші бар. 10. Дисплей: LCD, артқы жарықтандырылған. 11. Деректерді беру интерфейсі: RS-232. 12. Өлшеу платформасының қорғаныс рейтингі: IP67. 13. Дисплей құрылғысы IP54 қорғаныс рейтингіне ие. 14. Қуат көзі: 220 В айнымалы ток, 50 Гц. 15. Кем дегенде 56 сағат батарея қызмет ету мерзіміне арналған кіріктірілген батарея. 16. Ыдыс функциясы. 17. Нөлді автоматты түрде орнату функциясы. 18. Екі өлшеу нәтижесінің айырмашылығын көрсету функциясы. 19. Жалпы өлшемдері: шамамен 520 × 395 × 800 мм. 20. Таразы салмағы: 15 кг-нан аспайды. 21. Дезинфекциялау және зарарсыздандыру мүмкіндіктері. 22. Кездейсоқ шамадан тыс жүктемеден қорғау.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық таразы. Сипаттамалары және сипаттамасы Қуаты: Батарея Техникалық сипаттамалары: 1. Өнім түрі: Электронды медициналық еден таразы. 2. Өлшеудің максималды шегі: 200 кг-нан кем емес. 3. Өлшеудің минималды шегі: 0,2 кг-нан аспайды. 4. Оқу ажыратымдылығы: 10/20/50 г. 5. Дәлдік класы: III (орташа). 6. Ыдыс диапазоны: 50 кг-нан кем емес. 7. Өлшеу уақыты: 4 секундтан аспайды. 8. Өлшеу платформасының өлшемі: шамамен 520 x 395 мм. 9. Дизайны: Еденге қойылатын, тік индикатор тіреуіші бар. 10. Дисплей: LCD, артқы жарықтандырылған. 11. Деректерді беру интерфейсі: RS-232. 12. Өлшеу платформасының қорғаныс рейтингі: IP67. 13. Дисплей құрылғысы IP54 қорғаныс рейтингіне ие. 14. Қуат көзі: 220 В айнымалы ток, 50 Гц. 15. Кем дегенде 56 сағат батарея қызмет ету мерзіміне арналған кіріктірілген батарея. 16. Ыдыс функциясы. 17. Нөлді автоматты түрде орнату функциясы. 18. Екі өлшеу нәтижесінің айырмашылығын көрсету функциясы. 19. Жалпы өлшемдері: шамамен 520 × 395 × 800 мм. 20. Таразы салмағы: 15 кг-нан аспайды. 21. Дезинфекциялау және зарарсыздандыру мүмкіндіктері. 22. Кездейсоқ шамадан тыс жүктемеден қорғау. / ГОСТ 24104-2001 Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014239-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88802806-3ЦП1
Наименование лота:	Весы
Описание лота:	медицинские
Дополнительное описание лота:	Весы медицинские. Характеристики и описание Питание Аккумулятор Технические характеристики: 1. Тип изделия — электронные медицинские напольные весы. 2. Наибольший предел взвешивания — не менее 200 кг. 3. Наименьший предел взвешивания — не более 0,2 кг. 4. Дискретность отсчёта — 10/20/50 г. 5. Класс точности — III (средний). 6. Диапазон тарирования — не менее 50 кг. 7. Время измерения — не более 4 секунд. 8. Размер весовой платформы — ориентировочно 520 × 395 мм. 9. Конструкция — напольная, с вертикальной стойкой для индикатора. 10. Дисплей — жидкокристаллический, с подсветкой. 11. Интерфейс передачи данных — RS-232. 12. Степень защиты весовой платформы — IP67. 13. Степень защиты устройства индикации — IP54. 14. Электропитание — от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. 15. Наличие встроенного аккумулятора для автономной работы — не менее 56 часов. 16. Наличие функции тарирования. 17. Наличие функции автоматической установки нуля. 18. Наличие функции отображения разности результатов двух взвешиваний. 19. Габаритные размеры — ориентировочно 520 × 395 × 800 мм. 20. Масса весов — не более 15 кг. 21. Возможность санитарной обработки и дезинфекции. 22. Наличие защиты от случайной перегрузки.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Весы медицинские. Характеристики и описание Питание Аккумулятор Технические характеристики: 1. Тип изделия — электронные медицинские напольные весы. 2. Наибольший предел взвешивания — не менее 200 кг. 3. Наименьший предел взвешивания — не более 0,2 кг. 4. Дискретность отсчёта — 10/20/50 г. 5. Класс точности — III (средний). 6. Диапазон тарирования — не менее 50 кг. 7. Время измерения — не более 4 секунд. 8. Размер весовой платформы — ориентировочно 520 × 395 мм. 9. Конструкция — напольная, с вертикальной стойкой для индикатора. 10. Дисплей — жидкокристаллический, с подсветкой. 11. Интерфейс передачи данных — RS-232. 12. Степень защиты весовой платформы — IP67. 13. Степень защиты устройства индикации — IP54. 14. Электропитание — от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. 15. Наличие встроенного аккумулятора для автономной работы — не менее 56 часов. 16. Наличие функции тарирования. 17. Наличие функции автоматической установки нуля. 18. Наличие функции отображения разности результатов двух взвешиваний. 19. Габаритные размеры — ориентировочно 520 × 395 × 800 мм. 20. Масса весов — не более 15 кг. 21. Возможность санитарной обработки и дезинфекции. 22. Наличие защиты от случайной перегрузки. ГОСТ 24104-2001 Согласовать с заказчиком