Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17933524-1
Сатып алудың атауы:	жүрек орталығына арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88529005-3ЦП2
Лоттың атауы:	Оттекті баллон
Лоттың сипаттауы:	өкпені жасанды желдету аппараты үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Drager oxylog 3000 plus + беріліс қорабы бар оттегі тасымалдаушы ингаляторы көліктік МВЛ-ға оттегі баллоны.. Редукторы бар оттегі тасымалдау ингаляторы. Оттегі ингаляторы 4L . Цилиндрдегі газдың максималды қысымы: кем дегенде 200 атм Цилиндрдің гидравликалық сыйымдылығы: 2 л Цилиндр жасау материалы: қара металдар Атмосфералық қысымдағы оттегінің көлемі: 300 л Үздіксіз оттегімен қамтамасыз етудің шамамен уақыты: 60 минут (10 л/мин тұтыну кезінде). Жабдық: Болат цилиндр, пластикалық корпус, редуктор (1 атм бекітілген қысым.), өлшеу колбасы бар ағынды реттегіш, ылғалдандырғыш, сыйымдылығы 40 л үлкен стандартты оттегі баллонынан цилиндрді толтыруға арналған адаптер, кілт. Оттегінің максималды жұмыс қысымы: 14.7 Мпа Ағынды реттеу диапазоны: минутына 1-5 литр Жабық шығу кезіндегі максималды қысым: 15 Мпа Редуктордан шығатын оттегінің қысымы 0.3 Мпа Қорғаныс клапанының жұмыс қысымы 0.35 ± 0.05 Мпа. Қаптамадағы салмағы 9,5 кг аспайды
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ткачев көшесі 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Drager oxylog 3000 plus + беріліс қорабы бар оттегі тасымалдаушы ингаляторы көліктік МВЛ-ға оттегі баллоны.. Редукторы бар оттегі тасымалдау ингаляторы. Оттегі ингаляторы 4L . Цилиндрдегі газдың максималды қысымы: кем дегенде 200 атм Цилиндрдің гидравликалық сыйымдылығы: 2 л Цилиндр жасау материалы: қара металдар Атмосфералық қысымдағы оттегінің көлемі: 300 л Үздіксіз оттегімен қамтамасыз етудің шамамен уақыты: 60 минут (10 л/мин тұтыну кезінде). Жабдық: Болат цилиндр, пластикалық корпус, редуктор (1 атм бекітілген қысым.), өлшеу колбасы бар ағынды реттегіш, ылғалдандырғыш, сыйымдылығы 40 л үлкен стандартты оттегі баллонынан цилиндрді толтыруға арналған адаптер, кілт. Оттегінің максималды жұмыс қысымы: 14.7 Мпа Ағынды реттеу диапазоны: минутына 1-5 литр Жабық шығу кезіндегі максималды қысым: 15 Мпа Редуктордан шығатын оттегінің қысымы 0.3 Мпа Қорғаныс клапанының жұмыс қысымы 0.35 ± 0.05 Мпа. Қаптамадағы салмағы 9,5 кг аспайды

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17933524-1
Наименование закупки:	товары для кардиологического центра
Номер лота:	№ 88529005-ЗЦП2
Наименование лота:	Баллон кислородный
Описание лота:	для аппарата искусственной вентиляции легких
Дополнительное описание лота:	Кислородный баллон на транспортный МВЛ аппарат Drager Oxylog 3000 plus + ингалятор кислородный транспортный с редуктором. Ингалятор кислородный 4L . Максимальное давление газа в баллоне: не менее 200 атм Гидравлическая ёмкость баллона: 2 л Материал изготовления баллона: черные металлы Объем кислорода при атмосферном давлении: 300 л Приблизительное время непрерывной подачи кислорода: 60 минут (при расходе 10 л/мин). Комплектация: Баллон стальной, пластиковый кейс, редуктор (фиксированное давление 1 атм.), регулятор потока с измерительной колбой, увлажнитель, гаечный ключ. Максимальное рабочее давление кислорода: 14.7 Мпа Диапазон регулировки потока: 1-5 литров в минуту Максимальное давление при закрытом выходе: 15 Мпа Давление кислорода на выходе из редуктора 0.3 Мпа Давление срабатывания защитного клапана 0.35 ± 0.05 Мпа. Вес в упаковке не более 9,5 кг
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кислородный баллон на транспортный МВЛ аппарат Drager Oxylog 3000 plus + ингалятор кислородный транспортный с редуктором. Ингалятор кислородный 4L . Максимальное давление газа в баллоне: не менее 200 атм Гидравлическая ёмкость баллона: 2 л Материал изготовления баллона: черные металлы Объем кислорода при атмосферном давлении: 300 л Приблизительное время непрерывной подачи кислорода: 60 минут (при расходе 10 л/мин). Комплектация: Баллон стальной, пластиковый кейс, редуктор (фиксированное давление 1 атм.), регулятор потока с измерительной колбой, увлажнитель, гаечный ключ. Максимальное рабочее давление кислорода: 14.7 Мпа Диапазон регулировки потока: 1-5 литров в минуту Максимальное давление при закрытом выходе: 15 Мпа Давление кислорода на выходе из редуктора 0.3 Мпа Давление срабатывания защитного клапана 0.35 ± 0.05 Мпа. Вес в упаковке не более 9,5 кг