Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999023-1
Сатып алудың атауы:	медициналық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88665540-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гигрометр
Лоттың сипаттауы:	психометрлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Психометриялық гигрометр ВИТ-2
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635430100, Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Катонқарағай а. Абай, 61
Жеткізу мерзімі:	16 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Психометриялық гигрометр ВИТ-2. Құрал ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасын өлшеуге арналған қойма үй-жайларында, материалдық бөлмелерде. Сипаттамасы - пластмассалық негізде екі термометр, температуралық шкала, психрометриялық кесте және шыны қоректендіргіш. Жұмыс тәртібі: гигрометрді қоректендіргішке құяды тазартылған су. Салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу көрсеткіштерінің айырмашылығына негізделген «ылғалданған «термометрлер. Көрсеткіштер алынғаннан кейін психрометриялық кесте бойынша термометрлер ауаның салыстырмалы ылғалдылығы. Өлшеу диапазоны t °C, +15 …+40. Тауар Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйелері (ҚР МӨЖ). Тексеру: Жеткізілетін тауар тексерілуі тиіс (бастапқы тексеру болуы). Салыстырып тексерушінің бедерінің болуы таңба немесе тексеру туралы сертификат міндетті түрде болуы тиіс. Мәртебесі: Тауар жаңа болуы тиіс, бұрын пайдаланылмаған, шығарылған жылы - 2025/2026 ж. бұрын Гигрометр құрылымы сыртқы беттерге ылғалды дезинфекция жүргізу дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып сүрту Қазақстан Республикасында рұқсат етілген қаражат. Шкала анық болуы тиіс, немесе өшірілмейтін, өлшем бірлігі (°C). Құжаттамаға қойылатын талаптар Өнім беруші тауармен бірге: 1, Өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың көшірмесі ҚР. 2, Бұйымның қазақ және орыс тілдеріндегі паспорты. 3. бастапқы тексеру туралы құжат (сертификат немесе қолданыстағы мерзімі бар төлқұжат)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999023-1
Наименование закупки:	покупка медицинских товаров
Номер лота:	№ 88665540-ЗЦП1
Наименование лота:	Гигрометр
Описание лота:	психрометрический
Дополнительное описание лота:	Гигрометр психометрический ВИТ-2
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635430100, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Катон-Карагай Абая, 61
Срок поставки:	в течении 16 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гигрометр психометрический ВИТ-2. Прибор для измерения относительной влажности воздуха и температуры в складских помещениях, материальных комнатах. Описание – на пластмассовом основании закреплены два термометра, температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель. Порядок работы: в питатель гигрометра заливают дистиллированную воду. Измерение относительной влажности воздуха основано на разнице показаний “сухого “и “увлажненного “термометров. После снятия показаний термометров по психрометрической таблице определяют относительную влажность воздуха. Диапазон измерения t °С, +15 …+40. Товар должен быть внесен в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК). Поверка: Поставляемый товар должен быть поверен (иметь первичную поверку). Наличие оттиска поверительного клейма или сертификата о поверке обязательно. Статус: Товар должен быть новым, ранее не использованным, год выпуска — не ранее 2025/2026 г. Конструкция гигрометра должна позволять проведение влажной дезинфекции внешних поверхностей способом протирания с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных в РК. Шкала должна быть четкой, нестираемой, с нанесенным логотипом завода-изготовителя и единицей измерения (°С). Требования к документации при поставке Поставщик обязан предоставить вместе с товаром: 1.Копию Сертификата об утверждении типа средств измерений РК. 2.Паспорт изделия на казахском и русском языках. 3.Документ о первичной поверке (сертификат или отметка в паспорте с действующим сроком)