Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17407443-1
Сатып алудың атауы:	Кардиология ҒЗИ үшін реагенттер жиынтығы 2
Лоттың нөмірі:	№ 83569760-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	энзиматикалық колориметриялық әдіспен холестерин концентрациясын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Контроль ПрециКонтроль Вариа (PreciControl Varia)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"PreciControl varia бақылау материалдарының жиынтығы тиісті elecsys иммунотесттерінің сапасын бақылау Cobas e. PreciControl varia иммунохимиялық анализаторлары-2 концентрация диапазонында адамның қан сарысуына негізделген мұздатылған кептірілген бақылау сарысуы. Бақылау материалдары Elecsys иммунотесттерінің дәлдігі мен дәлдігін бақылау үшін қолданылады. Сақтау және тұрақтылық 2-8 °C температурада сақталады. еріген бақылау сарысуындағы компоненттердің тұрақтылығы: -20 °C (±5 °C) температурада 31 күн (тек бір рет мұздатуға рұқсат етіледі) 2-8 °C температурада анализаторлар бортында 72 сағат 20-25 °C 5 сағатқа дейін"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17407443-1
Наименование закупки:	Набор реагентов для НИИ кардиологии 2
Номер лота:	№ 83569760-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для определения концентрации холестерина энзиматическим колориметрическим методом
Дополнительное описание лота:	Контроль ПрециКонтроль Вариа (PreciControl Varia)
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Набор контрольных материалов PreciControl Varia используется для контроля качества соответствующих иммунотестов Elecsys на иммунохимических анализаторах cobas e. PreciControl Varia представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов Elecsys. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Стабильность компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °C (± 5 °C) 31 день (допускается только однократное замораживание) при 2-8 °C 72 часа на борту анализаторов при 20-25 °C до 5 часов"