Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17465044-1
Сатып алудың атауы:	ЖЭО-1 үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81656585-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	техникалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған 0-ден 4 кгс/см2-ге дейінгі артық қысымды көрсететін техникалық манометр
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Агрессивті емес, кристалданбайтын сұйықтықтардың, будың, газдың артық қысымы мен разрядын өлшеуге арналған техникалық манометр. Қысымның жоғарғы мәні: 4 кГс/см2 Орындау: корпус - болат, шыны - құйылған; құбырлы серіппе - мыс қорытпасы, темір-никель қорытпасы; ұстаушы - мыс қорытпасы; механизм - мыс қорытпасы, тот баспайтын болат; Циферблат: алюминий қорытпасы; бұрамаларда; Корпус диаметрі кемінде - 150 мм; Штуцер бұрандасы: М20х1,5., демпфердің болуы; Дәлдік сыныбы кемінде 1,5; Қолдану температурасы -50 +60 °С дейін; Манометрдің салмағы: 1,2 кг-нан аспайды; ҚР-да қолданыстағы салыстырып тексерумен паспорттың болуы; Салыстырып тексерудің салыстырып тексеру аралығы - кемінде 1 жыл; Жабдық 2026 жылдан ерте өндірілмеуі тиіс; Манометрді қатты бөлшектердің, шаң мен судың әсерінен қорғау дәрежесі кемінде IP40 және IP53; Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай; МЕМСТ 2405-88."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17465044-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для ТЭЦ-1
Номер лота:	№ 81656585-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	технический
Дополнительное описание лота:	Манометр показывающий технический для измерения избыточного давления от 0 до 4 кгс/см2 для ТЭЦ-1
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Манометр показывающий технический для измерения избыточного давления и разряжения неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара, газа. Верхнее значение давления: 4 кГс/см2 Исполнение: корпус – сталь, стекло – литое; трубчатая пружина – медный сплав, железо-никелевый сплав; держатель – медный сплав; механизм – медный сплав, нержавеющая сталь; Циферблат: алюминиевый сплав; на винтах; Диаметр корпуса не менее - 150 мм.; Резьба штуцера: М20х1,5., наличие демпфера; Класс точности не менее 1,5; Температура применения в диапазоне -50° до +60°С.; Масса манометра: не более 1,2 кг; Наличие паспорта с действующей поверкой в РК; Межповерочный интервал поверки – не менее 1 года; Оборудование должно быть произведено не ранее 2026 г.; Степень защиты манометра от воздействия твердых частиц, пыли и воды не менее IP40 и IP53; Гарантийный срок не менее 12 месяцев; ГОСТ 2405-88."