Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17960719-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын, құралдарды, жабдықтар мен шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84369201-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сәулелендіргіш
Лоттың сипаттауы:	бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жабық үлгідегі бактерицидтік ультракүлгін рециркулятор
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бактерицидті ультракүлгін рециркулятор. Жинақтауға қойылатын талаптар Негізгі блок. Рециркулятор-1 дана. Жабық типтегі бактерицидті рециркулятор ол арқылы өтетін үй-жайлардағы ауаны зарарсыздандыруға арналған. Өлшемі: - 656х131х142 (мм), салмағы 3,8 кг. Корпус материалы: металл 1мм, RAL 9016 полимерлі жабыны бар, 4 мм ақ акрил (шамдарды көрсетуге арналған кірістіру) Бактерицидтік тиімділік кезіндегі өнімділік кем емес: 99,9% - 90 м3/сағ; 99% -130 м3/сағ; 95% -200 м3/сағ; 90% -260 м3/сағ Тұтынылатын қуат, артық емес, Вт-70 Энергияны үнемдейтін электронды іске қосу аппаратурасы (EPRA) электр энергиясын үнемдеуге, тегіс өртеуге және шамдардың қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Қабықпен қамтамасыз етілген қорғаныс дәрежесі-IP20 Жұмыс режимін орнату уақыты 15 секундтан аспайды. Сәулелену көзі-15 ВТ ультракүлгін шам кем дегенде 4 дана Шамның түрі-қоршаусыз Шамның ресурсы -10800 сағаттан кем емес Жертөле-G13 Жалпы бактерицидтік ағын - 20.4 Вт кем емес Шу деңгейі, артық емес-50 Дб 3 істікшелі корпусқа IEC C14 біріктірілген қуат қосқышы өшіру түймесі + сақтандырғыш 2 Ампер 5х20 мм, Жинақта сақтандырғыштар бар (балқытылатын кірістіру)- жиілігі 50...2000 Гц болатын РЭА тұрақты және айнымалы токтың электр тізбектерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталудан қорғауға арналған 2 дана. Өлшемі: ұзындығы-20мм, диаметрі - 5мм. Желілік сым-1 дана. Кабель қосқыштары-IEC C13 Кабельдің ұзындығы-1,5 м. Номиналды кернеу-250 В Максималды жүктеме тогы-16а Сымның қимасы-3*1 А5 форматындағы Паспорт — 1 дана. Гофрленген қорап-1 дана. Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар Электрмен жабдықтау. Айнымалы кернеу: 100 – 240 V+ 10%, 50/60 Hz. Жеткізушіден зауыттан дилер сертификаты және Өндіруші зауыттан инженер сертификаты талап етіледі. Тауарды жеткізу кезінде өндіруші зауыттың авторизациялық хаты. Жеткізу шарттары: DDP (Incoterms 2010). Кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары

	МТ кепілдік қызмет көрсету кем дегенде 12 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МТ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар ГОСТ Р 50444

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17960719-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров, инструментов, оборудования и расходных материалов
Номер лота:	№ 84369201-ЗЦП1
Наименование лота:	Облучатель
Описание лота:	бактерицидный, ультрафиолетовое излучение
Дополнительное описание лота:	Закрытый бактерицидный УФ-рециркулятор
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор. Требования к комплектации Основной блок. Рециркулятор — 1 шт. Бактерицидный рециркулятор закрытого типа предназначен для обеззараживания проходящего через него воздуха в помещениях. Размер: - 656х131х142(мм), вес 3,8кг. Материал корпуса: металл 1мм, с полимерным покрытием RAL 9016, белый акрил 4 мм (вставка для индикации ламп) Производительность при бактерицидной эффективности не менее: 99,9% - 90 м³/ч; 99% -130 м³/ч; 95% -200 м³/ч; 90% -260 м³/ч Потребляемая мощность, не более, Вт – 70 Энергоэффективная электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономию электроэнергии, плавный поджиг и увеличивает срок службы ламп. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 Время установления рабочего режима не более 15 секунд. Источник излучения – УФ-лампа 15Вт не менее 4 шт Тип лампы –безозоновый Ресурс лампы не менее –10800 часов Цоколь – G13 Суммарный Бактерицидный поток – не менее 20.4 Вт Уровень шума, не более – 50 Дб Комбинированный разъем питания IEC C14 на корпус 3 пин с кнопкой выключения + предохранитель 2 Ампер 5х20 мм, В комплекте присутствует предохранители (вставка плавкая)- 2 шт, предназначенный для защиты электрических цепей постоянного и переменного тока РЭА частотой от 50…2000 Гц от перегрузок и коротких замыканий. Размер: длина-20мм, диаметр- 5мм. Сетевой шнур — 1 шт. Разъемы кабеля - IEC C13 Длина кабеля - 1.5 м. Номинальное напряжение - 250 В Макс. ток нагрузки - 16 А Сечение провода - 3*1 Паспорт формата А5 — 1 шт. Гофрокороб — 1 шт. Требования к условиям эксплуатации Электроснабжение. Переменное напряжение: 100 – 240 V+ 10%, 50/60 Hz. От Поставщика требуется сертификат дилера от завода и так же Сертификат Инженера от завода изготовителя. Авторизационное письмо от завода-изготовителя при поставке товара. Условия поставки: DDP (ИНКОТЕРМС 2010). Условия гарантийного сервисного обслуживания

	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий ГОСТ Р 50444