Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17956709-1
Сатып алудың атауы:	ҚТЗ үшін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43896218-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Cobas 5800 аппараты үшін реагенттерді сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Cobas 5800 аппараты үшін реагенттерді сатып алу
Лоттың нөмірі :	83114227
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	автоматтық пипетка үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	0,3 мл сүзгісі бар тамшуыр ұштары
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Өтепов к-сі 1
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс бойынша, 15 кун
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сүзгісі бар пипеткалауға арналған ұштықтар – Tip CORE TIPS, 0.3 ml (Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 12-бабының 5-тармағына сәйкес) Cobas 5800 жабық типтегі нақты уақыттағы ПТР жүйесі үшін. Закодирленген ақпаратты қамтитын арнайы штрих-кодтар жапсырылған бір реттік пластик ұштықтар. Элюаттарға арналған бір реттік ұштықтар элюция кезеңінде араластыруға, өңдеу планшетінен элюатты амплификациялық планшетке тасымалдауға және мастермиксті элюатпен араластыруға арналған. Стандарт көзделмеген. Жеткізу кезінде Жеткізуші тауарға тіркеу куәлігін немесе уәкілетті органның тауарды тіркеуге жатпайтыны туралы хатын ұсынуы қажет.
Лоттың нөмірі :	83122907
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үлгі сұйылтқыш-cobas
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Өтепов к-сі 1
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс бойынша, 15 кун
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Үлгілерді сұйылтқыш – cobas omni Specimen Diluent (Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 12-бабының 5-тармағына сәйкес) Cobas 5800 жабық типтегі ПТР жүйесі үшін. Үлгілерді сұйылтуға арналған, закодирленген ақпаратты қамтитын RFID белгісі жапсырылған сұйылтқышы бар пластик бөтелке. Стандарт көзделмеген. Жеткізу кезінде Жеткізуші тауарға тіркеу куәлігін немесе уәкілетті органның тауарды тіркеуге жатпайтыны туралы хатын ұсынуы қажет.
Лоттың нөмірі :	83114558
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	MGP реагенті – cobas omni MGP Reagent
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Өтепов к-сі 1
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс бойынша, 15 кун
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	MGP реагенті – cobas omni MGP Reagent – 480 (Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 12-бабының 5-тармағына сәйкес) Cobas 5800 жабық типтегі нақты уақыттағы ПТР жүйесі үшін. Нуклеин қышқылдарын түрлі заттар мен қоспалардан (мысалы, денатурацияланған ақуыздар, жасушалық қоқыс, ПТР-дің ықтимал тежегіштері, мысалы, гемоглобин) бөліп алуға арналған шыны-магнитті бөлшектері бар, закодирленген ақпаратты қамтитын RFID белгісі жапсырылған реагент. Стандарт көзделмеген. Жеткізу кезінде Жеткізуші тауарға тіркеу куәлігін немесе уәкілетті органның тауарды тіркеуге жатпайтыны туралы хатын ұсынуы қажет.

Лоттың нөмірі :	83107525
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АИТВ 1/2, В гепатиті және С гепатиті – cobas MPX (192T кем емес)сапалы анықтауға арналған тест жинағы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Өтепов к-сі 1
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс бойынша, 15 кун
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Адам иммунитет тапшылығы вирусқа қарсы 1/2, В гепатиті және С гепатитін сапалы анықтауға арналған тесттер жиынтығы (кемінде 192Т) Cobas 5800 жабық типтегі ПТР жүйесі үшін, протеаза ерітіндісінен, ішкі бақылаудан, элюция буферінен, Cobas 5800 жабық жүйесі үшін закодирленген ақпаратты қамтитын RFID белгісі жапсырылған мастер-микс реагентінен тұрады. Адамның қан плазмасы мен сарысуында 1-типтегі адам иммунитет тапшылығы вирусының РНҚ-сын (АИТВ-1) М тобы, АИТВ-1 О тобы, адам иммунитет тапшылығы вирусының 2-типтегі РНҚ-сын (АИТВ-2), С гепатиті вирусының РНҚ-сын (ВГС) және В гепатиті вирусының ДНҚ-сын (ВГВ) тікелей бір мезгілде анықтауға арналған in vitro сапалы тесті. Тест тұтас қан донорлық үлгілерін, қан компоненттерін және басқа да тірі донорларды скринингтен өткізуге арналған. Тұтас қан мен қан компоненттерін донациялау үшін плазма мен сарысу үлгілері жеке-жеке тексерілуі мүмкін, сондай-ақ плазманы жеке үлгілердің аликвоталарынан жасалған пуларда да тексеруге болады. Тест үшін пробаны толық автоматтандырылған түрде дайындау (нуклеин қышқылдарын бөліп алу және тазарту), одан кейінгі ПЦР-амплификация және детекция жасау арқылы нақты уақыттағы ПТР жүйесі қолданылады, сондай-ақ ықтимал тежегіштердің әсерін азайту, тесттің қайталануын бағалау және жүйелік ауытқуларды анықтау үшін ішкі бақылау жүргізіледі. Температура режимі зауыт-дайындаушының таңбаламасына сәйкес сақталуы тиіс. Стандарт көзделмеген. Жеткізу кезінде Жеткізуші тауарға тіркеу куәлігін немесе уәкілетті органның тауарды тіркеуге жатпайтыны туралы хатын ұсынуы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17956709-1
Наименование закупки:	Закуп реагентов для ЛТК
Номер лота:	№ 43896218-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закуп реагентов для аппарата Cobas 5800
Описание лота:	Закуп реагентов для аппарата Cobas 5800
Номер пункта плана:	№ 83114227
Наименование пункта плана:	Наконечник
Описание пункта плана:	для автоматической пипетки
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечники для пипетирования с фильтром 0,3 мл
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул Утепова 1
Срок поставки:	по заявке, 15 дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наконечники для пипетирования с фильтром – Tip CORE TIPS, 0.3 ml (согласно пункта 5 статьи 12 Закона ГЗ) для реал-тайм ПЦР системы закрытого типа Cobas 5800. Одноразовые пластиковые наконечники с нанесенными специфичными штрих-кодами, которые содержат закодированную информацию. Одноразовые наконечники для элюатов предназначены для перемешивания на этапе элюции, переноса элюата из планшета обработки в амплификационный планшет и для перемешивания мастермикса с элюатом. Стандарт не предусмотрен. При поставке Поставщику необходимо предоставить регистрационное удостоверение на товар либо письмо от уполномоченного органа о неподлежании товара регистрации.
Номер пункта плана:	№ 83122907
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание пункта плана:	Разбавитель образцов – cobas
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул Утепова 1
Срок поставки:	по заявке, 15 дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Разбавитель образцов – cobas omni Specimen Diluent (согласно пункта 5 статьи 12 Закона ГЗ) для ПЦР системы закрытого типа Cobas 5800. Пластиковая бутылка с разбавителем, с нанесенной меткой RFID, которая содержит закодированную информацию, предназначенная для разбавления образцов. Стандарт не предусмотрен. При поставке Поставщику необходимо предоставить регистрационное удостоверение на товар либо письмо от уполномоченного органа о неподлежании товара регистрации.
Номер пункта плана:	№ 83114558
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание пункта плана:	MGP реагент – cobas omni MGP Reagent
Количество:	2
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул Утепова 1
Срок поставки:	по заявке, 15 дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	MGP реагент – cobas omni MGP Reagent – 480 (согласно пункта 5 статьи 12 Закона ГЗ) для реал-тайм ПЦР системы закрытого типа Cobas 5800. Реагент, с нанесенной меткой RFID, которая содержит закодированную информацию, со стекломагнитными частицами для отделения нуклеиновых кислот от различных веществ и примесей, например денатурировавшие белки, клеточный дебрис, потенциальные ингибиторы ПЦР (такие как гемоглобин). Стандарт не предусмотрен. При поставке Поставщику необходимо

	предоставить регистрационное удостоверение на товар либо письмо от уполномоченного органа о неподлежании товара регистрации.

Номер пункта плана:	№ 83107525
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание пункта плана:	Набор тестов для качественного определения ВИЧ 1/2, гепатит В и гепатит С – cobas MPX (не менее 192Т)
Количество:	2
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул Утепова 1
Срок поставки:	по заявке, 15 дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор тестов для качественного определения ВИЧ 1/2, гепатит В и гепатит С (не менее 192Т) для ПЦР системы закрытого типа Cobas 5800, состоящий из раствора протеазы, внутреннего контроля, буфера для элюции, мастер микс реагента с нанесенной меткой RFID, которая содержит закодированную информацию для закрытой системы Cobas 5800. Качественный тест in vitro для прямого одновременного обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме и сыворотке крови человека. Тест предназначен для скрининга донорских образцов цельной крови, компонентов крови и других живых доноров. Для донаций цельной крови и компонентов крови образцы плазмы и сыворотки могут тестироваться индивидуально, плазму также можно тестировать в пулах, составленных из аликвот индивидуальных образцов. Для теста используется ПЦР система в реальном времени с полностью автоматизированной пробоподготовкой (выделением и очисткой нуклеиновых кислот) с последующей ПЦР-амплификацией и детекцией, а также проводить внутренний контроль для снижения эффекта возможных ингибиторов, оценки воспроизводимости теста, а также для выявления системных отклонений. Соблюдение температурного режима согласно маркировке завода изготовителя. Стандарт не предусмотрен. При поставке Поставщику необходимо предоставить регистрационное удостоверение на товар либо письмо от уполномоченного органа о неподлежании товара регистрации.