Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17736610-1
Сатып алудың атауы:	Медицинаға арналған өнімдер мен дәрі-дәрмектер (АҚИ зертхана (Бюджет))
Лоттың нөмірі:	№ 83251388-ЗЦП8
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	Қырым-Конголық гемморагиялық безгегі вирусына антигенін иммундық ферментті анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қырым-КГЛ-антиген Қырым-Конго геморрагиялық қызба вирусының антигенін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (96 анықтама жиынтығы)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе көшесі 47/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде. Өтінімде қажетті саны көрсетіледі. Жеткізу мерзімі өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қырым-КГЛ-антиген Қырым-Конго геморрагиялық қызбасы вирусының антигенін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (96 анықтама жиынтығы) Жиналмалы планшет 96-лунок жиналмалы мөлдір түссіз полистиролды планшет Лункалармен сәйкес келеді Оң бақылау үлгі (К+) Қызыл түсті мөлдір сұйықтық Сәйкес келеді Теріс бақылау үлгісі (К-) Мөлдір түссіз немесе ашық сары түсті сұйықтық Сәйкес келеді Конъюгат Мөлдір сұйықтық көк түс, Твині бар фосфат-тұз буферлік ерітіндісінің 25-еселік концентратына сәйкес келеді (ФСБ-Т × 25) Мөлдір немесе аздап жалындайтын түссіз сұйықтық; тұздар жаууы мүмкін, еритін ерітіндісі сәйкес келеді Ерітінді (РРО) Мөлдір түссіз немесе ашық сары түсті сұйықтық Сәйкес келеді Ерітінді тетраметилбензидин (ТМБ ерітіндісі) Мөлдір түссіз немесе ашық сары түсті сұйықтық Сәйкес келеді Стопреагент Мөлдір түссіз сұйықтық сәйкес келеді (450 нм-620 нм), 1,0 2,763-тен кем емес оптикалық тығыздық бақылау үлгісі теріс (450 дана) нм-620 нм), бірлік көтерме сауда, 0,25 0,028 pH артық емес: концентратты араластыру 7,3 ± 0,2 7,4. Кәсіпорынның стандартты панелі бойынша сезімталдығы, % 100 100 Кәсіпорынның стандартты панелі бойынша ерекшелігі, % 100 100 К-КГЛ вирусының К+ антигенін анықтау, титр 1:16 1:32 кем емес

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17736610-1
Наименование закупки:	Медикаменты и средства медицинского назначения (ООИ лаборатория (Бюджет))
Номер лота:	№ 83251388-ЗЦП8
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для иммуноферментного выявления антигена к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки
Дополнительное описание лота:	Крым- КГЛ-антиген Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (набор 96 определений)
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана улица Актюбинская 47/1
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года. В заявке указывается необходимое количество. Срок поставки 15 календарных дней со дня подачи заявки.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Крым- КГЛ-антиген Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (набор 96 определений) Планшет разборный 96-луночный разборный полистироловый планшет с прозрачными бесцветными лунками Соответствует Положительный контрольный образец (К+) Прозрачная жидкость красного цвета Соответствует Отрицательный контрольный образец (К-) Прозрачные бесцветная или светло-желтого цвета жидкость Соответствует Конъюгат Прозрачная жидкость синего цвета Соответствует 25-кратный концентрат фосфатносолевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) Прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная жидкость; возможно выпадение осадка солей, растворяющегося при нагревании Соответствует Раствор для разведения образцов (РРО) Прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость Соответствует Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) Прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость Соответствует Стоп-реагент Прозрачная бесцветная жидкость Соответствует Оптическая плотность в лунках с положительным контрольным образцом, (450 нм-620 нм), ед.опт.пл., не менее 1,0 2,763 Оптическая плотность в лунках с отрицательным контрольным образцом, (450 нм-620 нм), ед.опт.пл., не более 0,25 0,028 pH: ФСБ-Т, после разведения концентрата 7,3±0,2 7,4. Чувствительность по стандартной панели предприятия, % 100 100 Специфичность по стандартной панели предприятия, % 100 100 Выявления антигена вируса К-КГЛ в К+, титр не менее 1:16 1:32