Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17694810-1
Сатып алудың атауы:	Молекулалық биология, биохимия және микробиология кафедрасына арналған реактивтер (орын.: 8 701 745 35 82 - Айгуль)
Лоттың нөмірі:	№ 82292792-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қандағы гемоглобинді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гемоглобинді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Жинақ қандағы гемоглобиннің мөлшерін анықтауға арналған. Жиынтық бір талдауға 5,0 мл жұмыс ерітіндісін тұтыну кезінде 600 анықтама жүргізуге арналған. ЖИЫНТЫҚ ҚҰРАМЫ 1. Трансформациялаушы реагент-құрғақ қоспасы (натрий көмірқышқыл қышқылы, 1,0 г; калий темір – синероды, 200 мг) - 3 қаптама. 2. Ацетонциангидрин - 3 ампула (әрқайсысы 0,5 мл). 3. 120 г/л концентрациясы бар гемоглобиннің калибрлеу ерітіндісі-1 құты (2 мл). Жинақ дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында +2-8° С температурада жарамдылық мерзімі ішінде сақталуы тиіс. Жиынтықтарды +25° С дейінгі температурада 5 тәуліктен артық емес сақтауға жол беріледі. Жинақтың жарамдылық мерзімі-2 жыл. Трансформациялық ерітінді мөлдір, сары түсті болуы керек және бөлме температурасында 6 айдан аспайтын қара шыны ыдыста сақталуы мүмкін. Тұнба пайда болған кезде немесе түсі өзгерген кезде ерітінді қолдануға жарамсыз болады. Қолда бар аспаптарда жұмыс істеу үшін: ПД-303 спектрофотометрі және "ЗОМЗ"КФК-3 фотометрі. ГОСТ ISO 15193-2015 (Биомедицина кафедрасы)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя, к. 40
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гемоглобинді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Жинақ қандағы гемоглобиннің мөлшерін анықтауға арналған. Жиынтық бір талдауға 5,0 мл жұмыс ерітіндісін тұтыну кезінде 600 анықтама жүргізуге арналған. ЖИЫНТЫҚ ҚҰРАМЫ 1. Трансформациялаушы реагент-құрғақ қоспасы (натрий көмірқышқыл қышқылы, 1,0 г; калий темір – синероды, 200 мг) - 3 қаптама. 2. Ацетонциангидрин - 3 ампула (әрқайсысы 0,5 мл). 3. 120 г/л концентрациясы бар гемоглобиннің калибрлеу ерітіндісі-1 құты (2 мл). Жинақ дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында +2-8° С температурада жарамдылық мерзімі ішінде сақталуы тиіс. Жиынтықтарды +25° С дейінгі температурада 5 тәуліктен артық емес сақтауға жол беріледі. Жинақтың жарамдылық мерзімі-2 жыл. Трансформациялық ерітінді мөлдір, сары түсті болуы керек және бөлме температурасында 6 айдан аспайтын қара шыны ыдыста сақталуы мүмкін. Тұнба пайда болған кезде немесе түсі өзгерген кезде ерітінді қолдануға жарамсыз болады. Қолда бар аспаптарда жұмыс істеу үшін: ПД-303 спектрофотометрі және "ЗОМЗ"КФК-3 фотометрі. ГОСТ ISO 15193-2015 (Биомедицина кафедрасы)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17694810-1
Наименование закупки:	Реактивы для кафедры молекулярной биологии, биохимии и микробиологии (исп.: 8 701 745 35 82 - Айгуль)
Номер лота:	№ 82292792-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для определения гемоглобина в крови
Дополнительное описание лота:	Набор реагентов для определения гемоглобина. Набор предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови. Набор рассчитан на проведение 600 определений при расходе 5,0 мл рабочего раствора на один анализ. СОСТАВ НАБОРА 1. Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) – 3 упаковки. 2. Ацетонциангидрин – 3 ампулы (по 0,5 мл). 3. Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л – 1 флакон (2 мл). Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2–8° С в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до +25° С не более 5 суток. Срок годности набора – 2 года. Трансформирующий раствор должен быть прозрачным, желтого цвета и может храниться в посуде из темного стекла при комнатной температуре не более 6 месяцев. При появлении осадка или при обесцвечивании раствор непригоден для употребления. Для работы на имеющихся приборах: спектрофотометре ПД-303 и фотометре КФК-3 «ЗОМЗ». ГОСТ ISO 15193-2015 (Кафедра Биомедицины)
Количество:	5
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Гоголя, 40
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор реагентов для определения гемоглобина. Набор предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови. Набор рассчитан на проведение 600 определений при расходе 5,0 мл рабочего раствора на один анализ. СОСТАВ НАБОРА 1. Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) – 3 упаковки. 2. Ацетонциангидрин – 3 ампулы (по 0,5 мл). 3. Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л – 1 флакон (2 мл). Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2–8° С в течение всего срока годности. Допускается хранение наборов при температуре до +25° С не более 5 суток. Срок годности набора – 2 года. Трансформирующий раствор должен быть прозрачным, желтого цвета и может храниться в посуде из темного стекла при комнатной температуре не более 6 месяцев. При появлении осадка или при обесцвечивании раствор непригоден для употребления. Для работы на имеющихся приборах: спектрофотометре ПД-303 и фотометре КФК-3 «ЗОМЗ». ГОСТ ISO 15193-2015 (Кафедра Биомедицины)