Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17932186-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық өнім
Лоттың нөмірі:	№ 88506840-ОИ2
Лоттың атауы:	Профилактикалық қызмет көрсету жинағы
Лоттың сипаттауы:	биохимиялық талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тазалағыш құрал, 3 бөлік (50 мл)
Саны, көлемі:	26
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы,Владимирская 1а
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші тапсырыс берген күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде,2026 жылдың аяғына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тазалағыш құрал, 3 бөлік (50 мл).Тазалағыш реагент гематологиялық анализаторға күнделікті қызмет көрсету үшін қолданылады. Көлемі: 50 мл Құрамы: NaClO < 5%, натрий гидроксиді, Triton X-100, Brij-35 ерітіндісі. Сақтау шарттары мен жарамдылық мерзімі: 2°C пен 30°C аралығындағы температурада, 90%-дан төмен салыстырмалы ылғалдылықта, коррозиялық газдар жоқ, жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Жарамдылық мерзімі — 2 жыл. Ашылғаннан кейін реагент 15°C пен 30°C аралығындағы температурада сақталған жағдайда 30 күн бойы тұрақтылығын сақтайды. KT-60 сериялы автоматтандырылған гематологиялық анализаторларға арналған.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17932186-1
Наименование закупки:	Медицинские изделие (мед.орг)
Номер лота:	№ 88506840-ОИ2
Наименование лота:	Набор профилактического обслуживания
Описание лота:	для биохимического анализатора
Дополнительное описание лота:	Средство для очистки,3 части (50 мл)
Количество:	26
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г Атырау,улица Владимирская 1а
Срок поставки:	Согласно заявке заказчика в течение 10-ти рабочих дней, в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Средство для очистк,3 части (50 мл).Очищающий реагент применяется для ежедневного технического обслуживания гематологического анализатора. Объем: 50мл Состав: NaClO < 5 %, гидроксид натрия, Triton X-100, Brij-35 раствор. Условия хранения и срок годности: при температуре от 2 °C до 30 °C, относительной влажности менее 90 %, в отсутствие коррозионных газов и при хорошей вентиляции. Срок хранения составляет 2 года. При температуре от 15 °C до 30 °C срок годности вскрытого реагента составляет 30 дней. Для автоматических гематологических анализаторов серии KT-60.