Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17680757-1
Тендер атауы:	ПТР-зонд (ЭСБ) сатып алу
Лоттың №:	№ 87924632-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Жапсыруға арналған пасталар; тіс дәрігерлік балауызы және тіс дәрігерлік тәжірибеде қолданылатын ғаныштан тұратын материалдар, өзгелер; микроорганизмдерді өсіруге арналған дақылдар ортасы; басқа топтамаларға енгізілмеген диагностикалық немесе зертханалық

ПТР РВ ПТР үшін бруцеллез қоздырғышы - 20ОЕ және плазмидті бақылау (К+) 10µg ВА гендерінің ДНК детекциясына арналған ПТР зонды

жүйелілігі:

ВА-F - CATACAACCGCCATGGGT
ВА-P -FAM-ACAGACGGTCGGCCATTCCA- BHQ1
ВА-R- CTCTCGCGCCGTATCAG ; плазмида - CTCTCGCCCGTCATCGCGCTGGGGGCGGTGAATGGCGCGCACCTGTGACCCATGGCGGTTGTATG
Кірістіру өлшемі К+: 75 п.н.

Праймерлер мен зондтар лиофилизирленген (құрғақ) түрде 20 ОЕ берілсін. ДНК-матрица (плазмида) 10 мкг/мкл концентрациясында берілсін. Векторлық плазмидті жинаудың дұрыстығын Сенгер бойынша секвенирлеу әдісімен міндетті растау (жеткізу кезінде паспортты ұсына отырып).

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17680757-1
Наименование Тендера:	приобретение ПЦР-зонд (СЭБ)
№ лота:	№ 87924632-ЗЦПнеГ31
Наименование лота:	Пасты для лепки; воск зубоврачебный и материалы на гипсовой основе, используемые в зубоврачебной практике, прочие; среды культурные для выращивания микроорганизмов; реагенты диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

ПЦР зонд для детекции ДНК гена BA возбудителя бруцеллеза - 20ОЕ и плазмидный контроль (K+) 10µg для ПЦР РВ

последовательность:

BA-F - CATACAACCGCCATGGGT
BA-P -FAM-ACAGACGGTCGGCCATTCCA- BHQ1
BA-R- CTCTCGCGCCGTATCAG ; плазмида - CTCTCGCGCCGTATCAGGCGCTGGGTGGAGGCGGTGGAATGGCCGACCGTCTGTGTGACCCATGGCGGTTGTATG Размер вставки K+: 75 п.н.

Праймеры и зонды предоставить в лиофилизированном (сухом) виде 20 ОЕ. ДНК-матрицу (плазмиду) предоставить в концентрации 10 мкг/мкл. Обязательное подтверждение правильности сборки векторной плазмиды методом секвенирования по Сенгеру (с предоставлением паспорта при поставке).