Медициналық жабдықтарды техникалық қызмет көрсету бойынша техникалық ерекшелік

Тапсырыс берушінің атауы: Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық клиникалық ауруханасы" ШЖҚ МКК.

Жұмыстарды орындау орны: Шымкент қ., Майлы Қожа к-сі, 4.

Әлеуетті Орындаушыға қойылатын талаптар: Қызмет көрсету "Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 15.12.2020 жылғы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

ЖАЛПЫ ШАРТТАР

- Орындаушы медициналық жабдықты диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және калибрлеу бойынша жұмыстар кешенін орындауға міндетті.
- Техникалық қызмет көрсету және калибрлеу кезінде түпнұсқа қосалқы бөлшектер, компоненттер мен шығын материалдары пайдаланылуы керек.
- Қызметтерді оқытудан өткен немесе расталған біліктілігі бар білікті мамандар көрсетуі тиіс.
- Жөндеу аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен жабдықтың жұмысына толық тексеру жүргізуге міндетті.
- Диагностика және орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша орындаушы анықталған ақауларды, орындалған жұмыстардың тізбесін және ауыстырылған жиынтықтауыштарды көрсете отырып, техникалық қорытынды береді.
- Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы орындалған жұмыстардың актісін ұсынады.
- Орындалған жұмыстарға және ауыстырылған жиынтықтауыштарға (қосалқы бөлшектерге) кепілдік кемінде 12 айды құрайды.
- Ақаулық қайталанған жағдайда Орындаушы ақаулықты өз есебінен жоюға міндетті.
- Сәйкессіздіктерді жою мерзімі – Тапсырыс беруші хабарлаған сәттен бастап 3 күнтізбелік күн.
- Мамандардың шығуына, диагностикалауға, тасымалдауға, баптауға, жөндеуге, калибрлеуге және жабдыққа сервистік қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар көрсетілетін қызметтердің құнына қосылады.
- Орындаушы медициналық жабдыққа сервистік қызмет көрсету және жөндеу жүргізу кезінде қауіпсіздік талаптарының сақталуына жауапты болады.
- Жоспарлы сапарлар саны – 2 рет, жыл соңына дейін.

Қызмет атауы	Жұмыстардың/қызметтердің сипаттамасы	Қызметтерді көрсету мерзімі
Бауыр фиброзының Fibroscan 502, Echosens (өндіріс - Франция) дәрежесінің инвазивті емес анықтамасына техникалық қызмет көрсету және калибрлеу, 2 бірлік көлемінде.	Келесі жұмыстарды жүргізу: - Жабдықты диагностикалау; - Диагностика және тексеру аппараттардың компьютерлік Модулінің, қоректендіру блогының, эластометрия Модулінің кернеулері; - Қателерді тексеру және оларды дайындаушы зауытқа жіберу; - Қуат элементтерін ауыстыру (қажет болған жағдайда); - Датчиктерді арнайы бағдарламашыда жылына 1 (бір) рет қайта бағдарламалау: 1. "M+" сенсоры (S 70853); 2. "XL+" сенсоры (S 90269); - Жабдықты калибрлеу.	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде.

Техническая спецификация
техническому обслуживанию медицинского оборудования

Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Туркестанской области.

Место выполнения работ: г. Шымкент, ул. Майлы Кожа, 4.

Условия к потенциальному Исполнителю: Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-273/2020 от 15.12.2020 года «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан».

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- Исполнитель обязан выполнить комплекс работ по диагностике, техническому обслуживанию и калибровке медицинского оборудования.
- При проведении технического обслуживания и калибровки должны использоваться оригинальные запасные части, комплектующие и расходные материалы.
- Услуги должны оказываться квалифицированными специалистами, прошедшими обучение либо имеющими подтвержденную квалификацию.
- После завершения ремонта Исполнитель обязан провести полную проверку работоспособности оборудования в присутствии представителей Заказчика.
- По результатам диагностики и выполненных работ Исполнитель предоставляет техническое заключение с указанием выявленных неисправностей, перечня выполненных работ и заменённых комплектующих.
- По завершении работ Исполнитель предоставляет акт выполненных работ.
- Гарантия на выполненные работы и заменённые комплектующие (запасные части) составляет не менее 12 месяцев.
- В случае повторного возникновения неисправности Исполнитель обязан устранить неисправность за свой счет.
- Срок устранения несоответствий – 3 календарных дня с момента уведомления Заказчиком.
- Все расходы, связанные с выездом специалистов, диагностикой, транспортировкой, настройкой, ремонтом, калибровкой и сервисным обслуживанием оборудования, включаются в стоимость оказываемых услуг.
- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований безопасности при проведении сервисного обслуживания и ремонта медицинского оборудования.
- Количество плановых визитов – 2 раза, до конца года.

Наименование услуги	Описание работ/услуг	Срок оказания услуг
Техническое обслуживание и калибровка неинвазивного определения степени фиброза печени Fibroscan 502, Echosens	Проведение следующих работ: - Диагностика оборудования; - Диагностика и проверка напряжений компьютерного модуля аппаратов, блока питания, модуля	По заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2026 г.

(производство - Франция) в количестве 2 единиц.	эластометрии; - Проверка лог файлов на наличие ошибок и отправка их на завод-изготовитель; - Замена элементов питания (при необходимости); - Перепрограммирование датчиков на специальном программаторе 1 (один) раз в год: 1. Датчик "M+" (S70853); 2. Датчик "XL+" (S 90269); - Калибровка оборудования.	