Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18004135-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Филиалға арналған өлшеу құралдары |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88744750-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Омметр |
| **Лоттың сипаттауы:** | дәлдік сыныбы 0,2 |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Орамалардың қарсылық өлшегіші |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. ШҚО, Риддер қ., Бухмейер к-сі, 9 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Орамалардың қарсылық өлшегіші. Орнату түрі: Ut521тұрақты кернеуді реттеу диапазоны: 0,3 кВ қадаммен 2-70кВ; айнымалы кернеуді реттеу диапазоны: 0,2 кВ қадаммен 2-50кВ;10-нан 70 кВ дейінгі диапазондағы тұрақты кернеуді өлшеудің рұқсат етілген салыстырмалы қателігі: аспайды +/- 3%; 10-дан 50 кВ-қа дейінгі диапазондағы айнымалы кернеуді өлшеудің рұқсат етілген салыстырмалы қателігі: +/-3% - дан аспайды; аппараттың ең төменгі шығыс кернеуі (басқару пультінде орнатылған автотрансформатордың конструктивтік ерекшеліктерімен анықталады: (1 ± 1) кВ; тұрақты токтың сынақ кернеуінің пульсация амплитудасы: 3% - дан аспайды;синусоидалылық коэффициенті айнымалы токтың сынақ кернеуі: 5% - дан аспайды;2-ден 60 кВ-қа дейінгі кернеулер диапазонындағы аппараттың максималды тұрақты жұмыс тогы (амплитудалық Мән): 10 мА;жерге қосу кедергісі (Ω): Диапазон Ω ~ 20 Ω қателік ±(2%+10), Диапазон Ω ~ 200 Ω қателік ±(2%+3), Диапазон Ω ~ 2000 Ω қателік ±(2%+3); айнымалы кернеу (В): диапазон 0 ~ 200 В қателік ±(1%+4) жиілігі 50Гц / 60Гц. ҚР МСЖ енгізілді және ҚР аумағында қолданыстағы дайындаушы зауыттың бастапқы тексерісі бар. МЕМСТ 27222-91 |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18004135-1 |
| **Наименование закупки:** | Средства измерения для филиала |
| **Номер лота:** | № 88744750-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Омметр |
| **Описание лота:** | класс точности 0,2 |
| **Дополнительное описание лота:** | Измеритель сопротивления обмоток |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9 |
| **Срок поставки:** | После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Измеритель сопротивления обмоток. Тип установки: UT521Диапазон регулирования постоянного напряжения: 2-70кВ с шагом 0,3кВ;Диапазон регулирования переменного напряжения: 2-50кВ с шагом 0,2кВ;Допускаемая относительная погрешность измерения постоянного напряжения в диапазоне от 10 до 70 кВ: не превышает +/- 3%;Допускаемая относительная погрешность измерения переменного напряжения в диапазоне от 10 до 50 кВ: не превышает +/-3%;Минимальное выходное напряжение аппарата (определяется конструктивными особенностями автотрансформатора, установленного в пульте управления: (1 ± 1) кВ;Амплитуда пульсации испытательного напряжения постоянного тока: не более 3%;Коэффициент несинусоидальности испытательного напряжения переменного тока: не более 5 %;Максимальный рабочий постоянный ток аппарата (амплитудное значение) в диапазоне напряжений от 2 до 60 кВ: 10 мА;Сопротивление заземления (Ω): диапазон Ω ~ 20 Ω погрешность ±(2%+10), диапазон Ω ~ 200 Ω погрешность ±(2%+3), диапазон Ω ~ 2000 Ω погрешность ±(2%+3);Переменное напряжение (В): диапазон 0 ~ 200 В погрешность ±(1%+4) частота 50Гц / 60Гц. Внесен в ГСИ РК и имеет действующую на территории РК первичную поверку завода-изготовителя. ГОСТ 27222-91 |