Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17905741-1
Сатып алудың атауы:	Үй-жайда пайдалану үшін рециркулятор сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88454934-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Қайта айналдырғыш
Лоттың сипаттауы:	ультракүлгін, бактерицидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рециркулятор I, II, III, IV және V санаттағы үй-жайларда пайдалануға арналған. Өлшемдері 205×110×660 мм, 4 кг. өнімділігі 60-90 м3 / сағ. бактерицидтік тиімділігі 95,0%. Шамдар саны - 15 Вт 2 шам немесе 30 Вт үшін 1 шам. Рециркулятор адамдардың қатысуымен үй-жайлардың ауасын зарарсыздандыруға арналған. Ауа ағынын дезинфекциялау оның ішінде бактерицидтік сәулелену көздері орналасқан корпус арқылы айналу процесінде жүреді. Толқын ұзындығы 253,7 М озон шығармайтын бактерицидтік шамдар. Рециркуляторлар I, II, III, IV және V санаттағы үй-жайларда пайдалануға арналған. Айнымалы ток желісінен рециркулятор тұтынатын қуат - 90 ВА аспайды. Тапсырыс берушіге қоңырау шалу талабы.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	553230100, Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай а. Марденов к, 101
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, шартқа қол қойылғаннан кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Рециркулятор I, II, III, IV және V санаттағы үй-жайларда пайдалануға арналған. Өлшемдері 205×110×660 мм, 4 кг. өнімділігі 60-90 м3 / сағ. бактерицидтік тиімділігі 95,0%. Шамдар саны - 15 Вт 2 шам немесе 30 Вт үшін 1 шам. Рециркулятор адамдардың қатысуымен үй-жайлардың ауасын зарарсыздандыруға арналған. Ауа ағынын дезинфекциялау оның ішінде бактерицидтік сәулелену көздері орналасқан корпус арқылы айналу процесінде жүреді. Толқын ұзындығы 253,7 М озон шығармайтын бактерицидтік шамдар. Рециркуляторлар I, II, III, IV және V санаттағы үй-жайларда пайдалануға арналған. Айнымалы ток желісінен рециркулятор тұтынатын қуат - 90 ВА аспайды. Тапсырыс берушімен келісу қажет

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17905741-1
Наименование закупки:	Приобретение рециркулятора для использования в помещении
Номер лота:	№ 88454934-ЗЦП2
Наименование лота:	Рециркулятор
Описание лота:	ультрафиолетовый, бактерицидный
Дополнительное описание лота:	Рециркулятор предназначен для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Габариты 205×110×660 мм, 4 кг. Производительность 60-90 м³/ч. Бактерицидная эффективность 95,0%. Количество ламп - 2 лампы по 15 Вт или 1 лампа на 30 Вт. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения. Бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 м. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более - 90 ВА. Требование созвониться с заказчиком.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	553230100, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай ул. Марденова, 101
Срок поставки:	по заявке заказчика, после подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рециркулятор предназначен для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Габариты 205×110×660 мм, 4 кг. Производительность 60-90 м³/ч. Бактерицидная эффективность 95,0%. Количество ламп - 2 лампы по 15 Вт или 1 лампа на 30 Вт. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения. Бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 м. Рециркуляторы предназначены для использования в помещениях I, II, III, IV и V категорий. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока, не более - 90 ВА. Требование созвониться с заказчиком. Требуется согласование с заказчиком