Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17967629-1
Конкурстың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83210788-ОК1
Лоттың атауы	Ота жасайтын жиынтық
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	325050.900.000056
Тауардың атауы*:	Ота жасайтын жиынтық
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	50
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	54761.9
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	2738095
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 19126-2007
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Өлшемі кемінде 180х240 см Парақ екі жағынан бүкіл беті бойынша сіңіретін және ортаңғы қабаттағы сұйықтықтар үшін өткізбейтін, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 74 г/м2 гипоаллергенді емес, микроорганизмдердің құрғақ және ылғалды күйде енуіне барынша төзімділігі бар үш қабаттан кем емес жасалған — кемінде 2 дана. 2. Жабысқақ жиегі бар кем дегенде 180х180 см Парақ кем дегенде үш қабатты, екі жағынан бүкіл бетіне сіңіретін және ортаңғы қабаттағы сұйықтықтар үшін өткізбейтін, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 74 г/м2 гипоаллергенді емес матадан жасалған, микроорганизмдердің құрғақ және құрғақ енуіне максималды кедергісі бар. ылғалды күйде-кемінде 2 дана. 3. Жабысқақ жиегі бар кем дегенде 125х150 см Парақ кем дегенде үш қабатты, екі жағынан бүкіл бетіне сіңіретін және ортаңғы қабаттағы сұйықтықтар үшін өткізбейтін, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 74 г/м2 гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған, микроорганизмдердің құрғақ және құрғақ енуіне максималды кедергісі бар. ылғалды жағдайда-кемінде 2 дана. 4. Өлшемі 140х240 см кем емес U-тәрізді жайма-жамбас буынына операция жасауға арналған бір реттік жайма өлшемі кемінде 140×240 см, жайманың ені бойынша кемінде 20×100 см кесіндісі бар, операциялық өрісті тез бекіту және шектеу үшін кесудің айналасында жабысқақ жиегі бар. Парақ кем дегенде үш қабатты, екі жағынан бүкіл бетіне сіңіретін және ортаңғы қабаттағы сұйықтықтар үшін өтпейтін болып қалатын, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 74 г/м2 гипоаллергенді емес, микроорганизмдердің құрғақ және дымқыл күйінде енуіне максималды кедергісі бар, кірістіру мөлшері кемінде 74 г / м2 болатын талшықсыз, гипоаллергенді тоқыма емес материалдан жасалған. 60×120 см тығыздығы кемінде 56 г/м2 бір жағынан бүкіл бетіне сіңіретін және екінші жағынан ылғалға төзімді, антистатикалық өңделген кем дегенде екі қабатты, құрғақ және ылғалды жағдайда микроорганизмдердің енуіне барынша төзімділігі бар, тығыздығы кемінде 54 г/м2 болатын қабыршақтануға төзімді, түксіз, гипоаллергенді емес мата материалы. Жайманы төсеу — операциялық, ыңғайлы және стерильді жағу және бір адамның күшімен жайманы жайып салу үшін-кемінде 1 дана. 5. Кем дегенде 137×180 см Парақ-бұл үстелге арналған қорғаныс жабыны. Жабын кемінде 3 бөлікке бөлінеді-су өткізбейтін полиэтиленнен кемінде 2 бөлік және су сіңіретін материалдан кемінде 1 бөлік. Суды сіңіретін материал — сіңіру коэффициенті кемінде 300% суды сіңіреді, суды сіңіретін бөлігі ұзындығы кемінде 180 см және ені кемінде 61 см, су өткізбейтін болып табылатын полиэтилен жақтарына термиялық дәнекерленген-кемінде 1 дана. 6. Көлемі кемінде 7,5×7,5 см, сіңіргіш, көп қабатты, шеттері бұралған дәке майлықтар. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін майлықтардың шеттері ішке қарай бүктелген, бұл жіптердің ұштарының жараға түсуін болдырмайды, кемінде 8 немесе кемінде 12 қабат — кемінде 20 дана бүктейді.7. Көлемі кемінде 10×10 см,

	сіңіргіш, көп қабатты, шеттері бұралған дәке майлықтар. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін майлықтардың шеттері ішке қарай бүктелген, бұл жіптердің ұштарының жараға түсуін болдырмайды, кем дегенде 12 қабат — кем дегенде 20 дана. 8. Өлшемі кемінде 43х61 см майлық мақтадан кемінде 100% (немесе мақта 100%) жасалған. Түсі Көк — кемінде 2 дана. 9. Көлемі 45×45 см кем емес дәке майлықтар рентгендік контрастты пластинамен және ілмекпен-хирургиялық рентгендік контрастты майлықтар мақта талшығынан кемінде 100% (немесе 100%) жасалған, сіңу дәрежесі матаның тығыздығынан 10% аспайды. Майлықтар кем дегенде 4 қабатты сіңіргіш өнім жасау үшін кем дегенде 8 рет бүктелген. Онда рентгендік контрастты пластина және көк түсті ілмек бар, әр кем дегенде 5 губка (майлық) оңай санау үшін біріктірілген — кем дегенде 10 дана. 10. Диаметрі кемінде 5 см және 6 см аспайтын рентгендік контрастты жіпсіз, ақ түсті сіңіргіш шарлары бар дәке l тампондары. Құрамы: мақта 100% — дан кем емес (немесе мақта 100%) - 5 данадан кем емес. 11. Кем дегенде 60×90 см ылғал өткізбейтін сіңіргіш төсек-бұл тоқыма емес материалдан тұратын көп қабатты мата + тарату қағазы / тоқыма емес мата + целлюлоза + супер сіңіргіш полимер + санитарлық-гигиеналық қағаз / тоқыма емес мата + полиэтилен. Сіңіргіштігі кемінде 2300 ± 100 мл-кемінде 2 дана. 12. Алдыңғы және жеңдері күшейтілген, тоқылған манжеті бар хирургиялық XL Халат. Материалдардың бірнеше түрінен жасалған: 1) тығыздығы кемінде 40 г/м2 және 55 г/м2 аспайтын үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес мата; 2) көп қабатты, бір жағынан бүкіл беті бойынша жақсы сіңіргіш және ылғал өткізбейтін с басқа, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, түксіз, гипоаллергенді, тығыздығы кемінде 40 г/м2, микроорганизмдердің құрғақ және ылғалды күйде енуіне максималды төзімділігі бар мата емес материал; 3) тоқылған манжеттер. Мойын негізінің нүктесінен түбіне дейінгі ұзындығы 140 см-ден кем емес, ашылмаған түрдегі ені (түбі бойынша) 166 см-ден кем емес, жеңнің мойын негізінің нүктесінен жеңнің түбіне дейінгі ұзындығы 82,1 см-ден кем емес, жеңнің арматураланған бөлігі Ұзындығы 40 см-ден кем емес, күшейтілген кеуденің Ені 50 см-ден кем емес, ұзындығы 80 см-ден кем емес ыңғайлы, "дем алатын", су өткізбейтін, байланыстарды қараңыз. Манипуляциялар кезінде қозғалыстарды шектемейтін арнайы кесу арқылы стандартты және ұзақ операцияларды жүргізу кезінде максималды жайлылықты қамтамасыз етеді. Халат қосымша көмексіз асептикалық киюге қиын, зарарсыздандыруды болдырмайтын және байлауды жеңілдететін галстук бекіткіштері бар. Кем дегенде төрт галстук пен артқы жағындағы қосымша иістен тұратын арнайы жүйе қызметкерлердің артқы жағындағы стерильділікті қамтамасыз етеді. Қақпа бекіткіші таспамен реттеледі "Velcro". Тігіс жеңнің жоғарғы жиегінде орналасқан-кемінде 3 дана. 13. Алдыңғы және жеңдері күшейтілген XL өлшемді Еуро стандартты Халат. Материалдардың бірнеше түрінен жасалған: 1) тығыздығы кемінде 68 г/м2 болатын жоғары тосқауыл қасиеттері

	бар, ылғал өткізбейтін арнайы жабыны бар, жоғары жайлылығы бар, целлюлоза және полиэфир негізіндегі екі компонентті экологиялық таза тоқыма емес материалдан кем емес; 2) көп қабатты, бір жағынан бүкіл беті бойынша жақсы сіңіргіштігі бар және екінші жағынан ылғал өткізбейтін, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 40 г/м2 болатын, микроорганизмдердің құрғақ және ылғалды күйде енуіне барынша төзімділігі бар талшықсыз, гипоаллергенді тоқыма емес материалдардан жасалған күшейтілген бөліктер (жеңдер және алдында); 3) трикотаж манжеттер. Мойын негізінің нүктесінен түбіне дейінгі ұзындығы 140 см-ден кем емес, ашылмаған түрдегі ені (түбі бойынша) 166 см-ден кем емес, жеңнің мойын негізінің нүктесінен жеңнің түбіне дейінгі ұзындығы 82,1 см-ден кем емес, жеңнің арматураланған бөлігі Ұзындығы 40 см-ден кем емес, күшейтілген кеуденің Ені 50 см-ден кем емес, ұзындығы 80 см-ден кем емес ыңғайлы, "дем алатын", су өткізбейтін, кем дегенде төрт галстукты қараңыз. Манипуляциялар кезінде қозғалыстарды шектемейтін арнайы кесу арқылы стандартты және ұзақ операцияларды жүргізу кезінде максималды жайлылықты қамтамасыз етеді. Халат қосымша көмексіз асептикалық киюге қиын, зарарсыздандыруды болдырмайтын және байлауды жеңілдететін галстук бекіткіштері бар. Кем дегенде төрт байламнан (белдіктерден) және арқа аймағында қосымша иістен тұратын арнайы жүйе қызметкерлердің арқа стерильділігін қамтамасыз етеді. Қақпа бекіткіші "Velcro"таспасымен реттеледі. Тігіс жеңнің жоғарғы жиегінде орналасқан-кемінде 2 дана. 14. Бахилалар байланыста биік, жұпта жүреді. Көп қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған. Аяқ киімнің биіктігі кемінде 40 см, аяқтың ұзындығы кемінде 38 см, байламдардың ұзындығы кемінде 50 см — кемінде 1 жұп. 15. Клип-хирургиялық бір реттік, гофрленген, кем дегенде екі қысқышы бар, шеңбер бойымен кем дегенде екі қатарлы резеңке таспа дәнекерленген. Полипропиленді тоқыма емес матадан жасалған жіптерді (тек дәнекерленген тігістерді) қолданбай жасалған спунбонд. Бүктелген түрінде бұл жолақ — кем дегенде 5 дана. 16. Серпімді жолақтардағы кемінде үш қабатты Маска спанбонд түріндегі тоқыма емес матаның кемінде екі қабатынан және құрамында мелтблаун (сүзгі элементі) бар тоқыма емес матаның кемінде бір қабатынан жасалған. Масканың жалпы тығыздығы кем дегенде 60 г/шаршы метрді құрайды.масканың жоғарғы жағында икемді мұрын ұстағышы бар. Бетке оңай бекіту үшін масканың шеттеріне кем дегенде екі дөңгелек серпімді жолақ салынған. Маска мөлшері: кемінде 180х90 мм (± 5 мм) — кемінде 5 дана. 17. Латексті хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз, мөлшері кемінде 6,5 ұнтақсыз бір рет қолданылатын - табиғи жоғары сапалы латекстен жасалған. Олардың анатомиялық пішіні, қисық саусақтары, текстуралы беті, ролигі бар. Кем дегенде 1 жұп қолғап (1 сол және 1 оң қолғап) жеке орамға оралған — кемінде 2 жұп. 18. Латексті хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз, мөлшері кемінде 8,0, бір реттік-табиғи жоғары сапалы латекстен жасалған. Олардың

	анатомиялық пішіні, қисық саусақтары, текстуралы беті, ролигі бар. Кем дегенде 1 жұп қолғап (1 сол және 1 оң қолғап) жеке орамға оралған — кемінде 4 жұп. 19. № 23 Скальпель ұзындығы кемінде 10 см тұтқадан, алынбалы пышақтан және пышақты қорғауға арналған алынбалы қақпақтан тұрады. Скальпель тұтқасы жасалған акрилонитрилбутадиенстирол материал. Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған көміртекті болаттан жасалған. Пластикалық скальпель қақпағы төмен тығыздықтағы полиэтиленнен жасалған. Кесу жиегі тегіс, кедір-бұдырсыз және бөгде қоспасыз. Жарамдылық мерзімі көрсетілген аралас қаптамасы бар-кемінде 2 дана. 20. Тұтқа-ұстағыш-бұл бір реттік электрокоагулятор, тот баспайтын болаттан жасалған пышақ түрінде, коагуляция мен секция режимдерін түймемен ауыстырып, кабельдің ұзындығы кемінде 300 см.кем дегенде үш полюсті штепсель. Құрылғы электр тогының соғуын болдырмау үшін сұйықтықтың кіруіне жол бермейтін арнайы силикон сақинасын қамтиды. Жарамдылық мерзімі көрсетілген аралас қаптамасы бар-кемінде 1 дана. 21. Көлемі кемінде 150 мл Шприц — "Жанэ" типті шприц, бір реттік — кемінде 1 дана. 22. Көлемі кемінде 250 мл тостаған-жалпы биіктігі кемінде 5,2 см, ені кемінде 10,2 см градуирленген, тостағанның ішкі жағында шкаласы бар. Полипропиленнен жасалған. Аяқталған, тегіс. Биологиялық сұйықтықтарды жинау, ерітінділерді дайындау, құралдарды, таңу материалдарын және басқа заттарды сақтау үшін қолданылады — кемінде 2 дана. 23. Көлемі кемінде 500 мл тостағанның-жалпы биіктігі кемінде 6 см, диаметрі кемінде 12,6 см, тостағанның ішкі жағында шкаласы болады. Полипропиленнен жасалған. Аяқталған, тегіс. Түсі: көк, мөлдір, қызыл немесе сары. Биологиялық сұйықтықтарды жинау, ерітінділерді дайындау, құралдарды, таңу материалдарын және басқа заттарды сақтау үшін қолданылады — кемінде 2 дана. 24. Өлшемі кемінде 45×45 см (жабысқақ өріс кемінде 45×41 см) инцизді пленка. Гипоаллергенді акрилат желімімен өлшемі кемінде 45х45 см болатын жабысқақ кесілетін хирургиялық мөлдір полиуретанды пленка. Ол кем дегенде үш қабаттан тұрады — пластикалық қорғаныс жабыны, жабысқақ жұмыс пленкасы және адгезияға қарсы қағаз. Желімсіз шеті бар (лифт саусақ — лифт саусақ) оңай алу үшін-кем дегенде 1 дана. 25. Өлшемі кемінде 9х20 см болатын таңғыш-таңғыш тікбұрышты немесе дөңгелек жиектері бар, тікбұрышты пішінді тоқыма емес матадан жасалған сіңіргіш атравматикалық жастықшасы бар тоқыма емес негіздегі өздігінен жабысатын пластина түрінде жасалады. Патч массасы ретінде синтетикалық каучук негізіндегі балқытылған желім немесе гипоаллергенді акрил желімі қолданылады. Патч-таңғыш сыртқы ортадан парафинделген немесе силикондалған қағазбен, полиэтилентерефталатты пленкамен немесе адгезияға қарсы материалмен қорғалған-кемінде 1 дана.26. Аспирациялық түтік-хирургиялық араласу кезінде сұйықтықтарды вакуумдық аспирациялауға арналған. Катетер түтігінің ішкі диаметрі: тығыз, қырлы поливинилхлоридтен жасалған кемінде 19 CH, бұралу және иілу қаупі жоқ, ұзындығы кемінде 300 см. түтік түтіктің екі ұшында конус тәрізді

	шұңқырлармен F/F түйісу түрі бар — кемінде 1 дана. 27. Көлемі кемінде 750 мл тостаған, қалдық қақпағы бар, абсорбенті бар тостаған полистиролдан және көбіктенген полиуретаннан жасалған, құрамында латекс пен ПВХ жоқ. Медициналық манипуляциялар кезінде сұйықтықтарды қауіпсіз жоюға арналған-кемінде 1 дана. Стерильді. Бірыңғай зарарсыздандыру қаптамасында. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Өнімнің ҚР заңнамасына сәйкес ҚР тіркеу куәлігі, өнімге сәйкестік сертификаты және таңбалануы болады. Өндіруші, құрамы,жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары көрсетілген жапсырма. Өнім берушінің Тапсырыс берушіге жеткізу күніне жарамдылық мерзімі: - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат не бір жолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі; - Өнімнің сәйкестік сертификатының көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы жеткізушінің мөрінің түпнұсқасымен және қолымен расталған хат; Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17967629-1
Наименование конкурса:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83210788-ОК1
Наименование лота:	Комплект операционный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	325050.900.000056
Наименование товара*:	Комплект операционный
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	50
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	54761.9
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	2738095
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 19126-2007
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Простыня размером не менее 180х240 см изготовлена из не менее чем трехслойного, впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 74 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии — не менее 2 шт. 2. Простыня размером не менее 180х180 см с липким краем изготовлена из не менее чем трехслойного, впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 74 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии — не менее 2 шт. 3. Простыня размером не менее 125х150 см с липким краем изготовлена из не менее чем трехслойного, впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 74 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии — не менее 2 шт.4. Простыня размером не менее 140х240 см с U-образным вырезом — простыня для операции на тазобедренном суставе одноразовая размером не менее 140×240 см, с вырезом размером не менее 20×100 см по ширине простыни, с липким краем вокруг выреза для быстрой фиксации и ограничения операционного поля. Простыня изготовлена из не менее чем трехслойного, впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 74 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии, с вставкой размером не менее 60×120 см плотностью не менее 56 г/м² из не менее чем двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 54 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии. Укладка простыни — операционная, для удобства и стерильного наложения и раскладывания простыни усилиями одного человека — не менее 1 шт. 5. Простыня размером не менее 137×180 см — представляет собой защитное покрытие на стол. Покрытие разделено на не менее чем 3 части — не менее 2 частей из водоотталкивающего полиэтилена и не менее 1 части из водопоглощающего материала. Водопоглощающий материал — поглощает воду с коэффициентом поглощения не менее 300%, водопоглощающая часть представлена длиной не менее 180 см и не менее 61 см в ширину,

	термоприпаяна к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающими — не менее 1 шт. 6. Салфетки марлевые размером не менее 7,5×7,5 см, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану, сложением не менее 8 или не менее 12 слоев — не менее 20 шт. 7. Салфетки марлевые размером не менее 10×10 см, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану, сложением не менее 12 слоев — не менее 20 шт. 8. Салфетка размером не менее 43х61 см изготовлена из хлопка не менее 100% (или хлопок 100%). Цвет синий — не менее 2 шт. 9. Салфетки марлевые размером не менее 45×45 см с рентгеноконтрастной пластиной и петлей — хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из хлопкового волокна не менее 100% (или 100%), степень впитывания не более 10% от плотности ткани. Салфетки сложены не менее 8 раз для того, чтобы создать не менее чем 4-слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгенконтрастная пластина и петля синего цвета, каждые не менее 5 губок (салфеток) связаны вместе для легкого подсчета — не менее 10 шт. 10. Тампоны марлевые L без рентгенконтрастной нити диаметром не менее 5 см и не более 6 см, впитывающие шарики белого цвета. Состав: хлопок не менее 100% (или хлопок 100%) — не менее 5 шт. 11. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая размером не менее 60×90 см — многослойное полотно, состоящее из нетканого материала + распределяющая бумага/нетканое полотно + целлюлоза + суперабсорбирующий полимер + санитарно-гигиеническая бумага/нетканое полотно + полиэтилен. Впитывающая способность не менее 2300 ± 100 мл — не менее 2 шт. 12. Халат хирургический XL с усиленным передом и рукавами, с трикотажным манжетом. Изготовлен из нескольких типов материалов: 1) не менее чем трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна плотностью не менее 40 г/м² и не более 55 г/м²; 2) усиленные части (рукава и перед) из многослойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 40 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии; 3) манжеты из трикотажа. Длина от точки основания шеи до низа не менее 140 см, ширина в развернутом виде (по низу) не менее 166 см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава не менее 82,1 см, армированная часть рукава длиной не менее 40 см, ширина армированной груди не менее 50 см, длина не менее 80 см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального раскроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического

	надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система из не менее четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Шов располагается по верхнему краю рукава — не менее 3 шт. 13. Халат евростандарт размером XL с усиленным передом и рукавами. Изготовлен из нескольких типов материалов: 1) не менее чем двухкомпонентного экологичного нетканого материала на основе целлюлозы и полиэстера, повышенной комфортности со специальным влагоотталкивающим воздухопроницаемым покрытием, обладающим высокими барьерными свойствами, плотностью не менее 68 г/м^2; 2) усиленные части (рукава и перед) из многослойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 40 г/м^2, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии; 3) трикотажные манжеты. Длина от точки основания шеи до низа не менее 140 см, ширина в развернутом виде (по низу) не менее 166 см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава не менее 82,1 см, армированная часть рукава длиной не менее 40 см, ширина армированной груди не менее 50 см, длина не менее 80 см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на не менее чем четырех завязках. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального раскроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система из не менее четырех завязок (поясов) и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Шов располагается по верхнему краю рукава — не менее 2 шт.14. Бахилы высокие на завязках, идут в паре. Изготовлены из многослойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд. Высота бахилы не менее 40 см, длина стопы не менее 38 см, длина завязок не менее 50 см — не менее 1 пары. 15. Клип-берет хирургический одноразовый, гофрированный, с не менее чем двумя защипами, вдоль окружности приварена не менее чем двухрядная резинка. Изготовлен без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала спанбонд. В сложенном виде представляет собой полоску — не менее 5 шт. 16. Маска не менее чем трехслойная на резинках изготовлена из не менее двух слоев нетканого полотна типа спанбонд и не менее одного слоя нетканого материала, который содержит мельтблаун (фильтрующий элемент). Общая плотность маски составляет не менее 60 г/кв. м. Имеет гибкий носовой

	фиксатор в верхней части маски. По краям маски вставлены не менее две круглые эластичные резинки для удобства фиксации на лице. Размер маски: не менее 180х90 мм (± 5 мм) — не менее 5 шт. 17. Перчатки латексные хирургические неопудренные, размер не менее 6,5 неопудренные одноразовые — изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Не менее 1 пары перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку — не менее 2 пар. 18. Перчатки латексные хирургические неопудренные, размер не менее 8,0, одноразовые — изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Не менее 1 пары перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку — не менее 4 пар. 19. Скальпель № 23 состоит из ручки длиной не менее 10 см, съемного лезвия и съемного колпачка для защиты лезвия. Ручка скальпеля изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала. Лезвие изготовлено из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Пластиковый колпачок скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений. Имеет комбинированную упаковку с указанием срока годности — не менее 2 шт. 20. Ручка-держатель — представляет собой электрокоагулятор одноразовый с лезвием из нержавеющей стали в форме шпателя, с кнопочным переключением режимов коагуляции и сечения, длина кабеля не менее 300 см. Не менее чем трехполюсная вилка. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Имеет комбинированную упаковку с указанием срока годности — не менее 1 шт. 21. Шприц объемом не менее 150 мл — шприц типа «Жанэ», одноразовый — не менее 1 шт. 22. Чаша объемом не менее 250 мл — градуирована с общей высотой не менее 5,2 см, шириной не менее 10,2 см, чаша имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Сделана из полипропилена. Градуированная, гладкая. Используется для сбора биологических жидкостей, приготовления растворов, хранения инструментов, перевязочных материалов и других предметов — не менее 2 шт. 23. Чаша объемом не менее 500 мл — общей высотой не менее 6 см, диаметром не менее 12,6 см, имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Сделана из полипропилена. Градуированная, гладкая. Цвет: синий, прозрачный, красный или желтый. Используется для сбора биологических жидкостей, приготовления растворов, хранения инструментов, перевязочных материалов и других предметов — не менее 2 шт. 24. Инцизная пленка размером не менее 45×45 см (липкое поле не менее 45×41 см). Клейкая разрезаемая хирургическая прозрачная полиуретановая пленка размером не менее 45х45 см с гипоаллергенным акрилатным клеем. Состоит из не менее чем трех слоев — полиэтиленовое защитное покрытие, липкая операционная пленка и антиадгезионная бумага. Имеет свободный от адгезива край

	(лифт фингер — lift finger) для удобства снятия — не менее 1 шт. 25. Пластырь-повязка размером не менее 9х20 см изготавливается в форме самоприлипающей пластинки на нетканой основе с прямоугольными или закругленными краями с абсорбирующей атравматичной подушечкой из нетканого материала прямоугольной формы. В качестве пластырной массы используется клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей. Пластырь-повязка защищена от внешней среды парафинированной либо силиконизированной бумагой, полиэтилентерефталатной пленкой или антиадгезионным материалом — не менее 1 шт. 26. Аспирационная трубка — предназначена для вакуумной аспирации жидкостей при оперативных вмешательствах. Внутренний диаметр трубки катетера: не менее 19 CH, изготовленной из плотного, ребристого поливинилхлорида, без риска скручивания и перегибания, длиной не менее 300 см. Трубка идет с конусовидными на обоих концах трубки воронками с типом соединения F/F — не менее 1 шт. 27. Чаша объемом не менее 750 мл, чаша с крышкой для отходов, с абсорбентом, изготовлена из полистирола и вспененного полиуретана, не содержит латекс и ПВХ. Предназначена для безопасной утилизации жидкостей во время медицинских манипуляций — не менее 1 шт. Стерильно. В единой стерилизационной упаковке. Метод стерилизации: этиленоксидом.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Продукция имеет регистрационное удостоверение РК, сертификат соответствия на продукцию и маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. Срок годности на дату поставки поставщиком заказчику составляет: - не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); - не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК либо копия разрешительного документа на разовый ввоз; - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).