Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000704-1
Сатып алудың атауы:	Өлшеу үшін манометрлерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85454004-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Манометр
Лоттың сипаттауы:	техникалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жалпы техникалық мақсаттағы дірілге төзімді манометр, моделі DM8008-3-U-LM-M20-1,6-MPA-1-67-N1 немесе баламасы. Құралдың мақсаты — аспап материалдарына агрессивті емес сұйықтықтардың, будың және газдың артық қысымын өлшеу. Өлшеу диапазоны — 0-ден 1,6 МПа-ға дейін. Корпус диаметрі — 100 мм. Қорғаныс дәрежесі — IP67. Жұмыс ортасының температурасы — −40 °C-тан +120 °C-қа дейін. Өлшем бірлігі: МПа. Саны: 1 дана. Жеткізу кезінде бұйымның паспорты, сәйкестік құжаттары және құралды Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілгенін растайтын құжат ұсынылуы тиіс. Жеткізу күніне өлшеу құралын тексеру мерзімі қолданыста болуы керек. Жөнелтер алдында жеткізуші тапсырыс берушімен модельді, өлшеу диапазонын, жалғау бұрандасын және штуцер орындалымын келіседі. Тауар шартта және осы техникалық ерекшелікте көрсетілген сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	612037100, Түркістан облысы, Кентау қ., Хантағы а. Рыскулов 111
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дірілге төзімді манометрлер 1,6 MPa, dm8008-3-u-LM-M20-1,6-MPA моделі-1-67-N1 немесе баламасы. Мақсаты-құрылғы материалдарына агрессивті емес сұйықтықтардың, будың және газдың артық қысымын өлшеу. Өлшеу диапазоны: 0-ден 1,6 МПа-ға дейін. Корпустың диаметрі - 100 мм.қорғаныс дәрежесі — IP67. Жұмыс ортасының температурасы -40 °C-тан +120 °C — қа дейін. Саны-1 дана. Жеткізу кезінде бұйымның паспортын, сәйкестігі туралы құжаттарды және аспаптың Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілгенін растауды ұсыну; тексеру жеткізу күніне қолданыста болуы тиіс. Жеткізілімге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушімен модельді, өлшеу диапазонын, бекіту жіптерін және фитингтің орындалуын келіседі. Тауар шартта және осы техникалық ерекшелікте көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000704-1
Наименование закупки:	Закупка манометров для измерения
Номер лота:	№ 85454004-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	технический
Дополнительное описание лота:	Манометр общетехнический виброустойчивый, модель DM8008-3-U-LM-M20-1,6-MPA-1-67-N1 либо эквивалент. Назначение — измерение избыточного давления жидкостей, пара и газа, неагрессивных к материалам прибора. Диапазон измерений: от 0 до 1,6 МПа. Диаметр корпуса — 100 мм. Степень защиты — IP67. Температура рабочей среды — от −40 °C до +120 °C. Единица измерения — МПа. Количество — 1 штука. При поставке предоставить паспорт изделия, документы о соответствии и подтверждение допуска прибора к применению в Республике Казахстан; поверка должна быть действующей на дату поставки. До отгрузки поставщик согласовывает с заказчиком модель, диапазон измерений, присоединительную резьбу и исполнение штуцера. Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в договоре и настоящей технической спецификации.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	612037100, Туркестанская область, г.Кентау, с.Кантаги Рыскулова 111
Срок поставки:	В течение 15 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Манометры виброустойчивые 1,6 MPa, модель DM8008-3-U-LM-M20-1,6-MPA-1-67-N1 либо эквивалент. Назначение — измерение избыточного давления жидкостей, пара и газа, неагрессивных к материалам прибора. Диапазон измерений: от 0 до 1,6 МПа. Диаметр корпуса — 100 мм. Степень защиты — IP67. Температура рабочей среды — от −40 °C до +120 °C. Единица измерения — МПа. Количество — 1 штука. При поставке предоставить паспорт изделия, документы о соответствии и подтверждение допуска прибора к применению в Республике Казахстан; поверка должна быть действующей на дату поставки. До отгрузки поставщик согласовывает с заказчиком модель, диапазон измерений, присоединительную резьбу и исполнение штуцера. Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в договоре и настоящей технической спецификации.