Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17694810-1
Сатып алудың атауы:	Молекулалық биология, биохимия және микробиология кафедрасына арналған реактивтер (орын.: 8 701 745 35 82 - Айгуль)
Лоттың нөмірі:	№ 82265856-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қан сарысуындағы, плазмасындағы жалпы ақуыз концентрациясын биуретті әдіспен анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жалпы ақуызды анықтауға арналған жинақ. Диагностикалық жиынтығы жалпы ақуыз АГАТ сарысудағы немесе қан плазмасындағы жалпы ақуыздың мөлшерін анықтауға арналған. Жиынтық бір талдауға 5,0 мл биурет реагентінің жұмыс ерітіндісін тұтыну кезінде 400 анықтамаға есептелген. Жалпы ақуыз-АГАТ (биурет әдісі), 400 Опра.х 5 мл., (калибратор 2 фл.). ЖИЫНТЫҚ ҚҰРАМЫ 1. Биурет реагенті, концентрат (күкірт қышқылы мыс – 120 ммоль/л, йодидті калий – 300 ммоль/л, виноқышқылды калий-натрий – 320 ммоль/л, натрий гидроксиді – 3 моль/л), 100 мл – 1 құты. 2. Жалпы ақуыздың калибрлеу ерітіндісі (натрий хлориді 9 г/л және натрий азиді 1 г/л қосылған 60 г/л концентрациясы бар бұқа сарысуы альбуминінің ерітіндісі), 2 мл – 2 құты. Қолда бар аспаптарда жұмыс істеу үшін: ПД-303 спектрофотометрі және "ЗОМЗ"КФК-3 фотометрі. ГОСТ ISO 15193-2015 (Биомедицина кафедрасы)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя, к. 40
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы ақуызды анықтауға арналған жинақ. Диагностикалық жиынтығы жалпы ақуыз АГАТ сарысудағы немесе қан плазмасындағы жалпы ақуыздың мөлшерін анықтауға арналған. Жиынтық бір талдауға 5,0 мл биурет реагентінің жұмыс ерітіндісін тұтыну кезінде 400 анықтамаға есептелген. Жалпы ақуыз-АГАТ (биурет әдісі), 400 Опра.х 5 мл., (калибратор 2 фл.). ЖИЫНТЫҚ ҚҰРАМЫ 1. Биурет реагенті, концентрат (күкірт қышқылы мыс – 120 ммоль/л, йодидті калий – 300 ммоль/л, виноқышқылды калий-натрий – 320 ммоль/л, натрий гидроксиді – 3 моль/л), 100 мл – 1 құты. 2. Жалпы ақуыздың калибрлеу ерітіндісі (натрий хлориді 9 г/л және натрий азиді 1 г/л қосылған 60 г/л концентрациясы бар бұқа сарысуы альбуминінің ерітіндісі), 2 мл – 2 құты. Қолда бар аспаптарда жұмыс істеу үшін: ПД-303 спектрофотометрі және "ЗОМЗ"КФК-3 фотометрі. ГОСТ ISO 15193-2015 (Биомедицина кафедрасы)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17694810-1
Наименование закупки:	Реактивы для кафедры молекулярной биологии, биохимии и микробиологии (исп.: 8 701 745 35 82 - Айгуль)
Номер лота:	№ 82265856-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для определения концентрации общего белка в сыворотке, плазме крови биуретовым методом
Дополнительное описание лота:	Набор для определения общего белка. Диагностический набор ОБЩИЙ БЕЛОК АГАТ предназначен для количественного определения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови. Набор рассчитан на 400 определений при расходе 5,0 мл рабочего раствора биуретового реагента на один анализ. Общий Белок-АГАТ(биуретовый метод), 400 опр.х 5 мл.,(калибратор 2 фл.). СОСТАВ НАБОРА 1. Биуретовый реагент, концентрат (медь сернокислая – 120 ммоль/л, калий йодистый – 300 ммоль/л, калий-натрий виннокислый – 320 ммоль/л, натрия гидроокись – 3 моль/л), 100 мл – 1 флакон. 2. Калибровочный раствор общего белка (раствор бычьего сывороточного альбумина с концентрацией 60 г/л с добавлением хлористого натрия 9 г/л и азида натрия 1 г/л), 2 мл – 2 флакона. Для работы на имеющихся приборах: спектрофотометре ПД-303 и фотометре КФК-3 «ЗОМЗ». ГОСТ ISO 15193-2015 (Кафедра Биомедицины)
Количество:	10
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Гоголя, 40
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор для определения общего белка. Диагностический набор ОБЩИЙ БЕЛОК АГАТ предназначен для количественного определения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови. Набор рассчитан на 400 определений при расходе 5,0 мл рабочего раствора биуретового реагента на один анализ. Общий Белок-АГАТ(биуретовый метод), 400 опр.х 5 мл.,(калибратор 2 фл.). СОСТАВ НАБОРА 1. Биуретовый реагент, концентрат (медь сернокислая – 120 ммоль/л, калий йодистый – 300 ммоль/л, калий-натрий виннокислый – 320 ммоль/л, натрия гидроокись – 3 моль/л), 100 мл – 1 флакон. 2. Калибровочный раствор общего белка (раствор бычьего сывороточного альбумина с концентрацией 60 г/л с добавлением хлористого натрия 9 г/л и азида натрия 1 г/л), 2 мл – 2 флакона. Для работы на имеющихся приборах: спектрофотометре ПД-303 и фотометре КФК-3 «ЗОМЗ». ГОСТ ISO 15193-2015 (Кафедра Биомедицины)