Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17984920-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Медициналық жабдықтар мен медициналық бұйымдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88400816-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Тест-жолақ |
| **Лоттың сипаттауы:** | қандағы глюкоза мөлшерін анықтауға арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | ABK Care Multi үшін глюкозаға арналған тест-жолақтар, қаптамада кемінде 50 дана. |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы ықшам ауданы Алтын Орда, 19Е учаскесі |
| **Жеткізу мерзімі:** | келісім шартқа қол қойғаннан бастап 20 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Глюкоза деңгейін анықтауға арналған тест-жолақтар<br>- Атауы: Экспресс-анализаторға арналған капиллярлық қандағы глюкоза деңгейін сандық өлшеуге арналған тест-жолақтар.<br>- Үйлесімділігі: ABK Care Multi экспресс-талдау жүйесімен толық үйлесімді болуы тиіс.<br>- Өлшеу әдісі: Электродтық жолақтарды пайдалана отырып, электрохимиялық (амперометриялық) әдіспен өлшеу.<br>- Өлшеу диапазоны: 0,6-дан 33,3 ммоль/л-ге дейін (10–600 мг/дл).<br>- Нәтижелерді калибрлеу: Қан плазмасы бойынша.<br>- Кодтау түрі: Автоматты (әр қаптамада жеткізілетін жеке код-чип арқылы).<br>- Шығарылу түрі / қаптамасы: Ылғал сіңіргіші бар түпнұсқа пластик құтыда. Қаптамадағы саны: кемінде 50 дана.<br>- Жиынтықталуы: Тест-жолақтары бар құты — кемінде 1 дана; калибрлеу код-чипі — кемінде 1 дана; мемлекеттік және орыс тілдеріндегі қолдану жөніндегі нұсқаулық |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17984920-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение медецинского оборудования и медицинских изделий |
| **Номер лота:** | № 88400816-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Тест-полоска |
| **Описание лота:** | для определения содержания глюкозы в крови |
| **Дополнительное описание лота:** | Тест полоски для ABK care Multi глюкоза, в упаковке не менее 50 шт |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана мкр. Алтын орда, уч.19Е |
| **Срок поставки:** | в течение 20-и календарных дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Тест-полоски для определения уровня глюкозы<br>* Наименование: Тест-полоски для количественного измерения уровня глюкозы в капиллярной крови для экспресс-анализатора.<br>* Совместимость: Полная совместимость с системой экспресс-анализа ABK Care Multi.<br>* Метод измерения: Электрохимический (амперометрический) с использованием электродных полосок.<br>* Диапазон измерений: От 0,6 до 33,3 ммоль/л (10–600 мг/дл).<br>* Калибровка результатов: По плазме крови.<br>* Тип кодирования: Автоматическое (при помощи индивидуального код-чипа, поставляемого в каждой упаковке).<br>* Форма выпуска / Упаковка: В оригинальной пластиковой тубе с влагопоглотителем. Количество в упаковке: не менее 50 штук .<br>* Комплектация: Туба с тест-полосками — не менее 1 шт., калибровочный код-чип — не менее 1 шт., инструкция по применению на государственном и русском языках |