Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984922-1
Сатып алудың атауы:	Декубитке қарсы матрац сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86946851-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Матрас
Лоттың сипаттауы:	медициналық, декубитке қарсы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334030100, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек а. Кербулакский район с.Сарыозек ул.Асфендиярова 1
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырғаннан кейін 15 күнге дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ Р 70056-2022. ГОСТ Р 57769-2021.1. Компрессоры бар декубитке қарсы жасушалық матрац. Мақсаты және функционалдық сипаттамалары Компрессоры бар декубитке қарсы жасушалық матрац қысым жараларының алдын алуға және ұзақ уақыт бойы төсекте жатқан науқастарға күтім жасауға арналған. Матрац мыналарды қамтамасыз етуі керек: пациенттің денесінің белгілі бір аймақтарындағы қысымды жеңілдету; жасушалардағы ауа қысымының мерзімді өзгеруіне байланысты жұмсақ тіндердегі қан айналымын жақсарту; компрессорды пайдаланып ауа жасушаларын ауамен кезектесіп толтыру; А және В жасуша топтары үшін толтыру циклдерінің автоматты түрде кезектесуі; пациенттің дене жүктемесінің біркелкі таралуы; 24/7 жұмыс. 2. Компрессордың (сорғының) сипаттамалары Жұмыс түрі: Үздіксіз, төмен шу. Қуат көзі: 220 В / 50 Гц. Ауа ағынының жылдамдығы: 5–7 л/мин. Максималды қысым: 25 кПа. Цикл уақыты: 12 минут. Қуат сымының ұзындығы: кемінде 2 метр. 3. Матрастың сипаттамалары Матрас түрі: декубитке қарсы, ұялы, компрессормен. Материал: Поливинилхлорид (ПВХ). Құрылымы: Ауа түтіктерін жалғайтын жүйесі бар ауа матрацы. Үрленген биіктігі: 7 см. Үрленген өлшемдері: 200 × 90 × 7 см. Ауа ұяшықтарының саны: 130. Ұяшық пішіні: күмбез тәрізді, тікбұрышты.

Жұмыс принципі: ауа ұяшықтарын сатылы түрде ауамен кезектесіп толтыру.

Науқастың рұқсат етілген максималды салмағы: кемінде 135 кг.

4. Қаптаманың құрамы

Декубитке қарсы ұялы матрац — 1 дана.

Компрессор (сорғы) — 1 дана.

Ауа түтіктерін жалғайтын.

Пайдалану нұсқаулары.

Қаптама: картон қорап.

5. Пайдалану және сақтау шарттары

Пайдалану шарттары:

Қоршаған орта температурасы: +10°C-тан +35°C-қа дейін;

Салыстырмалы ылғалдылық: 20%-дан 80%-ға дейін.

Сақтау шарттары:

Қоршаған орта температурасы: -15°C-тан +50°C-қа дейін;

Салыстырмалы ылғалдылық: 10%-дан 90%-ға дейін.

6. Қауіпсіздік талаптары

Ауыр заттарды немесе қосымша стандартты матрацты декубитке қарсы матрацтың үстіне қоюға тыйым салынады.

Матрац бетін өткір немесе кесетін заттарға тигізбеңіз.

Өнімнің жанында темекі шегуге тыйым салынады.

Компрессорды рұқсатсыз бөлшектеуге және жөндеуге тыйым салынады.

Матрацқа секіруге немесе шамадан тыс механикалық күш түсіруге тыйым салынады.

Матрасты кір жуғыш машинада жууға болмайды.

Судың компрессорға тиюіне жол бермеңіз.

Өнімді жылыту құрылғыларының жанына қоюға тыйым салынады.

Тазалау үшін жұмсақ, еріткішсіз жуғыш заттарды пайдаланыңыз.

Тек пайдалану нұсқаулығымен таныс адамдар ғана пайдаланыңыз.

7. Өнімді күтуге қойылатын талаптар

Өнімді айына кемінде бір рет мерзімді түрде зарарсыздандыру.

Полимер бөлшектерін тұрмыстық жуғыш заттармен тазалау керек.

Металл бөлшектерін (бар болса) 0,5-1% хлорамин ерітіндісімен немесе жылы сумен тазалау керек.

Өнімнің беті механикалық зақымданудан, соққылардан және өткір заттардан қорғалған болуы керек.

8. Кепілдік міндеттемелері

Жеткізілетін өнім жаңа, пайдаланылмаған және механикалық зақымданулар мен өндірістік ақаулардан таза болуы керек.

Өнім белгіленген техникалық сипаттамалар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі және орыс және/немесе қазақ тілдеріндегі пайдалану нұсқауларымен бірге жүруі керек.

	Кепілдік мерзімі өндірушінің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес келеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984922-1
Наименование закупки:	Приобретение матрас противопролежневый
Номер лота:	№ 86946851-ЗЦП1
Наименование лота:	Матрас
Описание лота:	медицинский, противопролежневый
Дополнительное описание лота:	
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334030100, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек Кербулакский район с.Сарыозек ул.Асфендиярова 1
Срок поставки:	в течении 15 дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ Р 70056-2022.ГОСТ Р 57769-2021,1. Матрас противопролежневый ячеистый с компрессором Назначение и функциональные характеристики Противопролежневый ячеистый матрас с компрессором предназначен для профилактики образования пролежней и обеспечения ухода за пациентами, длительное время находящимися в лежачем положении. Матрас должен обеспечивать: снижение давления на отдельные участки тела пациента; улучшение кровообращения в мягких тканях за счет периодического изменения давления воздуха в ячейках; попеременное наполнение воздушных ячеек воздухом с помощью компрессора; автоматическое чередование циклов наполнения групп ячеек А и В; равномерное распределение нагрузки тела пациента; круглосуточную эксплуатацию. 2. Технические характеристики компрессора (насоса) Тип работы: непрерывный, малошумный. Источник питания: 220 В / 50 Гц. Производительность подачи воздуха: 5–7 л/мин. Максимальное давление: 25 кПа. Время одного рабочего цикла: 12 минут. Длина сетевого кабеля: не менее 2 метров. 3. Технические характеристики матраса Тип матраса: противопролежневый, ячеистый, с компрессором. Материал изготовления: поливинилхлорид (ПВХ). Конструкция: воздушный матрас с системой соединительных воздушных трубок. Высота в надутом состоянии: 7 см. Размеры в надутом состоянии: 200 × 90 × 7 см. Количество воздушных ячеек: 130 штук.

Форма ячеек: куполообразная, четырехугольная.

Принцип работы: попеременное наполнение воздушных ячеек воздухом в шахматном порядке.

Максимальная допустимая масса пациента: не менее 135 кг.

4. Комплектация

Противопролежневый ячеистый матрас — 1 шт.

Компрессор (насос) — 1 шт.

Соединительные воздушные трубки.

Инструкция по эксплуатации.

Упаковка: картонная коробка.

5. Условия эксплуатации и хранения

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды: от +10 °C до +35 °C;

относительная влажность воздуха: от 20% до 80%.

Условия хранения:

температура окружающей среды: от −15 °C до +50 °C;

относительная влажность воздуха: от 10% до 90%.

6. Требования безопасности

Не допускается размещение тяжелых предметов и дополнительного стандартного матраса поверх противопролежневого матраса.

Не допускается воздействие острых и режущих предметов на поверхность матраса.

Запрещается курение в непосредственной близости от изделия.

Не допускается самостоятельная разборка и ремонт компрессора.

Запрещается прыгать и оказывать чрезмерную механическую нагрузку на матрас.

Не допускается стирка матраса в стиральной машине.

Необходимо исключить попадание воды на компрессор.

Запрещается размещение изделия вблизи нагревательных приборов.

Для очистки необходимо использовать мягкие моющие средства, не содержащие растворителей.

К эксплуатации допускаются лица, ознакомленные с инструкцией по эксплуатации.

7. Требования по уходу за изделием

Периодическая санитарная обработка изделия не реже одного раза в месяц.

Полимерные детали должны допускать очистку бытовыми моющими средствами.

Металлические детали (при наличии) должны допускать обработку 0,5–1% раствором хлорамина либо теплой водой.

Поверхность изделия должна быть защищена от механических повреждений, ударов и воздействия острых предметов.

8. Гарантийные обязательства

	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и производственных дефектов. Товар должен соответствовать установленным техническим характеристикам, требованиям безопасности и сопровождаться инструкцией по эксплуатации на русском и/или казахском языке. Гарантийный срок — согласно гарантийным обязательствам производителя.