Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17933134-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (дамытушы кілем, термометр, илектеу түйреуіш, ойын, мата)
Лоттың нөмірі:	№ 87933917-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	ТС-7-М1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тоңазытқышқа арналған TS-7-M1
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., көш. Правды, 4
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өтінім телефон немесе келісу журналында ұсынылады)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Құрылғы түрі: сынапсыз сұйық термометр (термометриялық сұйықтық ретінде қызыл түсті органикалық толтырғыш, әдетте метилкарбитол немесе керосин қолданылады). * Өлшеу диапазоны: -20 °C-тан +70 °C-қа дейін, бұл оны тоңазытқышта да, төмен температуралы камераларда да, жылытылатын қоймаларда да пайдалануға мүмкіндік береді. * Шкаланы бөлу бағасы: 1 °C (шкаланың оң жағындағы қағаз кірістіруде көрсетілген). * Құрылыс: кірістірілген шкала тақтайшасы бар шыны өлшеу түтігі әйнекті соққыдан қорғайтын және ілу үшін үстіңгі жағында тесік/ілмекпен жабдықталған мөлдір ақ пластик корпусқа (жақтауға) орналастырылған. * Метрология: қоса берілген паспортта зауыттық дәлдікті тексеруді растайтын техникалық бақылау бөлімінің белгісі ("ОТК тексерілді") көрінеді (КО-7-М1 сериялы модельдер өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген және коммерциялық және медициналық жабдыққа жарамды). Пайдалану ерекшеліктері * Орналастыру: құрылғы толық батыру термометрі болып табылады — дұрыс көрсеткіштер үшін ол толығымен тоңазытқыш камерасының ішінде болуы керек. * Көрсеткіштерді оқу: температура көз деңгейіндегі қызыл сұйықтық бағанының жоғарғы жиегімен анықталады (суретте термометр шамамен +25 °c — бөлме температурасын көрсетеді).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17933134-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (коврик развивающий, термометр, скалка, игра, ткань)
Номер лота:	№ 87933917-ЗЦП1
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	ТС-7-М1
Дополнительное описание лота:	ТС-7-М1 для холодильника
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть-Каменогорск, ул. Правды, 4
Срок поставки:	Со дня вступления в силу Договора по 31 декабря 2026 года по заявке Заказчика (заявка предоставляется по телефону либо в журнале Согласования)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	* Тип прибора: Безртутный жидкостный термометр (в качестве термометрической жидкости используется органический наполнитель красного цвета, обычно метилкарбитол или керосин). * Диапазон измерений: От -20 °C до +70 °C, что позволяет использовать его как в холодильных и низкотемпературных камерах, так и в отапливаемых складах. * Цена деления шкалы: 1 °C (указано на бумажной вставке справа от шкалы). * Конструкция: Стеклянная измерительная трубка с вложенной шкальной пластиной помещена в прозрачно-белый пластиковый корпус (оправу), защищающий стекло от ударов и оснащенный отверстием/крючком в верхней части для подвешивания. * Метрология: На приложенном паспорте видна отметка отдела технического контроля («Проверено ОТК»), подтверждающая заводскую проверку точности (модели серии ТС-7-М1 внесены в реестр средств измерений и подходят для коммерческого и медицинского оборудования). Особенности использования * Размещение: Прибор является термометром полного погружения — для корректных показаний он должен целиком находиться внутри холодильной камеры. * Считывание показаний: Температуру определяют по верхнему краю столбика красной жидкости на уровне глаз (на фото термометр показывает около +25 °C — комнатную температуру).