Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17553030-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттарда пайдаланылатын тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87766683-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Аппарат
Лоттың сипаттауы:	қан, плазма және инфузиялық ерітінділерді ерітуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қан плазмасының электр еріткіші мұздатылған плазма немесе криопреципитаты бар 1-ден 4-ке дейін полимерлі контейнерлерді тез ерітуге арналған. Аппарат жаңа мұздатылған плазманы немесе криопреципитатты трансфузиялау орындалатын емдеу бөлімшелерінде, атап айтқанда, реанимация және қарқынды терапия бөлімшелерінде қолданылады. Еріткіш еріту үшін салқындатқыш ретінде пайдаланылатын 10 литр су құйылатын ванна болуы керек. Плазманы неғұрлым тиімді және жылдам еріту үшін аппарат араластыру механизмімен жабдықталуы керек, ол аппараттың салқындатқышына батырылған каретканың кері қозғалысын қамтамасыз етеді және сол арқылы еритін плазманы мәжбүрлі механикалық илеу жүргізіледі. Илеу уақыты таймер арқылы орнатылады. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін таймер араластыру механизмін желіден ажыратуы керек. Әрқайсысында 250 мл плазмасы бар бір мезгілде еритін контейнерлер саны: кемінде 4 дана; өлшемдері: 490 х 280 х 310 мм.±2; жұмыс камерасының көлемі: кемінде 10 л; 4 контейнерді жібіту уақыты: 15 минуттан аспайды; ваннадағы судың температурасы, артық емес: +37°С."
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Брусиловский көшесі 20
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қан плазмасының электр еріткіші мұздатылған плазма немесе криопреципитаты бар 1-ден 4-ке дейін полимерлі контейнерлерді тез ерітуге арналған. Аппарат жаңа мұздатылған плазманы немесе криопреципитатты трансфузиялау орындалатын емдеу бөлімшелерінде, атап айтқанда, реанимация және қарқынды терапия бөлімшелерінде қолданылады. Еріткіш еріту үшін салқындатқыш ретінде пайдаланылатын 10 литр су құйылатын ванна болуы керек. Плазманы неғұрлым тиімді және жылдам еріту үшін аппарат араластыру механизмімен жабдықталуы керек, ол аппараттың салқындатқышына батырылған каретканың кері қозғалысын қамтамасыз етеді және сол арқылы еритін плазманы мәжбүрлі механикалық илеу жүргізіледі. Илеу уақыты таймер арқылы орнатылады. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін таймер араластыру механизмін желіден ажыратуы керек. Әрқайсысында 250 мл плазмасы бар бір мезгілде еритін контейнерлер саны: кемінде 4 дана; өлшемдері: 490 х 280 х 310 мм.±2; жұмыс камерасының көлемі: кемінде 10 л; 4 контейнерді жібіту уақыты: 15 минуттан аспайды; ваннадағы судың температурасы, артық емес: +37°С."Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті. Кепілдік 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17553030-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров, используемых в медицинских целях
Номер лота:	№ 87766683-ЗЦП1
Наименование лота:	Аппарат
Описание лота:	для размораживания крови, плазмы и инфузионных растворов
Дополнительное описание лота:	Электроразмораживатель плазмы крови предназначен для быстрого размораживания от 1 до 4-х полимерных контейнеров с замороженной плазмой или криопреципитатом. Аппарат применяется в лечебных подразделениях, где выполняются трансфузии свежезамороженной плазмы или криопреципитата, а именно, в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Размораживатель должен представлять собой ванну, в которую заливается 10 л воды, используемой в качестве теплоносителя для размораживания. Для более эффективного и быстрого размораживания плазмы аппарат должен быть снабжен механизмом перемешивания, который обеспечивает возвратно-поступательное движение каретки, погруженной в теплоноситель аппарата, и тем самым производится принудительное механическое разминание тающей плазмы. Время разминания задается с помощью таймера. По окончании заданного времени таймер должен отключать механизм перемешивания от сети. Количество одновременно размораживаемых контейнеров с 250 мл плазмы в каждом: не менее 4 шт; размеры: 490 х 280 х 310 мм.±2; объем рабочей камеры: не менее 10 л; время размораживания 4-х контейнеров: не более15 мин; температура воды в ванне, не более: +37°С."
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Брусиловского, 20
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электроразмораживатель плазмы крови предназначен для быстрого размораживания от 1 до 4-х полимерных контейнеров с замороженной плазмой или криопреципитатом. Аппарат применяется в лечебных подразделениях, где выполняются трансфузии свежезамороженной плазмы или криопреципитата, а именно, в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Размораживатель должен представлять собой ванну, в которую заливается 10 л воды, используемой в качестве теплоносителя для размораживания. Для более эффективного и быстрого размораживания плазмы аппарат должен быть снабжен механизмом перемешивания, который обеспечивает возвратно-поступательное движение каретки, погруженной в теплоноситель аппарата, и тем самым производится принудительное механическое разминание тающей плазмы. Время разминания задается с помощью таймера. По окончании заданного времени таймер должен отключать механизм перемешивания от сети. Количество одновременно размораживаемых контейнеров с 250 мл плазмы в каждом: не менее 4 шт; размеры: 490 х 280 х 310 мм.±2; объем рабочей камеры: не менее 10 л; время размораживания 4-х контейнеров: не более15 мин; температура воды в ванне, не более: +37°С."Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно. Гарантия 12 месяцев.