Утверждаю
Заместитель командующего РгК
«Батыс» (по тылу)
полковник К. Кажыбаев
«____» _____ 2026 года

Техническая спецификация
на проведение услуг по поверке манометров воинской части 5517, ЗКО, г. Уральск, улица Жукова 6.

Поверка мановакуумметров в количестве 2 штук автотопливозаправщика КАМАЗ-66061-13 с выдачей сертификатов о поверке и поверительного клейма (самоклеющийся лейбл) на каждый манометр:

1) Мановакуумметр МВП-2У;
2) Мановакуумметр МВП-2Уф.

Поверку произвести в соответствии с МИ 2124-90 «Государственная система обеспечения единства измерений Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки»

Поверку должны проводить органы Государственной метрологической службы или аккредитованные на право поверки метрологические службы юридических лиц, аттестованные в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.

2 дана мановакуумметрлерді тексеру КАМАЗ-66061-13 автотопливозаправщик, әрбір манометрге салыстырып тексеру және салыстырып тексеру таңбасы (өздігінен жабысатын лейбл) туралы сертификат бере отырып:

1) МВП-2У мановакуумметрі;
2) МВП-2УФ мановакуумметрі.

Тексеруді МИ 2124-90 сәйкес жүргізу"Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер, арын өлшегіштер, тартқыш өлшегіштер және көрсететін және өзін-өзі жазатын тартқыш өлшегіштер.тексеру әдістемесі"

Салыстырып тексеруді мемлекеттік метрологиялық қызмет органдары немесе салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген, салыстырып тексеруші ретінде мемлекеттік метрологиялық қызмет органы аттестаттаған заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтері жүргізуге тиіс.

ВрИО начальника службы горючего и смазочных материалов
майор А. Садуакасов