Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989556-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение хозяйственных товаров
Лоттың нөмірі:	№ 88415224-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дәке
Лоттың сипаттауы:	зарарсыздандырылған, дәкелік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стерильді дәке бинті, 7 м × 14 см
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	636267100, Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Саратовка а. Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Саратовка ауылы, Молодежная көш.
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техническая спецификация: Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м × 14 см) • Наименование изделия: Бинт марлевый медицинский стерильный. • Назначение: Предназначен для фиксации повязок, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств, оказания первой помощи, защиты раневой поверхности от загрязнения и механических воздействий. • Материал: 100% хлопчатобумажная медицинская отбеленная марля. Отбеливание произведено без использования хлора. • Линейные размеры: o Длина: не менее 7 метров (допускается отклонение ±0,2 м). o Ширина: не менее 14 сантиметров (допускается отклонение ±0,5 см). • Поверхностная плотность марли: не менее 28–36 г/м² (стандартная по ГОСТ — 32±2 г/м² или 36±1,8 г/м² в зависимости от сорта марли). • Капиллярность: Не менее 6,5 см/ч. • Разрывная нагрузка: Полоски бинта размером 50х200 мм — не менее 8 кгс. • Белизна: Не менее 70%. • Внешний вид и качество полотна: Бинт белого цвета, без швов, с обрезанной кромкой, без наличия масляных, цветных и жирных пятен. Спрессован в прямоугольную или овальную форму для компактности. • Стерильность: Стерильный. Метод стерилизации — радиационный или паровой. • Упаковка: Индивидуальная герметичная упаковка (из пергамента или жемчужного полипропилена), обеспечивающая сохранность стерильности на протяжении всего срока годности. • Соответствие стандартам: ГОСТ 1172-93 («Бинты марлевые медицинские. Технические условия») и ГОСТ 9412-93 («Марля медицинская. Общие технические условия»). • Срок годности:не менее 5 лет

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989556-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88415224-ЗЦП1
Наименование лота:	Бинт
Описание лота:	стерильный, марлевый
Дополнительное описание лота:	Бинт стерильный марлевый не менее не более 7 м*14см
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	636267100, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Саратовка ВКО, Уланский район, село Саратовка, ул.Молодежная 4
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация: Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м × 14 см) • Наименование изделия: Бинт марлевый медицинский стерильный. • Назначение: Предназначен для фиксации повязок, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств, оказания первой помощи, защиты раневой поверхности от загрязнения и механических воздействий. • Материал: 100% хлопчатобумажная медицинская отбеленная марля. Отбеливание произведено без использования хлора. • Линейные размеры: o Длина: не менее 7 метров (допускается отклонение ±0,2 м). o Ширина: не менее 14 сантиметров (допускается отклонение ±0,5 см). • Поверхностная плотность марли: не менее 28–36 г/м² (стандартная по ГОСТ — 32±2 г/м² или 36±1,8 г/м² в зависимости от сорта марли). • Капиллярность: Не менее 6,5 см/ч. • Разрывная нагрузка: Полоски бинта размером 50х200 мм — не менее 8 кгс. • Белизна: Не менее 70%. • Внешний вид и качество полотна: Бинт белого цвета, без швов, с обрезанной кромкой, без наличия масляных, цветных и жирных пятен. Спрессован в прямоугольную или овальную форму для компактности. • Стерильность: Стерильный. Метод стерилизации — радиационный или паровой. • Упаковка: Индивидуальная герметичная упаковка (из пергамента или жемчужного полипропилена), обеспечивающая сохранность стерильности на протяжении всего срока годности. • Соответствие стандартам: ГОСТ 1172-93 («Бинты марлевые медицинские. Технические условия») и ГОСТ 9412-93 («Марля медицинская. Общие технические условия»). • Срок годности:не менее 5 лет