Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014239-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88802532-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тапал тіреу
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұғыр арбасының көмекшісі, манипуляциялауға арналған көп функциялы стоматологиялық эндоскопиялық ЭКГ арбасы. Техникалық сипаттамалары және сипаттамасы Техникалық сипаттамалары Ұсынылатын техникалық сипаттамалар • Өнім түрі Жылжымалы көпфункционалды медициналық арба • Мақсаты Манипуляция, аспаптар, диагностикалық • Дизайн Жылжымалы, бөлшектелетін немесе толығымен дәнекерленген • Рама Металл, тот баспайтын болат немесе коррозияға қарсы жабыны бар болат • Үстел материалы Тот баспайтын болат, медициналық пластик немесе химиялық төзімді полимер • Жабын Дезинфекциялаушыға төзімді • Дөңгелектер саны 4 • Дөңгелектер Айналмалы, 360 градус • Тежеу жүйесі Жеке тежегіштері бар кемінде 2 доңғалақ • Дөңгелек диаметрі Ұсынылатын 75-тен 100 мм-ге дейін • Тұтқа Арбаны жылжытуға арналған эргономикалық • Бүйірлік тоқтатқыштар Құралдардың құлап кетуіне жол бермеу үшін бар • Тұрақтылық Стандартты жұмыс кезінде аударылып кетуден қорғау • Жүк көтергіштігі Кемінде 50–70 кг • Жалпы өлшемдері Шамамен 600–750 × 450–600 × 900–1100 мм
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұғыр арбасының көмекшісі, манипуляциялауға арналған көп функциялы стоматологиялық эндоскопиялық ЭКГ арбасы. Техникалық сипаттамалары және сипаттамасы Техникалық сипаттамалары Ұсынылатын техникалық сипаттамалар • Өнім түрі Жылжымалы көпфункционалды медициналық арба • Мақсаты Манипуляция, аспаптар, диагностикалық • Дизайн Жылжымалы, бөлшектелетін немесе толығымен дәнекерленген • Рама Металл, тот баспайтын болат немесе коррозияға қарсы жабыны бар болат • Үстел материалы Тот баспайтын болат, медициналық пластик немесе химиялық төзімді полимер • Жабын Дезинфекциялаушыға төзімді • Дөңгелектер саны 4 • Дөңгелектер Айналмалы, 360 градус • Тежеу жүйесі Жеке тежегіштері бар кемінде 2 доңғалақ • Дөңгелек диаметрі Ұсынылатын 75-тен 100 мм-ге дейін • Тұтқа Арбаны жылжытуға арналған эргономикалық • Бүйірлік тоқтатқыштар Құралдардың құлап кетуіне жол бермеу үшін бар • Тұрақтылық Стандартты жұмыс кезінде аударылып кетуден қорғау • Жүк көтергіштігі Кемінде 50–70 кг • Жалпы өлшемдері Шамамен 600–750 × 450–600 × 900–1100 мм / ГОСТ 16371-2014 Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014239-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88802532-ЗЦП1
Наименование лота:	Тумба
Описание лота:	медицинская
Дополнительное описание лота:	Тумба тележка помощник манипуляционная многофункциональная стоматологическая эндоскопическая экг тележка. Характеристики и описание Характеристика Рекомендуемое техническое требование • Тип изделия Мобильная многофункциональная медицинская тумба-тележка • Назначение Манипуляционная, инструментальная, диагностическая • Конструкция Передвижная, сборно-разборная или цельносварная • Каркас Металлический, из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным покрытием • Материал столешницы Нержавеющая сталь, медицинский пластик или химически стойкий полимер • Покрытие Устойчивое к дезинфицирующим средствам • Количество колес 4 • Колеса Поворотные, на 360 градусов • Тормозная система Не менее 2 колес с индивидуальными тормозами • Диаметр колес Рекомендуется от 75 до 100 мм • Ручка Эргономичная, для перемещения тележки • Боковые ограничители Наличие, для предотвращения падения инструментов • Устойчивость Защита от опрокидывания при штатной эксплуатации • Грузоподъёмность Не менее 50–70 кг • Габаритные размеры Ориентировочно 600–750 × 450–600 × 900–1100 мм
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тумба тележка помощник манипуляционная многофункциональная стоматологическая эндоскопическая экг тележка. Характеристики и описание Характеристика Рекомендуемое техническое требование • Тип изделия Мобильная многофункциональная медицинская тумба-тележка • Назначение Манипуляционная, инструментальная, диагностическая • Конструкция Передвижная, сборно-разборная или цельносварная • Каркас Металлический, из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным покрытием • Материал столешницы Нержавеющая сталь, медицинский пластик или химически стойкий полимер • Покрытие Устойчивое к дезинфицирующим средствам • Количество колес 4 • Колеса Поворотные, на 360 градусов • Тормозная система Не менее 2 колес с индивидуальными тормозами • Диаметр колес Рекомендуется от 75 до 100 мм • Ручка Эргономичная, для перемещения тележки • Боковые ограничители Наличие, для предотвращения падения инструментов • Устойчивость Защита от опрокидывания при штатной эксплуатации • Грузоподъёмность Не менее 50–70 кг • Габаритные размеры Ориентировочно 600–750 × 450–600 × 900–1100 мм ГОСТ 16371-2014 Согласовать с заказчиком