Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17765507-1
Сатып алудың атауы:	Өнім Техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес болуы керек
Лоттың нөмірі:	№ 83139271-ОИ2
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	әртүрлі иондар мен қосылыстардың концентрациясын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зәр анализіне арналған реагентті жолақтар (URS-14MRQ) 100 жолақ
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Розыбакиева 74
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік тәулік ішінде тауарларды жеткізу. Кейінгі тауарларды кестеге сәйкес жеткізу, кесте шартқа қол қойылғаннан кейін бекітіледі. (Жеткізуденбұрынжеткізілетінтауарлардың үлгісін,сондай-ақжеткізілетінтауарлардыңбарлықсипаттамаларынкөрсетіңіз)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	EU-5600pro жабық типті анализаторға арналған сынақ жолақтары. Қаптама:бір түтікте 100 сынақ жолағы, 10 түтікте. 14 аналитиктің анықтамасы. Барлық талдаулар бойынша нәтижені анықтау уақыты 60 секундтан аспайды. Әрбір анықталған аналитика үшін сынақ аймақтарының қатаң реттілігі. Әрбір талданатын затты анықтау кезінде жоғары сезімталдық. Анықтау параметрлері: уробилиноген, билирубин, кетондар, қан (гемоглобин), ақуыз, pH, үлес салмағы, нитрит, лейкоциттер, Глюкоза, аскорбин қышқылы, Ca, креатинин, Микроальбумин. Өндіруші: Шэньчжэнь Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Сақтау шарттары: 2 ºC-ден 30 ºC-ге дейін, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 93% - дан аспайды. Сақтау мерзімі 2 жыл.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17765507-1
Наименование закупки:	Товар должен быть в строгом соответствии технической спецификации
Номер лота:	№ 83139271-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для определения концентрации различных ионов и соединений
Дополнительное описание лота:	Реагентные полоски для анализа мочи (URS-14MRQ) 100 полосок
Количество:	7
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Розыбакиева 74
Срок поставки:	Первая Поставка Товары в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки от Заказчика. Последующая Поставка товара согласно графику, график утверждается после подписания договора. (Перед поставкой обязательно предъявлять образец, а так же уточнять все характеристики поставляемого товара)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тест-полосы для анализатора закрытого типа EU-5600Pro. Фасовка: 100 тест-полосок в одной тубе, в упаковке 10 туб. Определение 14 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Параметры определения: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь (гемоглобин), белок, pH, Удельный вес, Нитриты, Лейкоциты, Глюкоза, Аскорбиновая кислота, Ca, креатинин, Микроальбумин. Изготовитель: Шэньчжэнь Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Условия хранения: от 2 ºC до 30 ºC при относительной влажности воздуха не более 93%. Срок хранения 2 года.