Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17396629-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық ыдыстарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87206670-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Құйғыш
Лоттың сипаттауы:	зертханалық, шыныдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВФ 1-40-ПОР 160 сүзгі воронкасы, ВФ-1 (Шотта), диаметрі 40 мм, кеуектілігі 160 мкм, шлифсіз (ГОСТ 25336-82), термиялық және химиялық төзімді боросиликатты шыны, ТС маркасы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 4а шағын ауданы, 19 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алу атауы: зертханалық ыдыстар Атауы: Сүзгіш құйғы (Шотт құйғысы) Сипаттамасы: ВФ-1-40-ПОР 160 ТХС сүзгіш құйғысы. Лоттың қосымша сипаттамасы: ВФ-1-40-ПОР 160 ТХС сүзгіш құйғысы ГОСТ 25336-82 стандартының 1-орындалуына сәйкес химиялық және термиялық төзімді ТХС типті шыныдан жасалған болуы тиіс. Сүзгінің диаметрі – 40±2 мм, сыртқы диаметрі – 46±2 мм, биіктігі – 140 мм, кеуектілік класы – ПОР 160 мкм, шлифсіз. Саны: 3 Өлшем бірлігі: дана Жеткізу орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4А шағынауданы, 19 ғимарат, пошталық индексі 130000. Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде. Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары ВФ-1-40-ПОР 160 ТХС сүзгіш құйғысы – сүзгі диаметрі 40±2 мм болатын, термиялық және химиялық төзімді шыныдан (ТХС типі) жасалған стандартты зертханалық Шотт құйғысы. Ол қағаз сүзгілерді пайдаланбай әртүрлі ерітінділерді сүзуге арналған. Бұйым ГОСТ 25336-82 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Бұйымда көлемді шамамен анықтауға арналған бөлікшелері бар шкала болуы тиіс. Бұйым материалы жоғары химиялық төзімділікке ие болуы қажет. Құйғының беті мөлдір, тегіс, ойықсыз, жарықсыз, сызатсыз және шыны қалыңдығында бөгде қосындыларсыз болуы тиіс. Өлшемдері: • сүзгі диаметрі – 40 мм (± 2 мм); • сыртқы диаметрі – 46 мм (± 2 мм); • биіктігі – 140 мм (± 5 мм). Ілеспе қызметтер Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Жеткізуші жеткізу кезінде әрбір партияға бұйым паспортының түпнұсқасын және зауыт-өндірушінің сапа сертификатын ұсынуға міндетті. Құжаттарда шынының ТХС тобына жататыны және кеуектілік класы расталуы тиіс. Тауар Ақтау қаласына тасымалдау кезінде сынғыш бұйым мен ішкі кеуекті пластиналардың механикалық зақымданудан (сынудан) толық қорғалуын қамтамасыз ететін қатты, соққыны бәсеңдететін қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауардың құнына Жеткізушінің барлық шығындары, оның ішінде жеткізу шығындары, кедендік баждар мен салықтар енгізілуі тиіс. Қабылдау кезінде немесе алғашқы сынақ пайдалану барысында сыну, жарықтар (оның ішінде сүзгі айналасындағы ішкі кернеулер), кеуекті пластинаның ажырауы, сұйықтықтың диск жиектері арқылы өтуі немесе мәлімделген параметрлерге сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, Жеткізуші ақаулы тауарды өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17396629-1
Наименование закупки:	Приобретение лабораторной посуды
Номер лота:	№ 87206670-ЗЦП4
Наименование лота:	Воронка
Описание лота:	лабораторная, из стекла
Дополнительное описание лота:	Воронка ВФ 1-40-ПОР 160,Воронка фильтровальная ВФ-1 (Шотта), диаметр 40 мм, пор. 160 мкм, без шлифа, (ГОСТ 25336-82).термически и химически стойкое боросиликатное стекло, марки ТС
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Актау, 4а мкр, 19 здание
Срок поставки:	В течении 30 календарных дней со дня заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупки: лабораторная посуда Наименование: Воронка фильтровальная (Шотта) Описание: Воронка фильтровальная ВФ-1-40-ПОР 160 ТХС Дополнительное описание лота: Воронка фильтровальная ВФ-1-40-ПОР 160 ТХС из химический и термический стойкого стекла типа ТХС, исполнения 1 по ГОСТ 25336-82, диаметром фильтра 40±2 мм, диаметром внешним 46±2 мм, высотой 140 мм, класса ПОР 160 мкм без шлифа. Количество: 3 Единица измерения: штук Места поставки: Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 4 А, здание 19, почтовый индекс 130000 Срок поставки: В течении 30 календарных дней со дня заключения договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Воронка фильтровальная ВФ-1-40-ПОР 160 ТХС диаметром фильтра 40±2 мм стандартная лабораторная воронка Шотта из термически и химически стойкого стекла (типа ТХС). Она применяется для фильтрования различных растворов без применения бумажных фильтров Должна соответствовать ГОСТ 25336-82. Изделие должно нанесенную ориентировочную шкалу объема (деления). Материал изделия должен обладать высокой химической стойкостью. Поверхность воронки должна быть прозрачной, гладкой, без сколов, трещин, царапин и инородных включений в толще стекла. Размеры: диаметр фильтра – 40 мм (± 2 мм), диаметр внешний – 46 мм (± 2 мм), высота – 140 мм (± 5 мм). Сопутствующие услуги: Товар должен быть новым, ранее не использованным. Поставщик обязан предоставить при поставке оригинал паспорта изделия и сертификата качества от завода-изготовителя на каждую партию товара с подтверждением группы стекла (ТХС) и класса пористости. Поставка осуществляется в жесткой, амортизирующей упаковке, обеспечивающей стопроцентную сохранность хрупкого товара и внутренних пористых пластин от механических повреждений (боя) при транспортировке до г. Актау. В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика, включая транспортные расходы, пошлины и налоги. В случае обнаружения боя, трещин (в том числе внутренних напряжений вокруг фильтра), отслоения пористой пластины, проскока жидкости по краям диска или несоответствия заявленным параметрам при приемке или первом тестовом использовании, Поставщик обязуется произвести замену бракованного Товара за свой счет