Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025747-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу (Манжета)
Лоттың нөмірі:	№ 88768071-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Манжета
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қан қысымын тәуліктік бақылауға арналған медициналық манжета (СМАД), ересек (стандартты). BTL-08 АВРМ аппараттымен үйлесімділігі. Серпімді медициналық полимер (латекс). Пневмокамераның өлшемдері: 120 × 250 мм. Науқастың иығын қамту (шеңбер): 25-35 см.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Алматы қ., Наурызбай ауданы Қалқаман 20
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде ағымдағы жылдың соңына дейін. (Тапсырыс берушінің қажеттілігіне қарай).
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауар ересек пациенттерде тәуліктік қан қысымын мониторингілеу (СМАД) жүргізу кезінде осциллометриялық әдіспен қан қысымын инвазивті емес өлшеуге арналған. BTL-08 abpm аппараттық үйлесімділігі. "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 21-бабының 3-тармағына сәйкес Манжета Тапсырыс берушінің балансында бар артериялық қысымды тәуліктік мониторингтеу тіркеушісімен толық үйлесімді болуға және ауаның ағуынсыз және өлшеу дәлдігін жоғалтпай аспаптың пневматикалық трактімен герметикалық қосылысты қамтамасыз етуге тиіс. 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары Жас санаты және мөлшері. Ересек, стандартты өлшем (М). Науқастың иығын қамту (шеңбер). 25-35 см . Пневмокамераның жалпы өлшемдері. 120 × 250 мм . Сыртқы қақпақтың жалпы өлшемдері. 150 × 580 мм. Пневматикалық жүйенің дизайны. Қақпақты санитарлық өңдеу және жуу мүмкіндігі үшін алынбалы ішкі пневмокамерасы бар бір құбырлы (бір қосқыш шланг). Сыртқы қақпақ материалы. Тозуға төзімді, гипоаллергенді синтетикалық талшық, бірнеше рет дезинфекциялауға және жууға төзімді. Ішкі камера мен түтік материалы. Серпімді медициналық полимер (латекс), иілуге және бірнеше рет қысымға төзімді (кемінде 300 мм сын.бағ.). ст.). Қолды бекіту әдісі. Металл немесе берік пластик бекітетін сақинасы (қапсырмасы) бар "велкро" типті тозуға төзімді тоқыма бекіткіші (Velcro). Қосымша бекіту. Болуы қыстырғыштар манжетті науқастың киіміне ұзақ тәуліктік киіммен бекітуге арналған. Мұқабада таңбалау. Манжетті иық артериясына және қол шеңберінің рұқсат етілген диапазонының индикаторына қатысты дұрыс орналастыру үшін қолданылатын белгілердің болуы. 3. Жеткізудің толықтығы (тауардың 1 бірлігіне) Сыртқы матадан жасалған манжет қақпағы. 1 дана. Ауа өткізгіш түтігі бар ішкі пневмокамера. 1 дана. Қолдану және санитарлық өңдеу жөніндегі Нұсқаулық. 1 дана мемлекеттік және / немесе орыс тілдерінде. 4. Сапаға, қауіпсіздікке және құжаттарға қойылатын талаптар Тауар мәртебесі. Жаңа, пайдаланылмаған, ақаулары мен жөндеу іздері жоқ, 2026 жылдан ерте шығарылған. Медициналық бұйымға Қазақстан Республикасының немесе ЕАЭО-ның қолданыстағы тіркеу куәлігінің (ТҚ) не бұйымның тіркелген медициналық жабдыққа жиынтықтаушы болып табылатынын растайтын құжаттың болуы ("Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы"ҚР Кодексіне сәйкес). Қаптама. Тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің сақталуын қамтамасыз ететін жеке зауыттық қаптама. Кепілдік мерзімі. Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 6 (алты) ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025747-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских изделий (Манжета)
Номер лота:	№ 88768071-ЗЦП2
Наименование лота:	Манжета
Описание лота:	из ткани
Дополнительное описание лота:	Манжета медицинская для суточного мониторирования артериального давления (СМАД), взрослая (стандартная). Совместимость с оборудованием BTL-08 АВРМ. Эластичный медицинский полимер (латекс). Размеры пневмокамеры: 120 × 250 мм. Охват (окружность) плеча пациента: 25–35 см.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751810000, г.Алматы, Наурызбайский район г.Алматы, Наурызбайский район Калкаман 20
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней до конца текущего года (по мере потребности заказчика).
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Товар предназначен для неинвазивного измерения артериального давления осциллометрическим методом при проведении суточного мониторирования артериального давления (СМАД) у взрослых пациентов. Совместимость с оборудованием BTL-08 АВРМ Заказчика. В соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» манжета должна быть полностью совместима с имеющимся на балансе Заказчика регистратором суточного мониторирования артериального давления и обеспечивать герметичное соединение с пневматическим трактом прибора без утечки воздуха и потери точности измерений. 2. Технические и функциональные характеристики Возрастная категория и размер. Взрослая, стандартный размер (М). Охват (окружность) плеча пациента. 25–35 см . Габаритные размеры пневмокамеры. 120 × 250 мм . Габаритные размеры внешнего чехла. 150 × 580 мм. Конструкция пневмосистемы. Однотрубочная (один соединительный шланг), со съемной внутренней пневмокамерой для возможности санитарной обработки и стирки чехла. Материал внешнего чехла. Износостойкая, гипоаллергенная синтетическое волокно, устойчивая к многократной дезинфекции и стирке. Материал внутренней камеры и трубки. Эластичный медицинский полимер (латекс), устойчивый к перегибам и многократному нагнетанию давления (не менее 300 мм рт. ст.). Способ фиксации на руке. Износостойкая текстильная застежка типа «велькро» (липучка) с металлическим или прочным пластиковым фиксирующим кольцом (скобой). Дополнительное крепление. Наличие клипсы для фиксации манжеты к одежде пациента при длительном суточном ношении. Маркировка на чехле. Наличие нанесенных меток для правильного позиционирования манжеты относительно плечевой артерии и индикатора допустимого диапазона окружности руки. 3. Комплектность поставки (на 1 единицу товара) Внешний тканевый чехол манжеты. 1 шт. Внутренняя пневмокамера с отводящей воздушной трубкой. 1 шт. Инструкция по применению и санитарной обработке. 1 экз. на государственном и/или русском языках. 4. Требования к качеству, безопасности и документам Статус товара. Новый, не бывший в употреблении, без дефектов и следов ремонта, выпущенный не ранее 2026г. Наличие действующего регистрационного удостоверения (РУ) Республики Казахстан или ЕАЭС на медицинское изделие либо документа, подтверждающего, что изделие является комплектующим к зарегистрированному медицинскому оборудованию (в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»). Упаковка. Индивидуальная заводская упаковка, обеспечивающая сохранность изделия при транспортировке и хранении. Гарантийный срок. Не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.