Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17344118-1
Сатып алудың атауы:	КВБ ҒЗИ үшін реагенттер
Лоттың нөмірі:	№ 87303115-ОИ2
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық иммунологиялық хемилюминесценттік талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	CELLPACK DCL (CELLPACK DCL толық қан Сұйылтқышы) уп 1х20 л
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Реагент xn-CBC арнасында гидродинамикалық фокустау әдісін қолдана отырып, эритроциттер мен тромбоциттердің санын талдау және мөлшерін анықтау үшін қолданылады. Сонымен қатар, ол автоматты гематологиялық анализаторларға фокустық сұйықтық ретінде қолданылады, сонымен қатар эритроциттер мен тромбоциттер жасушаларын қорғайды, кері ағынның алдын алады, изотоникалық еріткіш ретінде әрекет етеді және әр үлгі арасындағы анализатор сызықтарын жуады. Құрамы: малеин қышқылы <10%. Сақтау шарттары: жабық реагент жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін 2-35°C температурада сақталады; ашылғаннан кейін реагент 60 күн бойы тұрақты болады. Буып-түю: 1х20 л. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17344118-1
Наименование закупки:	Реагенты для НИИ КВБ
Номер лота:	№ 87303115-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для автоматического иммунологического хемилюминисцентного анализатора
Дополнительное описание лота:	CELLPACK DCL (Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL)уп 1х20 л
Количество:	3
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Срок поставки:	по заявке заказчика в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Реагент используется в канале XN-CBC для анализа количества и определения размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости на автоматических гематологических анализаторах, а также, защищает клетки эритроцитов и тромбоциов, предотвращает обратный поток, действует как изотонический разбавитель и промывает линии анализатора между каждым образцом. Состав: малеиновая кислота <10%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°C до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 60 дней. Фасовка: 1х20 л. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения."