Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979757-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83246795-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Катетер
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	7 сегменттен тұратын күшейтілген микрокатетер
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Күшейтілген микрокатетер Саны: 7 дана 7 сегменттен тұратын күшейтілген микрокатетер. Дистальды бөлігі: атравматикалық, тегіс/жылтыратылған болуы тиіс. Дистальды бөлігінде катетердің орналасуын бақылауға және қажетті аймақта ажыратылатын микроспиральдармен жұмыс істеуге арналған екі рентгенконтрастты маркер болуы тиіс. Өлшемдік нұсқалары: Сыртқы диаметрі шамамен 2,4 Fr, ішкі диаметрі 0,017 дюйм. Сыртқы диаметрі 2,5/2,0 Fr, ішкі диаметрі 0,021 дюйм. Сыртқы диаметрі 3,1/2,6 Fr, ішкі диаметрі 0,027 дюйм. Жұмыс ұзындығы: 150 см, 156 см, 167 см. Стандартты және күшейтілген тірек нұсқалары қарастырылуы тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979757-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83246795-ЗЦП1
Наименование лота:	Катетер
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Микрокатетер усиленный, состоящий из 7 сегментов
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Микрокатетер усиленный Количество: 7 шт. Микрокатетер усиленный, состоящий из 7 сегментов. Дистальная часть — атравматичная, гладкая/полированная. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров в дистальной части для контроля положения и работы с отсоединяемыми микроспиралями в нужной части. Размерные варианты: наружный диаметр около 2,4 Fr, внутренний диаметр 0,017 дюйма; наружный диаметр 2,5/2,0 Fr, внутренний диаметр 0,021 дюйма; наружный диаметр 3,1/2,6 Fr, внутренний диаметр 0,027 дюйма. Рабочая длина — 150 см, 156 см, 167 см. Предусмотреть варианты стандартной и усиленной поддержки. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.