Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17978710-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84066266-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шабақ
Лоттың сипаттауы:	қуықаралық компрессиялық-дистракциялық аппарат үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысу-дистракциялық остеосинтезге арналған инелер, қалам, тоқтаусыз d 1,8 mm L 400mm
Саны, көлемі:	65
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (Тапсырыс берушінің өкілі веб-портал арқылы өтінімді ұсынады) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне қатысушылар үшін 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Компрессиялық-дистракциялық остеосинтезге арналған, тіреуішсіз, диаметрі 1,8 мм, ұзындығы 400 мм «қауырсын» типті спицалар. Спицаның материалы — 12Х18Н9 маркалы тот баспайтын болат. Спицалар тегіс болуы және кесетін жұмыс бөлігінің қауырсын тәрізді пішіні болуы тиіс. Спицаның құйрық бөлігінің параметрлері: ұзындығы — кемінде 10 мм; ені — 2 мм. Спицаның беті жылтыратылған, бетінің кедір-бұдырлығы Ra = 0,2 мкм болуы тиіс. Спицаның беті электр-плазмалық әдіспен өңделуі тиіс. Спицалар пайдалану мерзімі бойы магниттік емес қасиеттерін сақтауы тиіс. Салыстырмалы магниттік өтімділігі μr = 1,01 болуы тиіс. Спицаның жұмыс бөлігінің мұқалу радиусы 0,03 мм-ден аспауы тиіс. Спица созылу күшіне төтеп беруі тиіс, созылуға беріктік шегі кемінде 130 кгс/мм^2 болуы тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17978710-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 84066266-ЗЦП1
Наименование лота:	Спица
Описание лота:	для чрескостного компрессионно-дистракционного аппарата
Дополнительное описание лота:	Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза, исполнение перо, без упора d 1,8mm и длинной L 400mm
Количество:	65
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Срок поставки:	по заявке от представителя Заказчика (представитель Заказчика представляет заявку посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для участников реестра казахстанских товаропроизводителей 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза, перо, без упором d 1,8mm L 400mm. Материал-нержавеющая сталь 12Х18Н9. Спицы гладкие, должны иметь перовидную форму режущей части. Хвостовик спиц обладает следующими параметрами: длина не менее 10 мм, ширина 2 мм. Поверхность спиц полированная до шероховатости Ra = 0,2 мкм. Спица должна иметь поверхность, обработанную электро-плазменным методом. Должны сохранять немагнитные свойства (относительная магнитная проницаемость μr =1,01) на протяжении всего срока эксплуатации. Радиус притупления рабочей части спиц не более 0,03 мм. Спица выдерживает усилия на разрыв (предел прочности) нее менее 130 кгс/мм2.