Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17344118-1
Сатып алудың атауы:	КВБ ҒЗИ үшін реагенттер
Лоттың нөмірі:	№ 87303217-ОИ2
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық иммунологиялық хемилюминесценттік талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	XN-L check L2 (xn-lcheck L2 бақылау қаны)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Қалыпты диапазондағы бақылау материалы (екінші деңгей) sysmex xn-l сериялы аспаптарда қан жасушаларының жалпы санын (CBC), лейкоциттердің дифференциалды талдауын және ретикулоциттердің параметрлерін гематологиялық бақылау қаны ретінде пайдалануға арналған. Құрамы: адамның тұрақтандырылған эритроциттері, лейкоциттер және консервілеу ортасындағы тромбоциттер компоненті. Сақтау шарттары: жабық бақылау материалы жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін 2-8°C температурада сақталады; ашылғаннан кейін бақылау реагенті 15 күн тұрақты болады. Буып-түю: 1х3 мл. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген бақылау материалы орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17344118-1
Наименование закупки:	Реагенты для НИИ КВБ
Номер лота:	№ 87303217-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для автоматического иммунологического хемилюминисцентного анализатора
Дополнительное описание лота:	XN-L Check L2 (Контрольная кровь XN-LCheck L2)
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Срок поставки:	по заявке заказчика в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Контрольный материал нормального диапазона (второй уровень) предназначен для использования в качестве гематологической контрольной крови общего подсчета клеток крови (CBC), дифференциального анализа лейкоцитов и параметров ретикулоцитов на приборах серии Sysmex XN-L. Использование стабилизированных клеточных препаратов для контроля гематологического оборудования является общепринятой процедурой. Состав: стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты и тромбоцитарный компонент в консервирующей среде. Условия хранения: закрытый контрольный материал хранится при 2-8°C до истечения срока годности; после вскрытия контрольный реагент стабилен 15 дней. Фасовка: 1х3 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый контрольный материал должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения."