Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17707768-1
Сатып алудың атауы:	Стационарға арналған шаруашылық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88080794-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2026 жылдан ерте емес тексеру мерзімімен(-30ºС-тан +30ºС-қа дейінгі)температураны өлшеуге арналған Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі берген тіркеу куәлігі болуы және медициналық техниканың ресми тізілімінде болуы тиіс. ГОСТ 28498-90
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. Ақмола облысы, Степногорск қ., 1 шағын аудан 15 үй
Жеткізу мерзімі:	шарт енгізілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПАВ <5% анионные ,отбелевающие вещества на основе хлора,дезинфицирующие вещества (натриевая соль,ДХЦК),араматизирующие добавки,цитраль,мягкая упаковка 400гр в упаковке.Срок изготовление средства 2026,срок годности не менее 1 года ГОСТ 32478-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17707768-1
Наименование закупки:	Хозяйственные товары для стационара
Номер лота:	№ 88080794-ЗЦП1
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Предназначен для измерения температуры от(-30ºС до +30ºС)Со сроком поверки не ранее 2026г должен иметь выданное Министерством здравоохранения Республики Казахстан регистрационное удостоверение и состоять в официальном реестре медицинской техники. ГОСТ 28498-90
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск Акмолинская область, г.Степногорск, 1 микрорайон зд 15
Срок поставки:	15 календарных дней с момента вступления договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предназначен для измерения температуры от(-30ºС до +30ºС)Со сроком поверки не ранее 2026г должен иметь выданное Министерством здравоохранения Республики Казахстан регистрационное удостоверение и состоять в официальном реестре медицинской техники. ГОСТ 28498-90