Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17463294-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Желдету жүйелеріне арналған тауарларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83378932-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Ауаны тазарту сүзгісі |
| **Лоттың сипаттауы:** | икемді эндоскоптарды автоматты түрде жууға, дезинфекциялауға және зарарсыздандыруға арналған қондырғы үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "Көмір сүзгісінің цилиндрлері перфорацияланған табақ металдан жасалған; Сорбент ретінде жоғары сапалы белсендірілген көмір қолданылады; Диаметрі: 145 мм артық емес; Ұзындығы: 450 мм артық емес. МЕМСТ 30528-97 талаптарына сәйкес" |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17463294-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп товаров для вентиляционных систем |
| **Номер лота:** | № 83378932-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Фильтр очистки воздуха |
| **Описание лота:** | для установки для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов |
| **Дополнительное описание лота:** | Цилиндры угольного фильтра изготавливаются из перфорированного металлического листа |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "Цилиндры угольного фильтра изготавливаются из перфорированного металлического листа; В качестве сорбента используется активированный уголь высокого качества; Диаметр не более, мм 145. Длина не более, мм 450 в соответствии требованиям ГОСТ 30528-97 " |