Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17497431-1
Сатып алудың атауы:	Набор реагентов из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro
Лоттың нөмірі:	№ 87637731-ОИЗ
Лоттың атауы :	Арнайы материал
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ревматоидный фактор II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х11 мл + Calibrator5х0.5 мл.Двухкомпонентный набор реагентов для определения Ревматоидного фактора с калибратором из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. Объем рабочего раствора не менее 51мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40мл и R2-11мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5 фл. не менее 0,5 мл для проведения пятиточечной калибровки. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Актобе к., Рыскулов к.192
Жеткізу мерзімі:	10.09.2026

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ревматоидный фактор II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х11 мл + Calibrator5х0.5 мл.Двухкомпонентный набор реагентов для определения Ревматоидного фактора с калибратором из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. Объем рабочего раствора не менее 51мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40мл и R2-11мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5 фл. не менее 0,5 мл для проведения пятиточечной калибровки. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17497431-1
Наименование закупки:	Набор реагентов из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro
Номер лота:	№ 87637731-ОИЗ
Наименование лота:	Материал специальный
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Ревматоидный фактор II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х11 мл + Calibrator5х0.5 мл.Двухкомпонентный набор реагентов для определения Ревматоидного фактора с калибратором из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. Объем рабочего раствора не менее 51мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40мл и R2-11мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5 фл. не менее 0,5 мл для проведения пятиточечной калибровки. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г.Актобе, ул.Рыскулова 192
Срок поставки:	10.09.2026

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ревматоидный фактор II с калибратором R1: 1x40 мл + R2: 1x11 мл + Calibrator5x0.5 мл.Двухкомпонентный набор реагентов для определения Ревматоидного фактора с калибратором из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик. Объем рабочего раствора не менее 51мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40мл и R2-11мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5 фл. не менее 0,5 мл для проведения пятиточечной калибровки. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.